

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ար.մեդտեխնիկա ՍՊԸ-ն ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 25/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Ֆիրմայի անվանումը	Ապրանքային նշան	Մակնիշ	Արտադրողի անվանում	Մարդու արյան ավտոմատ հեմատոլոգիական անալիզատոր Չափվող պարամետրերի քանակը՝ առնվազն 29 պարամետր Diff ռեժիմում, առնվազն 5 դիֆերենցիալ WBC, առնվազն 15 պարամետր CBC ռեժիմում : Թողունակությունը՝ առնվազն 65 թեստ ժամում: Շտրիխ կոդ ընթերցող սարքի առկայություն: Ռեակցիայի / ընթերցման համակարգ՝ իմպեդանսի մեթոդ, 3D LEՂ լազերային ցրման տեխնոլոգիա տարբերակման համար, լազերի ալիքի երկարությունը 535-545 նմ տիրույթում, դետեկտորի տիպը՝

ֆոտոդիոդ: Հասանելի լեզուները՝
 ռուսերեն կամ հայերեն:
 Օգտագործողի ինտերֆեյսը՝
 առնվազն 10 դյույմ անկյունագծով
 սենսորային էկրան:
 Աշխատանքային ռեժիմները
 առնվազն՝ CBC, CBC + Diff,
 Նոսրացված արյան ռեժիմ: Նմուշի
 տիպերը առնվազն՝ երակային և
 մազանոթային ամբողջական արյուն
 (K2 և K3-EDTA հակակոագուլյանտ),
 Նախապես Նոսրացված արյուն:
 Չափվող պարամետրերը Diff
 ռեժիմում առնվազն՝ RBC, MCV, HCT,
 RDW-SD, RDW-CV, HGB, MCH, MCHC,
 PLT, MPV, PCT, PDW, P-LCC, P-LCR
 WBC, LYM#, LYM%, MON#, MON%,
 NEU#, NEU%, EOS#, EOS%, BAS#,
 BAS%, ALY#, ALY%, LIC#, LIC%:
 Չափվող պարամետրերը CBC
 ռեժիմում առնվազն՝ WBC, RBC, HGB,
 MCV, MCH, MCHC, RDW-cv, RDW-sd,
 HCT, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCC, P-
 LCR: Բաշխման հիստոգրամները
 առնվազն՝ WBC, RBC, PLT:
 Կալիբրացիաի տեսակները
 առնվազն՝ ձեռքով ռեժիմ և
 ծրագրային աջակցող ավտոմատ
 ռեժիմ: Կալիբրացիան առնվազն

					երակային և մազանոթային ամբողջական արյան համար, առնվազն հետևյալ պարամետրերով RBC, WBC, PLT, MCV, MPV, HCT: Թեստերի կրկնելիության ցուցանիշները առնվազն 5 թեստի համար ոչ վատ քան $\leq 2.0\%$ WBC համար, ± 4.0 Neu% համար, ± 3.0 Lym% համար, $\leq 1.5\%$ RBC համար, $\leq 1.5\%$ HGB համար, $\leq 4.0\%$ PLT համար, 120 ϕ MCV համար: Րեֆերենս ցուցանիշը ոչ պակաս քան 0,99 Ինքնաստուգման թեստի առկայություն: Ներքին բաշխման համակարգի սոլենոիդ փականների մեխանիկական բացման հնարավորություն առանց սարքավորման կորպուսը ապամոնտաժելու, արագ լվացման և ներարկիչների փոխարինման հնարավորություն: Դրոշներ և ուղեցույց՝ առնվազն կլինիկական (ախտաբանական) դրոշներ, լաբորատոր սահմաններ, նորմալ միջակայքեր, բարձր/ցածր արժեքներ, դատարկ չափում, աղմուկ/արտեֆակտ: Նմուշառման ծավալը ոչ ավել քան 20մկլ ամբողջական արյան համար, 11մկլ
--	--	--	--	--	---

						Նոսրացված արյան համար: Նոսրացված արյան ստացումը ավտոմատ, սարքի ներսում: Ռեագենտները առանց ցիանիդների պարունակությամբ: RBC / PLT ապերտուրայի բացվածքը 70մկմ ±1%: Առնվազն 50000 թեստի հիշողության հնարավորություն սարքում, ներառյալ դրոշները, ցրվածքը, հիստոգրամները, որակի վերահսկման ցուցանիշները ամեն թեստի համար: Վերահսկման մակարդակների քանակը ոչ ավել քան 6: Միակցիչները առնվազն` 4 հատ USB 2.0: Կապակցման ստանդարտները առնվազն` երկկողմանի LIS, HL7: Էլեկտրոսնուցման ստանդարտները ՀՀ Էլեկտրոցանցերի պահանջների համաձայն : Լրակազմում բոլոր անհրաժեշտ պարագաները լիարժեք աշխատանքի համար, այդ թվում շտրիխ կոդ ընթերցող սարք, պահեստային խողովակների հավաքածու, թափոնների տարա, ռեագենտների հավաքածու, մալուխներ, մեկ տարվա սպասարկման փաթեթ պահեստամասերով: Մատակարարը
--	--	--	--	--	--	--

					պետք է հանդիսանա արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցիչը ՀՀ-ում և ապահովի սարքի տեղադրումը, միացումը, անձնակազմի ուսուցումը, երաշխիքային և ետերաշխիքային սպասարկման աշխատանքները: Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս ընթացքում կ'որակավորվի և գյուլունությունների սերտիֆիկատների, արտադրողի
Ар.Медтехника ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ОРЧ-ЕУД № 25/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота	ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Предлагаемый товар
2					կողմից տրված մատակարարման և սպասարկման հավաստագրի տեխнические характеристики պարտադիր առկայությունը հայտի գնահատման փուլում:
					Սերտիֆիկատները առնվազն` EMAS, ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2016, CE 98/79 EC- Annex 4