

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Cardinal Health/ Cordis Avanti / Brite Tip	Avanti / Brite Tip	Avanti / Brite Tip	Cardinal Health/ Cordis	Ախտորոշիչ և ինտերվենցիոն միջամտությունների համար նախատեսված ֆեմորալ ինտրոդյուսեր, չափսը՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr, պարունակում է՝ ինտրադյուսեր 11սմ ծայրի երկարությամբ, 0.038" տրամագծով վայեր, կցված համակարգ եռուղիով: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայական/ների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ:

					<p>Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն:</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом U9L-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Cardinal Health/ Cordis Avanti / Brite Tip	Avanti / Brite Tip	Avanti / Brite Tip	Cardinal Health/ Cordis	Ախտորոշիչ և ինտերվենցիոն միջամտությունների համար նախատեսված ֆեմորալ ինտրոդյուսեր, չափսը՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr, պարունակում է՝ ինտրադյուսեր 11սմ ծայրի երկարությամբ, 0.038" տրամագծով վայեր, կցված համակարգ եռուղիով: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայական/ների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ:

					<p>Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն:</p>
--	--	--	--	--	--