

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
55	Orbus	Sapphire	Sapphire	Orbus	55 33141136/514 Դիլատացիոն կորոնար կաթետր Բալոնային կաթետր (RX),0,014", կաթետրի երկարությունը՝ 145 սմ ~2%: Բալոնի նյութը՝ Պեբակս: Արտաքին հատվածում կրկնակի հիդրոֆիլային ծածկույթ և հիդրոֆոբային ծածկույթ՝ կաթետրի հատվածում: Բալոնի կրկնակի շերտի հաստությունը ոչ ավել քան 0.0014" (0.036մմ)2.25-5.0 մմ չափսերի համար:Բալոնի նոմինալ բացման ճնշումը՝ առավելագույնը 8 մթն,պայթման առավելագույն ճնշումը՝14մթն,ծայրի

					պրոֆիլը՝0.017"(0.43)°2%, ծայրի երկարությունը ոչ ավել 3մմ,շաֆթիպրոքսիմալ/դիստալ մասի տրամագիծը՝2.1/2.4 F°2%:Շաֆթի մեջ ինտեգրված վոլֆրամային ռենտգեն-կոնտրաստ նշանակիրներ նվազագույնը 1.0մմ երկարությամբ:Կախվածվիրահատվող անոթիտրամագծիցբալոնիպահաջվողչափերնեն ըստտրամագծերի՝ 1.2, 1.5, 2.0, 2.25, 2.5,2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 ՍՍ, ±2%: Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից բալոնի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության՝ - 6մմ (առնվազն 1.2-4.0 տրամագծերի դեպքում), 8մմ (առնվազն 1.2-4.0 տրամագծերի դեպքում), 12մմ (առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում), 15մմ (առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում), 20մմ (առնվազն 1.2-4.0 տրամագծերի դեպքում), 25մմ (առնվազն 2.0-4.0 տրամագծերի դեպքում), 30 ՍՍ (առնվազն 2.0-4.0 տրամագծերի դեպքում): Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը
--	--	--	--	--	---

պարտադիր է: Կամ
 Մատակարարման համակարգ՝
 Monorail Rapid exchange: Պատման
 ձևը՝ առանց թերթիկների 1,25մմ
 համար, 2 թերթիկ 1,5մմ համար, 3
 թերթիկ 2մմ և ավել տրամաչափերի:
 Ծայրի չափսը(Tip profile)
 0,016`` :Դիստալ շափտի
 տրամաչափը 2,4 Fr: Պրոքսիմալ
 շափտի տրամաչափը 1,9 Fr:
 Կաթետերի աշխատանքային
 երկարությունը 142 սմ: Նյութը
 Falcum Նոմինալ ճնշում 6-8
 մթն.: Պայթման հաշվարկային ճնշում
 14 մթն: Ռենտգեն կոնրաստային
 մարկերների քանակը 1` 1.25մմ և
 1.5մմ-ի համար, 2 2.0մմ և բարձրի
 համար: Ծածկույթը՝
 հիդրոֆիլ: Համատեղելի ուղղորդիչ
 լարի չափսը՝ 0.014`` : Համատեղելի
 ուղղորդիչ կաթետերի չափսը՝ 5Fr.:
 CE որակի սերտիֆիկատի
 առկայություն: հատ 20 ք. Երևան,
 Հր. Ներսիսյան 7 Համաձայն
 պատվերի Համապատասխան
 ֆինանսական միջոցներ
 նախատեսվելու դեպքում կողմերի
 միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի
 մեջ մտնելու օրվանից հետո

					յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Բեւթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
55	Orbus	Sapphire	Sapphire	Orbus	55 33141136/514 Դիլատացիոն կորոնար կաթետր Բալոնային կաթետր (RX),0,014", կաթետրի երկարությունը՝ 145 սմ ±2%: Բալոնի նյութը՝ Պեբակս: Արտաքին հատվածում կրկնակի հիդրոֆիլային ծածկույթ և հիդրոֆոբային ծածկույթ՝ կաթետրի հատվածում: Բալոնի կրկնակի շերտի հաստությունը ոչ ավել քան 0.0014" (0.036մմ)2.25-5.0 մմ չափսերի համար:Բալոնի նոմինալ բացման ճնշումը՝ առավելագույնը 8 մթն,պայթման առավելագույն ճնշումը՝14մթն,ծայրի

						պրոֆիլը՝0.017"(0.43)°2%, ծայրի երկարությունը ոչ ավել 3մմ,շաֆթիպրոքսիմալ/դիստալ մասի տրամագիծը՝2.1/2.4 F°2%:Շաֆթի մեջ ինտեգրված վոլֆրամային ռենտգեն-կոնտրաստ նշանակիրներ նվազագույնը 1.0մմ երկարությամբ:Կախվածվիրահատվող անոթիտրամագծիցբալոնիպահաջվողչափերնեն ըստտրամագծերի՝ 1.2, 1.5, 2.0, 2.25, 2.5,2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 ՍՍ, ±2%: Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից բալոնի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության՝ - 6մմ (առնվազն 1.2-4.0 տրամագծերի դեպքում), 8մմ (առնվազն 1.2-4.0 տրամագծերի դեպքում), 12մմ (առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում), 15մմ (առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում), 20մմ (առնվազն 1.2-4.0 տրամագծերի դեպքում), 25մմ (առնվազն 2.0-4.0 տրամագծերի դեպքում), 30 ՍՍ (առնվազն 2.0-4.0 տրամագծերի դեպքում): Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը
--	--	--	--	--	--	---

պարտադիր է: Կամ
 Մատակարարման համակարգ՝
 Monorail Rapid exchange: Պատման
 ձևը՝ առանց թերթիկների 1,25մմ
 համար, 2 թերթիկ 1,5մմ համար, 3
 թերթիկ 2մմ և ավել տրամաչափերի:
 Ծայրի չափսը(Tip profile)
 0,016``: Դիստալ շափտի
 տրամաչափը 2,4 Fr: Պրոքսիմալ
 շափտի տրամաչափը 1,9 Fr:
 Կաթետերի աշխատանքային
 երկարությունը 142 սմ: Նյութը
 Falcum Նոմինալ ճնշում 6-8
 մթն.: Պայթման հաշվարկային ճնշում
 14 մթն: Ռենտգեն կոնրաստային
 մարկերների քանակը 1` 1.25մմ և
 1.5մմ-ի համար, 2 2.0մմ և բարձրի
 համար: Ծածկույթը՝
 հիդրոֆիլ: Համատեղելի ուղղորդիչ
 լարի չափսը՝ 0.014``: Համատեղելի
 ուղղորդիչ կաթետերի չափսը՝ 5Fr.:
 CE որակի սերտիֆիկատի
 առկայություն: հատ 20 ք. Երևան,
 Հր. Ներսիսյան 7 Համաձայն
 պատվերի Համապատասխան
 ֆինանսական միջոցներ
 նախատեսվելու դեպքում կողմերի
 միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի
 մեջ մտնելու օրվանից հետո

					յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:
--	--	--	--	--	--