

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Terumo	Ultimaster Tansei	.	Terumo	Դեղապատ ստենտ, դեղը Սիրոլիմուս, որով պատված է միայն ստենտի դիզայնի անցումային մասերը, կապերի վրա դեղ չկա, որը նպաստում է ավելցուկի պակասեցմանը: Ստենտի նյութը՝ կոբալտ քրոմ, ունի բաց դիզայն, ստենտի նյութի հաստությունը՝ 80μm, ստենտի ճաղերի բացվածքը 131 աստիճան, դեղի դոզան՝ 3.9μg/mm ներծծվող պոլիմեր, դեղով պատված է միայն ստենտի արտաքին մասը: Պոլիմերը վերանում է 3-4 ամսվա ընթացքում: Ստենտի բալունը՝ եռաթև է, նեյլոնից:

Մուտքի տրամագիծը՝ 0.45մմ:
Դիստալ հատվածը հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, պրոքսիմալ հատվածը՝ սիլիկոնե ծածկույթով:
Աշխատաքային երկարությունը՝ 144սմ: Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից ստենտի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության՝ 9մմ, 12մմ, 15մմ, 18մմ, 21մմ, 24մմ, 28մմ, 33մմ, 38մմ:
Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից ստենտի պահանջվող չափերն են ըստ տրամագծերի՝ 2,25մմ, 2,5մմ, 2,75մմ, 3,0մմ, 3,5մմ, 4,0մմ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայական/ների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ:
Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:
Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի

				<p>առնվազն 75%-ի առկայություն: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ELXU72P-25/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Terumo	Ultimaster Tansei	.	Terumo	Стент, выделяющий лекарственное средство, препарат Сиролимус покрывает только переходные части конструкции стента, на звеньях отсутствует лекарственное средство, что помогает уменьшить избыток. Материал стента: хром-кобальт, открытая конструкция, толщина материала стента: 80 мкм, зазор стента 131 градус, доза препарата: 3,9 мкг/мм абсорбируемого полимера, только с лекарственным покрытием. Наружная часть стента отпадает в течение 3-4 месяцев. Диаметр

				<p>стенда 0,45 мм. Проксимальная часть покрыта силиконом. Размер стента зависит от роста пациента. 9 мм, 12 мм, 15 мм, 18 мм, 21 мм, 24 мм, 28 мм, 33 мм, 38 мм. В зависимости от диаметра оперируемого сосуда поддерживаемые размеры стента: 2,25 мм, 2,5 мм, 2,75 мм, 3,0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм. Для любой поставляемой партии необходимо наличие знака CE или сертификата качества FDA. вернуть или обменять товар на другой размер, если в наличии не менее 50% полного срока годности товара.</p>
--	--	--	--	---