

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	Penumbra	Red 62/68/72	.	Penumbra	Ներդրվասկուլյար ասպիրացիոն կաթետր, որը նախատեսված իշեմիկ կաթվածների ժամանակ թրոմբի հեռացման համար արտածման եղանակով: Հենքը պետք է լինի հյուսված, որի շնորհիվ հնարավորություն է տալիս պտտել կաթետերը դժվար բիֆուրկացիաները հաղթահարելու նպատակով, և չի ծալվում ոլորուն անոթային համակարգում: Ունի ավելի մեծ ասպիրացիոն ուժ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից և

վիրահատության տեսակից կաթետերի պահանջվող չափերն են՝ երկարությունը՝ 132 սմ, 138 սմ, արտաքին տրամագիծը՝ 1.93մմ; 2,13մմ; 2,16մմ, ներքին տրամագիծը՝ 062"; 0,68", 072", ծայրակալի տեսակը՝ ուղիղ, ամբողջ երկարությամբ նյութը PTFE: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայական/ների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ

					անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ELXU72P-25/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
12	Penumbra	Red 62/68/72	.	Penumbra	Нервно-сосудистый аспирационный катетер, предназначенный для аспирационного удаления тромбов при ишемических инсультах. Петля должна быть сплетена, чтобы катетер можно было вращать, преодолевая сложные бифуркации, и не перегибать извилистую сосудистую сеть. Имеет большую силу аспирации. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда и вида операции необходимые размеры катетера составляют: длина: 132 см, 138 см, наружный диаметр: 1,93

				<p>мм; 2,13 мм; 2,16 мм, внутренний диаметр: 062 дюйма; 0,68 дюйма, 072 дюйма. Тип наконечника: прямой, полной длины. Материал: ПТФЭ. Для каждой поставляемой партии требуется маркировка CE или сертификат(ы) качества FDA.</p> <p>Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке.</p> <p>Включает технические характеристики, характеристики и инструкции по использованию в виде заводского руководства. Не менее 75 % полного срока годности на момент поставки. Наличие: На этапе заключения договора необходимо предоставить гарантийное письмо, выданное производителем или его представителем. Покупатель имеет право при необходимости вернуть или изменить размер товара на другой, при наличии не менее 50% срока годности товара.</p>
--	--	--	--	---