

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
46	Թոքերի արհեստական շնչառության սարք	Թոքերի արհեստական շնչառության սարք	Թոքերի արհեստական շնչառության սարք	Թոքերի արհեստական շնչառության սարք	Արհեստական օդափոխության սարք օդի խոնավացման և տաքացման համակարգով Հիվանդի տիպերը՝ Մեծահասակ, Մանկական, ՆորածինՏիպը տուրբինային՝ ոչ կոմպրեսորային: Էկրանի լուծաչափը առնվազն՝ 1280*800 պիքսել (H) x (V), առնվազն 12.1 Գույնավոր ակտիվ TFT հպումային մատրիցա: Պայծառություն՝ կարգավորելի, Էկրանիթեքվոլ՝ կարգաբերվող առնվազն 65 աստիճան:Ինվազիվ օդափոխության ռեժիմ առնվազն՝ VCV (ծավալի վերահսկման օդափոխություն), PCV

					(ճնշման վերահսկման օդափոխություն), VSIMV (Ծավալի սինխրոնիզացված ընդհատվող պարտադիր օդափոխություն), PSIMV (Ճնշման սինխրոնիզացված ընդհատվող պարտադիր օդափոխություն), CPAP/PSV (Շարունակական դրական օդուղիների ճնշման/ճնշման օժանդակ օդափոխություն), PRVC (Ճնշման կարգավորվող, ծավալի վերահսկում), V+SIMV (PRVC+SIMV), BPAP (Bilevel դրական օդուղիների ճնշում) , APRV, Apnea դափոխում: Ոչ ինվազիվ օդափոխության ռեժիմ առնվազն `PCV (ճնշման վերահսկման օդափոխություն), PSIMV (Ճնշման սինխրոնիզացված ընդհատվող պարտադիր օդափոխություն), CPAP/PSV (Շարունակական դրական օդուղիների ճնշման/ճնշման օժանդակ օդափոխություն), BPAP (Bilevel դրական օդուղիների ճնշում), APRV: Կարգաբերվող պարամետրերը առնվազն` O2% 21-100, VT (ծավալ) 2-2000 մլ, MV 100 լ/ր, f (Օդափոխության հաճախականություն) 1-150 շ/ր,
--	--	--	--	--	---

fSIMV(Օդափոխության
 հաճախականությունը SIMV
 ռեժիմում) 1-150 շ/ր, I:E միջակայք
 4:1-1:10, Tinsp (ներշնչման
 ժամանակ) 0.20-10 վ, Դադար
 5-60%, ΔP_{insp} 0-60cmH₂O, ΔP_{supp}
 5-60cmH₂O, PEEP 1-45cmH₂O, Exp%
 10-85% և ավտոմատ, ներշնչման
 դադարի ժամանակի տիրույթը
 առնվազն 0,2-10վ Համաժամեցված
 խողովակի դիմադրության
 համապատասխանության
 գործառույթ՝ Մեծահասակները՝ 5,0
 -12,0 մմ (0,5 մմ ավելացումներ)
 Մանկական՝ 2,5 - 8,0 մմ (0,5 մմ
 ավելացումներ): Վերահսկվող
 պարամետրեր առնվազն՝ Paw Ppeak
 PplatPmean PEEP Insp Flow Exp Flow
 MV MV leak MV spn Real
 timeGraphics: Pressure-time
 waveforms Flow-time waveforms
 Volume-time waveforms Vte VTi
 Oxygen concentration VTe spn
 VTe/IBW ftotal fmand fspn Re Ri Paw-
 Volume Loop Flow-time Loop Paw-
 Flow Loop Cdyn Cstat Rcexp WOB
 RSBI NIF P0.1 PEEPiContinuous Flow
 (O₂ Therapy) Տազնապները
 առնվազն՝ Մակընթացային ծավալ,

					Բոպեական ծավալ, Շնչուղիների ճնշում, հաճախականություն, թթվածին (FiO), Apnea ահագանգման ժամանակ: Օքսիգենացիայի ռեժիմ, հոսքի տիրույթը առնվազն 4-60լ/րՏռենդներ գրաֆիկ և ցուցակով՝ առնվազն 72 ժամ բոլոր պարամետրերի համար: Արտաքին AC սնուցման աղբյուրՄուտքային լարումը 100-240 Վ 50/60 Հց, 2,5A առավելագույն հոսանքը: Ներքին մարտկոց՝ ներկառուցված լիթիում- իոնային մարտկոց, ոչ պակաս քան 6400 մԱԺ: Մարտկոցների քանակը առնվազն 2: Մարտկոցից աշխատանքի ժամանակը առնվազն 6 ժամ Հաղորդակցման ինտերֆեյսներ առնվազն՝ Rs232, RJ45, USB, Nurse call, CO2 կալիբրատորի միակցիչ: Գազամատակարարում O2 Խողովակների միակցիչ NIST կամ DISS Գազի մատակարարման ճնշումը 280-600 կՊաՔաշը՝ ոչ ավել քան 10 կգ: Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, ներառի լիարժեք աշխատանքի համար նախատեսված բոլոր պարագաները,
--	--	--	--	--	--

					տեղադրումը, ուսուցումը, առնվազն 12 ամիս երաշխիքային Ժամկետ:Որակի սերտիֆիկատների պարտադիր առկայություն առնվազն՝ ISO 9001, ISO 13485: 2016, ISO 14971, IEC 60601-1-25, CE acc MDD 93/42 ECC կամ FDA
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
46	Թոքերի արհեստական շնչառության սարք	Թոքերի արհեստական շնչառության սարք	Թոքերի արհեստական շնչառության սարք	Թոքերի արհեստական շնչառության սարք	Արհեստական օդափոխության սարք օդի խոնավացման և տաքացման համակարգով Հիվանդի տիպերը՝ Մեծահասակ, Մանկական, ՆորածինՏիպը տուրբինային՝ ոչ կոմպրեսորային: Էկրանի լուծաչափը առնվազն՝ 1280*800 պիքսել (H) x (V), առնվազն 12.1 Գունավոր ակտիվ TFT հպումային մատրիցա: Պայծառություն՝ կարգավորելի, Էկրանիթեքվոդ՝ կարգաբերվող առնվազն 65 աստիճան:Ինվազիվ օդափոխության ռեժիմ առնվազն՝ VCV (ծավալի վերահսկման օդափոխություն), PCV

					(ճնշման վերահսկման օդափոխություն), VSIMV (Ծավալի սինխրոնիզացված ընդհատվող պարտադիր օդափոխություն), PSIMV (Ճնշման սինխրոնիզացված ընդհատվող պարտադիր օդափոխություն), CPAP/PSV (Շարունակական դրական օդուղիների ճնշման/ճնշման օժանդակ օդափոխություն), PRVC (Ճնշման կարգավորվող, ծավալի վերահսկում), V+SIMV (PRVC+SIMV), BPAP (Bilevel դրական օդուղիների ճնշում) , APRV, Apnea դափոխում: Ոչ ինվազիվ օդափոխության ռեժիմ առնվազն `PCV (ճնշման վերահսկման օդափոխություն), PSIMV (Ճնշման սինխրոնիզացված ընդհատվող պարտադիր օդափոխություն), CPAP/PSV (Շարունակական դրական օդուղիների ճնշման/ճնշման օժանդակ օդափոխություն), BPAP (Bilevel դրական օդուղիների ճնշում), APRV: Կարգաբերվող պարամետրերը առնվազն` O2% 21-100, VT (ծավալ) 2-2000 մլ, MV 100 լ/ր, f (Օդափոխության հաճախականություն) 1-150 շ/ր,
--	--	--	--	--	---

fSIMV(Օդափոխության
 հաճախականությունը SIMV
 ռեժիմում) 1-150 շ/ր, I:E միջակայք
 4:1-1:10, Tinsp (ներշնչման
 ժամանակ) 0.20-10 վ, Դադար
 5-60%, ΔP_{insp} 0-60cmH₂O, ΔP_{supp}
 5-60cmH₂O, PEEP 1-45cmH₂O, Exp%
 10-85% և ավտոմատ, ներշնչման
 դադարի ժամանակի տիրույթը
 առնվազն 0,2-10վ Համաժամեցված
 խողովակի դիմադրության
 համապատասխանության
 գործառույթ՝ Մեծահասակները՝ 5,0
 -12,0 մմ (0,5 մմ ավելացումներ)
 Մանկական՝ 2,5 - 8,0 մմ (0,5 մմ
 ավելացումներ): Վերահսկվող
 պարամետրեր առնվազն՝ Paw Ppeak
 PplatPmean PEEP Insp Flow Exp Flow
 MV MV leak MV spn Real
 timeGraphics: Pressure-time
 waveforms Flow-time waveforms
 Volume-time waveforms Vte VTi
 Oxygen concentration VTe spn
 VTe/IBW ftotal fmand fspn Re Ri Paw-
 Volume Loop Flow-time Loop Paw-
 Flow Loop Cdyn Cstat Rcexp WOB
 RSBI NIF P0.1 PEEPiContinuous Flow
 (O₂ Therapy) Տազնապները
 առնվազն՝ Մակընթացային ծավալ,

					Բոպեական ծավալ, Շնչուղիների ճնշում, հաճախականություն, թթվածին (FiO), Apnea ահագանգման ժամանակ: Օքսիգենացիայի ռեժիմ, հոսքի տիրույթը առնվազն 4-60լ/րՏռենդներ գրաֆիկ և ցուցակով՝ առնվազն 72 ժամ բոլոր պարամետրերի համար: Արտաքին AC սնուցման աղբյուրՄուտքային լարումը 100-240 Վ 50/60 Հց, 2,5A առավելագույն հոսանքը: Ներքին մարտկոց՝ ներկառուցված լիթիում- իոնային մարտկոց, ոչ պակաս քան 6400 մԱԺ: Մարտկոցների քանակը առնվազն 2: Մարտկոցից աշխատանքի ժամանակը առնվազն 6 ժամ Հաղորդակցման ինտերֆեյսներ առնվազն՝ Rs232, RJ45, USB, Nurse call, CO2 կալիբրատորի միակցիչ: Գազամատակարարում O2 Խողովակների միակցիչ NIST կամ DISS Գազի մատակարարման ճնշումը 280-600 կՊաՔաշը՝ ոչ ավել քան 10 կգ: Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, ներառի լիարժեք աշխատանքի համար նախատեսված բոլոր պարագաները,
--	--	--	--	--	--

					տեղադրումը, ուսուցումը, առնվազն 12 ամիս երաշխիքային Ժամկետ:Որակի սերտիֆիկատների պարտադիր առկայություն առնվազն՝ ISO 9001, ISO 13485: 2016, ISO 14971, IEC 60601-1-25, CE acc MDD 93/42 ECC կամ FDA
--	--	--	--	--	---