

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիոն ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Գլխի ֆիքսացիայի ռետրակցիոն համակարգ ռենտգեն թափանցիկ	Գլխի ֆիքսացիայի ռետրակցիոն համակարգ ռենտգեն թափանցիկ	Գլխի ֆիքսացիայի ռետրակցիոն համակարգ ռենտգեն թափանցիկ	Գլխի ֆիքսացիայի ռետրակցիոն համակարգ ռենտգեն թափանցիկ	"Գանգի ֆիքսացիային ներկայացվող նվազագույն պահանջներն են՝ Ռենտգեն թափանցիկ, Պատրաստման նյութը՝ PEEK պլաստիկ, առանց մետաղի, պետք է ունենա ավտոմատ մաքրման հնարավորություն, Առավելագույն թուլյատրելի ծանրաբեռնվածությունը՝ առնվազն 12.5կգ: Ապահովում է 3 շտիֆտով գանգի կոշտ ֆիքսացիա, համատեղելի է մեջքի, փորի, կողքի վրա պառկած և նստած դիրքերի հետ: Հարմարեցված է պացիենտի գլխի տրամագծի միջակայքին՝

առնվազն 130-235մմ ($\pm 5\%$): Ունի
ռելսերի վրա արագ ձգվելու
տեխնոլոգիա՝ 8սմ x 2սմ ($\pm 5\%$),
երկու կողմից, քաշը՝ ոչ ավել, քան
1800գ: Լրակազմը ներառում է՝ 1.
Պտտվող հարմարակցիչ, որի
պատրաստման նյութը՝ կրկին
ռենտգեն թափանցիկ, POM
պլաստիկ, առանց մետաղի, պետք է
ունենա ձեռքով մաքրման և սրբման
հնարավորություն, բարձրությունը՝
130մմ ($\pm 5\%$), 360° պտտման
հնարավորությամբ: 2. Համակարգի
հենք, որի պատրաստման նյութերը՝
չժանգոտող պողպատ, ածխածնի
մանրաթել, PEEK պլաստիկ: Քաշը
6000գ ($\pm 5\%$)՝ կապող մասերի հետ
միասին: պետք է ունենա ձեռքով և
ավտոմատ մաքրման
հնարավորություն, իսկ
առավելագույն թույլատրելի
ծանրաբեռնվածությունը՝ առնվազն
12.5կգ: Պարտադիր պայման է՝
կողմնային հատվածներում
ուռուցիկությունների
բացակայությունը: Երկարացման
հնարավորությունը կազմում է մինչև
450մմ ($\pm 5\%$): Իսկ կողմնային և
սահող մասերը՝ հանովի են: Պետք է

ունենա հատուկ անցքեր բոլոր կապող մասերի վրա՝ լվանալուց հետո հեշտ չորացման համար, վիրահատական սեղանի կողքի ռեյսերից կախելու և նրանց վրայով սահեցնելու հնարավորություն, Հորիզոնական ձողի առնվազն միջնամասը պետք է լինի ածխածնի մանրաթելից, իսկ արգելակող կապող մասը մեկ ֆիքսատորով կողպում է թե՛ սահող, թե՛ ուղղահայաց շարժումը: Համակարգը պետք է տեղադրվի, կարգավորվի և օգտագործվի առանց որևէ հավելյալ գործիքի կիրառման: 3. Գանգի շտիֆտներ 9 հատ, Պատրաստման նյութերը՝ տիտան, PEEK պլաստիկ, բնական ռեզին, քաշը՝ առավելագույնը 2.1գ: Պետք է ծածկված լինեն հատուկ ամրացված պոլիմերով՝ ներվիրահատական պատկերման ժամանակ արտեֆակտերի նվազեցման համար (ՀՇ, ՄԴՇ, Ռենտգեն, ֆյուրոսկոպիա), Շտիֆտների վրա պետք է առկա լինեն համապատասխան գունանշումները, իսկ տուփը պետք է լինի թափանցիկ, դրանց

տեսանելիության համար: 4. Ճկուն պտտվող ձեռք, Պատրաստման Նյութը՝ չժանգոտող պողպատ, Քաշը՝ 390գ ($\pm 5\%$), Երկարությունը՝ 200մմ ($\pm 2\%$): Պետք է ունենա ձեռքով, ավտոմատ և ավտոկլավում մանրեագերծելու հնարավորություն, ռետրակտորի կորպուսի պտտումը՝ 360 աստիճան, ձգած վիճակում դիրքի փոփոխման հնարավորություն՝ առանց ձգման ամբողջական թուլացման, շեղբերի արագ միացման հնարավորություն: Համակարգը պետք է տեղադրվի, կարգավորվի և օգտագործվի առանց որևէ հավելյալ գործիքի կիրառման: Ձեռքին ամրացվող վիրահատական ծախսանյութերի սկուտեղի առկայություն: 5. Շեղբեր 2 հատ, Պատրաստման նյութերը՝ չժանգոտող պողպատ, բարձր ամրության պոլիամիդ: Պետք է ունենան ձեռքով, ավտոմատ, ջերմային և ավտոկլավում մանրեագերծելու հնարավորություն: Չափերը՝ 152 x 3մմ և 152 x 5մմ ($\pm 5\%$): Շեղբերը ճկելու և պրոցեդուրային հարմարեցնելու հնարավորություն: 6. Պացիենտի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

<p>ООО Сиун в качестве участника в</p>		<p>рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ELUQ-P-25/17</p>	<p>полное описание предлагаемого им товара.</p>		<p>ձեռքի հենարան՝ վիրահատական սեղանի ռեյսին ամրացնող դետալով, որը նախատեսված է պացիենտի կողքի վրա պռակած դիրքի համար: Համակարգը պետք է ամրացվի բժշկական կենտրոնում առկա Tekhard 700 վիրահատական սեղանին: Պահանջվող տեխնիկական բնութագրով համարժեք են համարվում DORO կամ Mayfield ապրանքանիշի ֆիրմային: Երաշխիքային տեխնիկական բնութագրով ժամկետը ոչ պակաս, քան 24 ամիս:</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>марка</p>	<p>Предлагаемый товар наименование производителя</p>	<p>կամ Mayfield ապրանքանիշի ֆիրմային: Երաշխիքային տեխնիկական բնութագրով ժամկետը ոչ պակաս, քան 24 ամիս:</p>
<p>6</p>					<p>Համակարգի տեղադրումը և ուսուցումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Սարքը պետք է լինի նոր և նախկինում չօգտագործված:"</p>