ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիուն ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Black Forest Medical	DORO®	LUCENT®	pro med instruments GmbH, part of Black Forest Medical Group	"Գանգի ֆիքսացիային ներկայացվող նվազագույն պահանջներն են՝ Ռենտգեն թափանցիկ, Պատրաստման նյութը՝ PEEK պլաստիկ, առանց մետաղի, պետք է ունենա ավտոմատ մաքրման հնարավորություն, Առավելագույն թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը՝ առնվազն 12.5կգ: Ապահովում է 3 շտիֆտով գանգի կոշտ ֆիքսացիա, համատեղելի է մեջքի, փորի, կողքի վրա պառկած և նստած դիրքերի հետ: Հարմարեցված է պացիենտի գլխի տրամագծի միջակայքին՝

						առնվազն 130-235մմ (±5%)։ Ունի ռելսերի վրա արագ ձգվելու տեխնոլոգիա՝ 8սմ x 2սմ (±5%), երկու կողմից, քաշը՝ ոչ ավել, քան 1800գ։ Լրակազմը ներառում է՝ 1. Պտտվող հարմարակցիչ, որի պատրաստման նյութը՝ կրկին ռենտգեն թափանցիկ, POM պլաստիկ, առանց մետաղի, պետք է ունենա ձեռքով մաքրման և սրբման հնարավորություն, բարձրությունը՝ 130մմ (±5%), 360° պտտման հնարավորությամբ։ 2. Համակարգի հենք, որի պատրաստման նյութերը՝ չժանգոտող պողպատ, ածխածնի մանրաթել, PEEK պլաստիկ։ Քաշը 6000գ (±5%)՝ կապող մասերի հետ միասին։ պետք է ունենա ձեռքով և ավտոմատ մաքրման հնարավորություն, իսկ առավելագույն թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը՝ առնվազն 12.5կգ։ Պարտադիր պայման է՝ կողմնային հատվածներում ուռուցիկությունների բացակայությունը։ Երկարացման հնարավորությունը կազմում է մինչև 450մմ (±5%)։ Իսկ կողմնային և սահող մասերը՝ հանովի են։ Պետք է

						ունենա հատուկ անցքեր բոլոր կապող մասերի վրա՝ լվանալուց հետո հեշտ չորացման համար, վիրահատական սեղանի կողքի ռելսերից կախելու և նրանց վրայով սահեցնելու հնարավորություն, Հորիզոնական ձողի առնվազն միջնամասը պետք է լինի ածխածնի մանրաթելից, իսկ արգելակող կապող մասը մեկ ֆիքսատորով կողպում է թե՛ սահող, թե՛ ուղղահայաց շարժումը: Համակարգը պետք է տեղադրվի, կարգավորվի և օգտագործվի առանց որևէ հավելյալ գործիքի կիրառման: 3. Գանգի շտիֆտներ 9 հատ, Պատրաստման նյութերը՝ տիտան, PEEK պլաստիկ, բնական ռեզին, քաշը՝ առավելագույնը 2.1գ: Պետք է ծածկված լինեն հատուկ ամրացված պոլիմերով՝ ներվիրահատական պատկերման ժամանակ արտեֆակտերի նվազեցման համար (ՀԾ, ՄՌԾ, Ռենտգեն, ֆլյուրոսկոպիա), Շտիֆտների վրա պետք է առկա լինեն համապատասխան գունանշումները, իսկ տուփը պետք է լինի թափանցիկ, դրանց

						տեսանելիության համար: 4. Ճկուն պտտվող ձեռք, Պատրաստման նյութը՝ չժանգոտող պողպատ, Քաշը՝ 390գ (±5%), Երկարությունը՝ 200մմ (±2%): Պետք է ունենա ձեռքով, ավտոմատ և ավտոկլավում մանրէազերծելու հնարավորություն, ռետրակտորի կորպուսի պտտումը՝ 360 աստիճան, ձգած վիճակում դիրքի փոփոխման հնարավորություն՝ առանց ձգման ամբողջական թուլացման, շեղբերի արագ միացման հնարավորություն: Համակարգը պետք է տեղադրվի, կարգավորվի և օգտագործվի առանց որևէ հավելյալ գործիքի կիրառման: Ձեռքին ամրացվող վիրահատական ծախսանյութերի սկուտեղի առկայություն: 5. Շեղբեր 2 հատ, Պատրաստման նյութերը՝ չժանգոտող պողպատ, բարձր ամրության պոլիամիդ: Պետք է ունենան ձեռքով, ավտոմատ, ջերմային և ավտոկլավում մանրէազերծելու հնարավորություն: Չափերը՝ 152 x 3մմ և 152 x 5մմ (±5%): Շեղբերը ճկելու և պրոցեդուրային հարմարեցնելու հնարավորություն: 6. Պացիենտի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Сиун в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Технические характеристики
6					ձեռքի հենարան՝ վիրահատական սեղանի ռելսին ամրացնող դետալով, որը նախատեսված է պացիենտի կողքի վրա պառկած դիրքի համար: Համակարգը պետք է ամրացվի բժշկական կենտրոնում առկա Tekhard 700 վիրահատական սեղանին: Պահանջվող տեխնիկական բնութագրով համարժեք են համարվում DORO կամ Mayfield ապրանքանիշի ֆիքսատորները: Երաշխիքային ժամկետը ոչ պակաս, քան 24 ամիս: Համակարգի տեղադրումը և ուսուցումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Սարքը պետք է լինի նոր և նախկինում չօգտագործված:"