

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՍ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Medtronic	Rebar	Rebar	Medtronic	<p>Միկրոկաթետերը պետք է նախատեսված լինի Էնդովասկուլյար միջամտություններ իրականացնելու համար: Պետք է լինի համատեղելի Solitaire™ Platinum սարքի և Onyx™ հեղուկ էմբոլիզացիայի համակարգի հետ: Պետք է ունենա մեկ կամ երկու ռենտգենոկոնտրաստ մարկերներ դիստալ հատվածում ինչպես նաև ծայրի կառուցվածքի փոփոխման հնարավորություն: Ներքին տրամագիծը՝ 0.015'' կամ 0.017'' կամ 0.021'': Արտաքին տրամագիծը՝ ոչ ավել քան 2.8F դիստալ հատվածում և ոչ ավել քան 2.3F</p>

պրոքսիմալ հատվածում: Կաթետերի ընդհանուր երկարությունը պետք է լինի՝ ոչ պակաս, քան՝ 158սմ, իսկ աշխատանքային երկարությունը՝ ոչ պակաս, քան 153սմ: Հիդրոֆիլ արտաքին ծածկույթի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայական/ների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ

					չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ELXU72F-25/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10					