

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-39/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Ինֆուզոմատ BYS-820	Ինֆուզոմատ BYS-820	Ինֆուզոմատ BYS-820	Hunan Beyond Medical Technology Co., Ltd.,China	Ինֆուզոմատ, կաթիլային HD LCD Էկրան, ինտերֆեյս, աշխատանքային կարգավիճակի դինամիկ ցուցադրում, օկյուլդիայի, դատարկության, ցածր մարտկոցի, ինֆուզիոն ավարտի, դռան բացման, սխալ կարգավորումների և այլնի համար ձայնային և վիզուալ ահազանգի առկայությամբ, համատեղելի է ցանկացած ապրանքանիշի ինֆուզիոն հավաքածուների հետ, ճիշտ չափաբերումից հետո, լուծույթի նախադրված ծավալի, գործառնական ռեժիմ. մլ/ժ և

կաթիլ/րոպե միացնելու հնարավորությամբ; մաքրման ֆունկցիայով, KVO-ի արագությունը 1-5մլ/ժ (1մլ/ժ քայլ), KVO (keep-vein- open) ավտոմատ բացվելու հնարավորությամբ ինֆուզիոնի ավարտից հետո, OEM հասանելիություն: Ինֆուզիոն պոմպի արագությունը՝ 1մլ/ժ ~ 1200մլ/ժ, հոսքի ճշգրտությունը՝ $\pm 5\%$, մեխանիկական ճշգրտությունը՝ $\pm 2\%$, մաքրման արագությունը՝ 100 մլ/ժ ~ 1000 մլ/ժ (100 մլ/ժ հավելումներ), ինֆուզիոն ծավալը՝ 1մլ ~ 9999մլ, ինֆուզիոն ընդհանուր ծավալը՝ 0,1 մլ ~ 9999,9 մլ, KVO արագություն՝ 1մլ/ժ ~ 5մլ/ժ (1մլ/ժ քայլ), օկյուզիայի երեք մակարդակ՝ բարձր - 800 մմ ս/ս ± 200 մմ ս/ս (106,7 կՊա $\pm 26,7$ կՊա, միջին՝ 500 մմ ս/ս ± 100 մմ ս/ս (66,7 կՊա $\pm 13,3$ կՊա), ցածր՝ 300 մմ ս/ս ± 100 մմ ս/ս (40,7 կՊա $\pm 13,3$ կՊա): Սնուցման աղբյուր՝ 100-240VAC, 50/60Hz; Ներքին մարտկոց: Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության
--

					համար:Սարքը նոր է, չօգտագործված,փակ գործարանային տուփով, օգտագործողի ռուսերեն ձեռնարկ: Մատակարարը պետք է ապահովի սարքավորման անվնաս տեղափոխումը, տեղադրումը: Աշխատանքային ռեժիմի բերումը, գործարկումը պետք է կատարվի բժշկական կենտրոնի տարածքում՝ պատվիրատուի ներկայացուցչի ներկայությամբ: Տեղադրումը, ուսուցումը և երաշխիքային ժամկետի ընթացքում տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ՝ սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Երաշխիքը 24 ամիս: Որակի վկայականներ (առկայություն). ISO13485 :
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդիտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2000P4-ECXQ72P-39/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Инфузомат BYS-820	Инфузомат BYS-820	Инфузомат BYS-820	Hunan Beyond Medical Technology Co., Ltd., China	Инфузомат, капельный ЖК-дисплей HD, пользовательский интерфейс, динамическое отображение рабочего состояния, звуковая и визуальная сигнализация окклюзии, пустой батареи, низкого заряда батареи, окончания инфузии, открытой дверцы, неправильных настроек и т. д. совместим с инфузионными наборами любой марки при правильной калибровке, заданном объеме раствора, режиме работы; с возможностью подключения мл/ч и капель/мин; с функцией продувки,

					скорость KVO 1-5 мл/ч (с шагом 1 мл/ч), KVO (сохранение вены открытой) с автоматическим открытием после окончания инфузии, доступность OEM. Скорость инфузионного насоса: 1 мл/ч ~ 1200 мл/ч, точность потока: $\pm 5\%$, механическая точность: $\pm 2\%$, скорость продувки: 100 мл/ч ~ 1000 мл/ч (с шагом 100 мл/ч), объем инфузии: 1 мл ~ 9 999 мл, общий объем инфузии: 0,1 мл ~ 9 999,9 мл, скорость KVO: 1 мл/ч ~ 5 мл/ч (шаг 1 мл/ч), три уровня окклюзии: высокий - 800 мм Гс/с ± 200 мм Гс/с (106,7 кПа $\pm 26,7$ кПа, средний: 500 мм Гс/с ± 100 мм Гс/с (66,7 кПа $\pm 13,3$ кПа), низкий: 300 мм Гс/с ± 100 мм Гс/с (40,7 кПа $\pm 13,3$ кПа) Электропитание: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц Внутренняя батарея; В комплект включены все необходимые дополнительные аксессуары, необходимые для полноценной работы. Устройство новый, неиспользованный, в закрытой заводской упаковке, с руководством пользователя на
--	--	--	--	--	--

					русском языке. Поставщик обязан обеспечить безопасную транспортировку и монтаж оборудования. Приведение в рабочий режим, пуск должен производиться на территории медицинского центра в присутствии представителя заказчика. Монтаж, обучение и обслуживание в течение гарантийного срока сертифицированным специалистом. Гарантия 24 месяцев. Сертификаты качества (наличие). ISO13485 .
--	--	--	--	--	---