

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
39	Terumo	Ryurei/Accuforce	.	Terumo	Սրտանոթային դիլատացիոն եռաթև բալոնային կաթետր ռենտգենկոնտրաստ նշանակիրով, հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, մուտքային պրոֆիլը 0,43մմ, կաթետրի աշխատանքային երկարությունը 145սմ, բոլոր չափերի համար նոմինալ ճնշումը որ պակաս քան 6atm իսկ պայթման ճնշումը՝ ոչ պակաս քան 12atm: Շավթի տրամագիծը՝ պրոքսիմալ հատվածում 1,8-2,0ֆռ, դիստալ հատվածում 2,4-2,6ֆռ: Բալոնի չափսերը՝ -1,25մմ տրամագծի համար երկարությունները՝

					առնվազն 2 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ 10մմ, ամենաերկարը՝ 15մմ: -1,50մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 2 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ 15մմ, ամենաերկարը՝ 20մմ: 2,00մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 7 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ 6մմ, ամենաերկարը՝ 40մմ: -2,25; 2,75 և 4,00մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 8 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ 6մմ, ամենաերկարը՝ 40մմ: -2,50; 3,00 և 3,50մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 9 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ 6մմ, ամենաերկարը՝ 40մմ: -3,25 և 3,75մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 5 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ 6մմ, ամենաերկարը՝ 20մմ: -4,50 և 5,00 տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 4 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ 6մմ,
--	--	--	--	--	--

				ամենաերկարը՝ 15մմ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայական/ների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ELXU72P-25/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
39	Terumo	Ryurei/Accuforce	.	Terumo	«Сердечно-сосудистый дилатационный баллонный катетер с рентгеноконтрастным маркером, с гидрофильным покрытием, входной профиль 0,43 мм, рабочая длина катетера 145 см, номинальное давление для всех размеров не более 6 атм и давление разрыва не менее 12 атм. Диаметр ствола: 1,8-2,0 фр в проксимальной части, 1,8-2,0 фр в дистальной части 2,4-2,6 фр. Длина для диаметра -1,25мм: минимум 2 размера, самый короткий - 15мм. Для диаметра -1,50мм, минимум 2

				размера, самый короткий - 20мм. с самым коротким: 40 мм: -2,25; для диаметров 2,75 и 4,00 мм: не менее 6 мм; для диаметров 3,00 мм и 3,50 мм: не менее 9 размеров: 6 мм, самая длинная 40 мм, минимальная длина -3,25 мм и 3,75 мм для каждого диаметра, самая короткая 6 мм, самая длинная 20 мм, минимальная длина - 4,50 мм и 5,00 мм для каждого диаметра, самая длинная 6 мм. Для поставляемой партии требуется маркировка CE или сертификат качества FDA. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает технические характеристики и инструкции по использованию в форме заводского руководства.
--	--	--	--	--