

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
35	OrbusNeich	Sapphire NC	Sapphire NC	OrbusNeich	<p>"Բալոնային կաթետր (NC),0,014"" կաթետրի երկարությունը՝ 142-143 սմ: Բալոնի նյութը՝ Պեբակս: Կրկնակի հիդրոֆիլային ծածկույթի առկայություն: Բալոնի կրկնակի շերտ՝3.5-5.0 մմ չափսերի համար:Բալոնի նոմինալ բացման ճնշումը՝ ոչ ավել 12 մթն,պայթման առավելագույն ճնշումը՝18մթն,ծայրի պրոֆիլը՝0.18""(0.45)°2%, ծայրի երկարությունը ոչ ավել 3.74մմ,շաֆթիպրոքսիմալ/դիստալ մասի տրամագիծը՝2.2/2.5 F°2%:Շաֆթի մեջ ինտեգրված վոլֆրամային ռենտգեն-կոնտրաստ</p>

Աշանակիրներն սվազագույնը 1.1մմ  
երկարությամբ: Կախված  
վիրահատվող անոթի տրամագծից  
բալոնի պահաջվող չափերն են ըստ  
տրամագծերի՝ -1.5, 2.0, 2.25,  
2.5,2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5,  
5.0 ՍՍ, Կախված վիրահատության  
ժամանակ հիվանդի անոթի  
վնասվածքի չափից բալոնի  
պահանջվող չափերն են ըստ  
երկարության՝ - 6մմ (առնվազն  
1.5-4.0 տրամագծերի դեպքում), 8մմ  
(առկա բոլոր տրամագծերի  
դեպքում), 12մմ (առկա բոլոր  
տրամագծերի դեպքում), 15(առկա  
բոլոր տրամագծերի դեպքում), 20մմ  
(առկա բոլոր տրամագծերի  
դեպքում), 25 ՍՍ (առնվազն 3.0 և  
3.5 տրամագծերի դեպքում):  
Ցանկացած մատակարարված  
խմբաքանակի համար CE MARK կամ  
FDA որակի վկայականների  
առկայությունը պարտադիր է: TREK,  
MINITREK, կամ համարժեք:  
Ցանկացած մատակարարված  
խմբաքանակի համար պարտադիր է  
արտադրող կազմակերպության  
կողմից մատակարարին տրված  
ծագման սերտիֆիկատի

անկայությունը: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:

Կամ Մատակարարման համակարգ՝  
Rapid exchange Monorail:  
Մատակարարման համակարգ՝  
Monorail, Rapid exchange: Պատման ձևը՝ 3 թերթիկանի, (5 թերթիկ 4,0-5,0 չափսերի համար): Ծայրի չափսը(Tip profile) 0,016`` : Դիստալ շափտի տրամաչափը 2,4 Fr (3,0 Fr 4,0-5,0-ի համար): Պրոքսիմալ շափտի տրամաչափը 1,9 Fr: Կաթետերի աշխատանքային երկարությունը 138-142 սմ-ի միջակայքում:Նյութը Falcrum; Նոմինալ ճնշում 10 մթն: Պայթման հաշվարկային ճնշում 18 մթն: Ռենտգեն կոնրաստային մարկերների քանակը՝ 2: Համատեղելի ուղղորդիչ լարի չափսը՝ 0.014: Համատեղելի ուղղորդիչ կաթետերի չափսը՝ 5Fr: Հասանելի չափսերը՝ Տրամաչափ՝ 2,0, 2,25, 2,5, 2,75, 3,0, 3,25, 3,5,

				3,75, 4,0, 4,5, 5,0; Երկարություն 6, 9, 12, 15, 21, 27; Ծածկույթը` Selective Dura Trac: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայական/ների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները` գործարանային ձեռնարկի ձևով: "
--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Բերթ Սմարթ Մեդիլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
35	OrbusNeich	Sapphire NC	Sapphire NC	OrbusNeich	<p>"Բալոնային կաթետր (NC),0,014"" , կաթետրի երկարությունը՝ 142-143 սմ: Բալոնի նյութը՝ Պեբակս: Կրկնակի հիդրոֆիլային ծածկույթի առկայություն: Բալոնի կրկնակի շերտ՝3.5-5.0 մմ չափսերի համար:Բալոնի նոմինալ բացման ճնշումը՝ ոչ ավել 12 մթն,պայթման առավելագույն ճնշումը՝18մթն,ծայրի պրոֆիլը՝0.18""(0.45)°2%, ծայրի երկարությունը ոչ ավել 3.74մմ,շաֆթիպրոքսիմալ/դիստալ մասի տրամագիծը՝2.2/2.5 Բ°2%:Շաֆթի մեջ ինտեգրված վոլֆրամային ռենտգեն-կոնտրաստ</p>

Աշանակիրներն սվազագույնը 1.1մմ  
երկարությամբ: Կախված  
վիրահատվող անոթի տրամագծից  
բալոնի պահաջվող չափերն են ըստ  
տրամագծերի՝ -1.5, 2.0, 2.25,  
2.5,2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5,  
5.0 ՍՍ, Կախված վիրահատության  
ժամանակ հիվանդի անոթի  
վնասվածքի չափից բալոնի  
պահանջվող չափերն են ըստ  
երկարության՝ - 6մմ (առնվազն  
1.5-4.0 տրամագծերի դեպքում), 8մմ  
(առկա բոլոր տրամագծերի  
դեպքում), 12մմ (առկա բոլոր  
տրամագծերի դեպքում),, 15(առկա  
բոլոր տրամագծերի դեպքում), 20մմ  
(առկա բոլոր տրամագծերի  
դեպքում), 25 ՍՍ (առնվազն 3.0 և  
3.5 տրամագծերի դեպքում):  
Ցանկացած մատակարարված  
խմբաքանակի համար CE MARK կամ  
FDA որակի վկայականների  
առկայությունը պարտադիր է: TREK,  
MINITREK, կամ համարժեք:  
Ցանկացած մատակարարված  
խմբաքանակի համար պարտադիր է  
արտադրող կազմակերպության  
կողմից մատակարարին տրված  
ծագման սերտիֆիկատի

անկայությունը: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:

Կամ Մատակարարման համակարգ՝  
Rapid exchange Monorail:  
Մատակարարման համակարգ՝  
Monorail, Rapid exchange: Պատման ձևը՝ 3 թերթիկանի, (5 թերթիկ 4,0-5,0 չափսերի համար): Ծայրի չափսը(Tip profile) 0,016`` : Դիստալ շափտի տրամաչափը 2,4 Fr (3,0 Fr 4,0-5,0-ի համար): Պրոքսիմալ շափտի տրամաչափը 1,9 Fr:  
Կաթետերի աշխատանքային երկարությունը 138-142 սմ-ի միջակայքում:Նյութը Falcrum;  
Նոմինալ ճնշում 10 մթն: Պայթման հաշվարկային ճնշում 18 մթն:  
Ռենտգեն կոնրաստային մարկերների քանակը՝ 2:  
Համատեղելի ուղղորդիչ լարի չափսը՝ 0.014: Համատեղելի ուղղորդիչ կաթետերի չափսը՝ 5Fr:  
Հասանելի չափսերը՝ Տրամաչափ՝ 2,0, 2,25, 2,5, 2,75, 3,0, 3,25, 3,5,

				3,75, 4,0, 4,5, 5,0; Երկարություն 6, 9, 12, 15, 21, 27; Ծածկույթը` Selective Dura Trac: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայական/ների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները` գործարանային ձեռնարկի ձևով: "
--	--	--	--	--