

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
35	OrbusNeich	Sapphire NC	Sapphire NC	OrbusNeich	"Բալոնային կաթետր (NC),0,014"" կաթետրի երկարությունը՝ 142-143 սմ: Բալոնի նյութը՝ Պեբակս: Կրկնակի հիդրոֆիլային ծածկույթի առկայություն: Բալոնի կրկնակի շերտ՝3.5-5.0 մմ չափսերի համար:Բալոնի նոմինալ բացման ճնշումը՝ ոչ ավել 12 մթն,պայթման առավելագույն ճնշումը՝18մթն,ծայրի պրոֆիլը՝0.18""(0.45)°2%, ծայրի երկարությունը ոչ ավել 3.74մմ,շաֆթիպրոքսիմալ/դիստալ մասի տրամագիծը՝2.2/2.5 F°2%:Շաֆթի մեջ ինտեգրված վոլֆրամային ռենտգեն-կոնտրաստ

Աշանակիրներն սվազագույնը 1.1մմ
երկարությամբ: Կախված
վիրահատվող անոթի տրամագծից
բալոնի պահաջվող չափերն են ըստ
տրամագծերի՝ -1.5, 2.0, 2.25,
2.5,2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5,
5.0 ՍՍ, Կախված վիրահատության
ժամանակ հիվանդի անոթի
վնասվածքի չափից բալոնի
պահանջվող չափերն են ըստ
երկարության՝ - 6մմ (առնվազն
1.5-4.0 տրամագծերի դեպքում), 8մմ
(առկա բոլոր տրամագծերի
դեպքում), 12մմ (առկա բոլոր
տրամագծերի դեպքում), 15(առկա
բոլոր տրամագծերի դեպքում), 20մմ
(առկա բոլոր տրամագծերի
դեպքում), 25 ՍՍ (առնվազն 3.0 և
3.5 տրամագծերի դեպքում):
Ցանկացած մատակարարված
խմբաքանակի համար CE MARK կամ
FDA որակի վկայականների
առկայությունը պարտադիր է: TREK,
MINITREK, կամ համարժեք:
Ցանկացած մատակարարված
խմբաքանակի համար պարտադիր է
արտադրող կազմակերպության
կողմից մատակարարին տրված
ծագման սերտիֆիկատի

անկայությունը: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:

Կամ Մատակարարման համակարգ՝
Rapid exchange Monorail:
Մատակարարման համակարգ՝
Monorail, Rapid exchange: Պատման ձևը՝ 3 թերթիկանի, (5 թերթիկ 4,0-5,0 չափսերի համար): Ծայրի չափսը(Tip profile) 0,016`` : Դիստալ շափտի տրամաչափը 2,4 Fr (3,0 Fr 4,0-5,0-ի համար): Պրոքսիմալ շափտի տրամաչափը 1,9 Fr:
Կաթետերի աշխատանքային երկարությունը 138-142 սմ-ի միջակայքում:Նյութը Falcrum;
Նոմինալ ճնշում 10 մթն: Պայթման հաշվարկային ճնշում 18 մթն:
Ռենտգեն կոնրաստային մարկերների քանակը՝ 2:
Համատեղելի ուղղորդիչ լարի չափսը՝ 0.014: Համատեղելի ուղղորդիչ կաթետերի չափսը՝ 5Fr:
Հասանելի չափսերը՝ Տրամաչափ՝ 2,0, 2,25, 2,5, 2,75, 3,0, 3,25, 3,5,

				3,75, 4,0, 4,5, 5,0; Երկարություն 6, 9, 12, 15, 21, 27; Ծածկույթը` Selective Dura Trac: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայական/ների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները` գործարանային ձեռնարկի ձևով: "
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Բերթ Սմարթ Մեդիլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом U9L-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
35	OrbusNeich	Sapphire NC	Sapphire NC	OrbusNeich	<p>"Բալոնային կաթետր (NC),0,014"" , կաթետրի երկարությունը՝ 142-143 սմ: Բալոնի նյութը՝ Պեբակս: Կրկնակի հիդրոֆիլային ծածկույթի առկայություն: Բալոնի կրկնակի շերտ՝3.5-5.0 մմ չափսերի համար:Բալոնի նոմինալ բացման ճնշումը՝ ոչ ավել 12 մթն,պայթման առավելագույն ճնշումը՝18մթն,ծայրի պրոֆիլը՝0.18""(0.45)°2%, ծայրի երկարությունը ոչ ավել 3.74մմ,շաֆթիպրոքսիմալ/դիստալ մասի տրամագիծը՝2.2/2.5 Բ°2%:Շաֆթի մեջ ինտեգրված վոլֆրամային ռենտգեն-կոնտրաստ</p>

Աշանակիրներն սվազագույնը 1.1մմ
երկարությամբ: Կախված
վիրահատվող անոթի տրամագծից
բալոնի պահաջվող չափերն են ըստ
տրամագծերի՝ -1.5, 2.0, 2.25,
2.5,2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5,
5.0 ՍՍ, Կախված վիրահատության
ժամանակ հիվանդի անոթի
վնասվածքի չափից բալոնի
պահանջվող չափերն են ըստ
երկարության՝ - 6մմ (առնվազն
1.5-4.0 տրամագծերի դեպքում), 8մմ
(առկա բոլոր տրամագծերի
դեպքում), 12մմ (առկա բոլոր
տրամագծերի դեպքում), 15(առկա
բոլոր տրամագծերի դեպքում), 20մմ
(առկա բոլոր տրամագծերի
դեպքում), 25 ՍՍ (առնվազն 3.0 և
3.5 տրամագծերի դեպքում):
Ցանկացած մատակարարված
խմբաքանակի համար CE MARK կամ
FDA որակի վկայականների
առկայությունը պարտադիր է: TREK,
MINITREK, կամ համարժեք:
Ցանկացած մատակարարված
խմբաքանակի համար պարտադիր է
արտադրող կազմակերպության
կողմից մատակարարին տրված
ծագման սերտիֆիկատի

անկայությունը: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:

Կամ Մատակարարման համակարգ՝
Rapid exchange Monorail:
Մատակարարման համակարգ՝
Monorail, Rapid exchange: Պատման ձևը՝ 3 թերթիկանի, (5 թերթիկ 4,0-5,0 չափսերի համար): Ծայրի չափսը(Tip profile) 0,016`` : Դիստալ շափտի տրամաչափը 2,4 Fr (3,0 Fr 4,0-5,0-ի համար): Պրոքսիմալ շափտի տրամաչափը 1,9 Fr:
Կաթետերի աշխատանքային երկարությունը 138-142 սմ-ի միջակայքում:Նյութը Falcrum;
Նոմինալ ճնշում 10 մթն: Պայթման հաշվարկային ճնշում 18 մթն:
Ռենտգեն կոնրաստային մարկերների քանակը՝ 2:
Համատեղելի ուղղորդիչ լարի չափսը՝ 0.014: Համատեղելի ուղղորդիչ կաթետերի չափսը՝ 5Fr:
Հասանելի չափսերը՝ Տրամաչափ՝ 2,0, 2,25, 2,5, 2,75, 3,0, 3,25, 3,5,

				3,75, 4,0, 4,5, 5,0; Երկարություն 6, 9, 12, 15, 21, 27; Ծածկույթը` Selective Dura Trac: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայական/ների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները` գործարանային ձեռնարկի ձևով: "
--	--	--	--	--