

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈՒԴ ԼԱՅՖ ՊԼՅՈՒՄ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
35	BIOLIGHT	p 500	p 500	BIOLIGHT	Ավտոմատ ներարկման համակարգ Նախատեսված դեղորայքների ավտոմատ ներարկման համար Ներարկիչների միջոցով: Սարքը պետք է ունենա ձայնային հուշումների ֆունկցիաներ և ավտոմատ կերպով դադարեցնի ներարկումը: Կառավարումը գունավոր, հպումային կառավարմամբ, առնվազն 2,4 դյույմ անկյունագծով էկրանի միջոցով: Էկրանի գունային գամայի առնվազն 7 տիպի առկայություն, հնարավորություն բաժանել ըստ դեղորայքների տիպերի մոդուլյար

					համակարգման հնարավորություն, առնվազն 15 պոմպը մեկ համակարգում հավաքման հնարավորություն առանց հավելյալ սարքավորումների ընդգրկման:Դեղորայքների բազային ավելացման հնարավորությունՀամատեղելի ներարկիչները առնվազն 5, 10, 20, 30, 50, 60մլ Ցանցին լարով և անլար եղանակներով միանալու հնարավորություն Միացման միջերեսը առնվազն USB 3 հատ, LAN, RS485, WiFi (ընտրովի) Համատեղելի HIS/CIS ցանցերի հետ Առնվազն 2000 միջադեպի գրանցման և պահպանման հիշողություն Հզորությունը ` 50մլ ներարկիչներ : առնվազն 0.1մլ/ժ~2,000 մլ/ժ (1մլ/ժ քայլ) 30մլ ներարկիչներ : առնվազն 0.1 մլ/ժ ~900.0 մլ/ժ (0.1 մլ/ժ քայլ) 20մլ ներարկիչներ : առնվազն 0.1 մլ/ժ ~600.0 մլ/ժ (0.1 մլ/ժ քայլ) 10մլ ներարկիչներ : առնվազն 0.1 մլ/ժ ~300.0 մլ/ժ (0.1 մլ/ժ քայլ) Մեխանիկական ճշգրտությունը ոչ պակաս, քան $\pm 2\%$ -ի սահմաններում: Բոլուսի
--	--	--	--	--	---

				հաճախականությունը ` 50 մլ  ներարկիչներ.: ոչ պակաս, քան  0.1~2,000 մլ/ժ 30 մլ ներարկիչներ.:  ոչ պակաս, քան 0.1~900 մլ/ժ 20 մլ  ներարկիչներ.: ոչ պակաս, քան  0.1~600մլ/ժ 10 մլ ներարկիչներ.: ոչ  պակաս, քան 0.1~300 մլ/ժ  Մաքրման հաճախականությունը ` 50մլ ներարկիչներ.: ոչ պակաս, քան 1,500 մլ/ժ 30մլ ներարկիչներ.: ոչ պակաս, քան 900 մլ/ժ 20մլ ներարկիչներ.: ոչ պակաս, քան 600 մլ/ժ 10մլ ներարկիչներ.: ոչ պակաս, քան 300 մլ/ժ Ծավալը` ոչ պակաս,  քան 0.1մլ~9999.9 մլ (0.1մլ քայլ)  Խցանումը` ոչ ավել, քան Բարձր` 900 մմսս ± 200 մմսս (106.7կՊա ± 26.7կՊա)
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԳՈՒԴ ԼԱՅՖ ՊԼՅՈՒՄ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
35	BIOLIGHT	p 500	p 500	BIOLIGHT	Автоматическая инъекционная система, предназначенная для автоматического введения лекарственных препаратов с помощью шприцев. Аппарат должен иметь голосовые подсказки и автоматически останавливать инъекцию. Управление осуществляется через цветной, сенсорный экран с диагональю не менее 2,4 дюйма. Наличие не менее 7 видов цветовой гаммы экрана, возможность разделения по типу препарата. Возможность модульной координации, возможность сборки

						не менее 15 насосов в одну систему без включения дополнительного оборудования. Возможность добавления препаратов в базу. Совместимые шприцы не менее 5, 10, 20, 30, 50, 60 мл. Возможность подключения к сети проводным и беспроводным способом Интерфейс подключения не менее 3 USB, LAN, RS485, WiFi (опционально) Совместимость с сетями HIS/CIS Память для записи и хранения не менее 2000 инцидентов Емкость: Шприцы 50 мл. не менее 0,1 мл/ч~2000 мл/ч (шаг 1 мл/ч) Шприцы 30 мл: не менее 0,1 мл/ч ~900,0 мл/ч (шаг 0,1 мл/ч) Шприцы 20 мл: не менее 0,1 мл/ч ~600,0 мл/ч (шаг 0,1 мл/ч) Шприцы 10 мл: не менее 0,1 мл/ч ~300,0 мл/ч (шаг 0,1 мл/ч) Механическая точность не менее $\pm 2\%$. Частота введения болюса: Шприцы 50 мл: не менее 0,1~2000 мл/ч Шприцы 30 мл: не менее 0,1~900 мл/ч Шприцы 20 мл: не менее 0,1~600 мл/ч Шприцы 10 мл: не менее 0,1~300 мл/ч Частота уборки: Шприцы 50 мл: не менее 1500 мл/ч Шприцы 30 мл: не менее
--	--	--	--	--	--	---

					900 мл/ч Шприцы 20 мл: не менее 600 мл/ч Шприцы 10 мл: не менее 300 мл/ч Объем: не менее 0,1мл~9999,9мл (шаг 0,1мл) Блокировка не более чем Высокий: 900 ммсс ± 200 ммсс (106,7 кПа ± 26,7 кПа)
--	--	--	--	--	---