

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեղաքրո ՍՊԸ-ն ՇՄԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
69	Մեթիլեն կապույտ	Մեթիլեն կապույտ	Մեթիլեն կապույտ	QCA	Թիագիդային ներկանյութ մուգ կանաչ բյուրեղներ : Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն Ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Утѣщрп УТЦ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗУФРЧ-ЕЦХЦПЗР-25/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
69	Набор для качественного тестирования антител к основному антигену вируса гепатита В Elexis	Набор для качественного тестирования антител к основному антигену вируса гепатита В Elexis	Набор для качественного тестирования антител к основному антигену вируса гепатита В Elexis	QCA	Тест-набор Elecsys Anti-HBc для анализатора Cobas e 411. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат 100 определений. Тестовый образец: сыворотка/плазма крови. Наличие товарного знака. Условия хранения: при температуре 2-8 °С. Для диагностики in vitro: наличие не менее 50% срока годности на момент поставки.