

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Բիոտրոնիկ	Իմպլանտացվող եռախոռոչ կարդիո վերտեր- դեֆիբրիլյատոր ռեսինքրոնիզացնո ղ իր պարագաներով INLEXA 3 DR-T DF-1/(DF-4)	Իմպլանտացվող եռախոռոչ կարդիո վերտեր- դեֆիբրիլյատոր ռեսինքրոնիզացնո ղ իր պարագաներով INLEXA 3 DR-T DF-1/(DF-4)	Բիոտրոնիկ	Իմպլանտացվող եռախոռոչ կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր ռեսինքրոնիզացնող իր պարագաներով : Ինքնակառավարվող, IRM համատեղելի: Կադապարը՝ բիոհամատեղելի տիտան: Օժտված է, ATP ""painfree"" ֆունքցիայով: Կոնդենսատորի լիցքավորման տևողությունը ձառայության սկզբում/վերջում (35Ձ)՝ 7.7վրկ/9.2վրկ : Դեֆիբրիլացիայի և կարդիովերսիայի էներգիան ՝ 0,4 -35 Ձ; Խթանման ռեժիմները՝ DDD; DDDR; DDI; DDIR DDDR-ADIR; DDD-

						ADI VDD; VDDR; VDI; VDIR VVI; VVIR; AAI; AAIR; V00; D00; OFF 7 series: VVI-CLS; DDD-CLS: Հավաքածուն իր մեջ ներառում է ICD ուղղորդիչ Plexa S` 1 հատ, էլեկտրոդ Solia S`1հատ, ինտրոդյուսեր LI plus` 2հատ, Sentub BP`1հատ, Selecrtա Aaccessory`1հատ, Selectra Outer Catheter`1հատ: Կախված պատվերից էլեկտրոդը կարող են լինել պասիվ կամ ակտիվ ֆիկսացիայով: Անհրաժեշտ է սարքի համապատասխան ծրագրավորիչ, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում: Միջազգային ISO13485, CE MARK, FDA որակի վկայականների առկայություն: Այս սարքերը մատակարարվում են մեկ առ մեկ միայն պահանջարքի դեպքում: Պատվիրատուի կողմից նշված վերջնական օգտագործողը իրավունք ունի վերադարձնել կամ փոխել ստացված չափը այլ չափսով` ըստ անհրաժեշտության: Վճարը կատարվում է ըստ փաստացի օգտագործված ապրանքի: Մատակարարը պարտավոր է մոնիտավորել մատակարարված ապրանքի պիտանելիության
--	--	--	--	--	--	---

					Ժամկետները եւ ժամանակին փոխարինել այն:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Բերթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Biotronik	Импантируемый трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор с принадлежностями для ресинхронизирующей терапии INLEXA 3 DR-T DF-1/(DF-4)	Импантируемый трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор с принадлежностями для ресинхронизирующей терапии INLEXA 3 DR-T DF-1/(DF-4)	Biotronik	Իմպլանտացվող եռախոռոչ կարդիովերտեր-դեֆիբրիլատոր ռեսինքրոնիզացնող իր պարագաներով : Ինքնակառավարվող, IRM համատեղելի: Կադապարը՝ բիոհամատեղելի տիտան: Օժտված է, ATP ""painfree"" ֆունքցիայով: Կոնդենսատորի լիցքավորման տևողությունը ձառայության սկզբում/վերջում (35Ձ)՝ 7.7վրկ/9.2վրկ : Դեֆիբրիլացիայի և կարդիովերսիայի էներգիան ՝ 0,4 -35 Ձ; Խթանման ռեժիմները՝ DDD; DDDR; DDI; DDIR DDDR-ADIR; DDD-

						ADI VDD; VDDR; VDI; VDIR VVI; VVIR; AAI; AAIR; V00; D00; OFF 7 series: VVI-CLS; DDD-CLS: Հավաքածուն իր մեջ ներառում է ICD ուղղորդիչ Plexa S` 1 հատ, էլեկտրոդ Solia S`1հատ, ինտրոդյուսեր LI plus` 2հատ, Sentub BP`1հատ, Selecrtա Aecessory`1հատ, Selectra Outer Catheter`1հատ: Կախված պատվերից էլեկտրոդը կարող են լինել պասիվ կամ ակտիվ ֆիկսացիայով: Անհրաժեշտ է սարքի համապատասխան ծրագրավորիչ, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում: Միջազգային ISO13485, CE MARK, FDA որակի վկայականների առկայություն: Այս սարքերը մատակարարվում են մեկ առ մեկ միայն պահանջարքի դեպքում: Պատվիրատուի կողմից նշված վերջնական օգտագործողը իրավունք ունի վերադարձնել կամ փոխել ստացված չափը այլ չափսով` ըստ անհրաժեշտության: Վճարը կատարվում է ըստ փաստացի օգտագործված ապրանքի: Մատակարարը պարտավոր է մոնիտավորել մատակարարված ապրանքի պիտանելիության
--	--	--	--	--	--	--

					Ժամկետները եւ ժամանակին փոխարինել այն:
--	--	--	--	--	---