

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/18 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                    |                                       |                                       |                                       |   |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                 | ապրանքային<br>նշանը                   | մակնիշը                               | արտադրողի<br>անվանումը                | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 4                  | Բժշկական<br>նշանակության<br>մոնիտոր 1 | Բժշկական<br>նշանակության<br>մոնիտոր 1 | Բժշկական<br>նշանակության<br>մոնիտոր 1 | Բժշկական<br>նշանակության<br>մոնիտոր 1 | Բժշկական նշանակության մոնիտոր՝<br>վիրահատարաններում կիրառման<br>համար, Անկյունագիծը - առնվազն<br>109,2 սմ / 43" Լուսածրում -<br>առնվազն 3840 x 2160 (16:9<br>հարաբերակցությունը) Տեսանելի<br>պատկերի չափ - առնվազն 941.2 x<br>529.4 մմ Ցուցադրման գույները - ոչ<br>պակաս 10-բիթ գույներ (SDI): 1,07<br>միլիարդ գույներ, Ոչ պակաս 8-բիթ<br>գույներ՝ 16,77 միլիոն գույներ<br>Դիտման անկյուններ - ոչ պակաս<br>178° / 178° Պայծառություն - ոչ<br>պակաս 700 cd/m2; Կոնտրաստ<br>1000:1 Արձագանքման ժամանակը - |

առնվազն 8 մվրկ (մոխրագույնից մոխրագույն) Վիդեո սիգնալներ՝ Մուլտրային - առնվազն BNC (3G-SDI), BNC (12G-SDI), DVI-D, DisplayPort, HDMI; Ելքային - առնվազն BNC (12G-SDI), DVI-D, DisplayPort OSD Լեզուներ -առնվազն անգլերեն, գերմաներեն, ռուսերեն Առանձնահատկություններ և գործառույթներ, առնվազն PbyP (Picture-by-Picture), PinP (Picture-in-Picture), Ավտոմատ մուլտրագրման հայտնաբերում, Գամմա անջատիչ, Գույն ջերմաստիճանի անջատիչ, Հեռակառավարման վահանակ Պաշտպանիչ Էկրան - Կարծրություն 9H, լամինացված ապակի; Քաշը - ոչ ավել 17կգ Պահանջվող սերտիֆիկատներ՝ CE /UKCA (Medical Device), ANSI/AAMI ES60601-1, RCM, RoHS Լրակազմը պետք է պարունակի՝ AC հոսանքի ադապտեր, հոսանքի տատանումների և հաճախությունների ֆիլտրեր, մոնիտորի կցման պտուտակներ x 4, մալուխ փողկապ x 2, Անհրաժեշտ էլեկտրոնային փաստաթղթերի սկավառակ (կիրառման

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | <p>/օգտագործման/հրահանգներ,<br/>տեղադրման ձեռնարկ);<br/>Մոնիտորները նախատեսված են<br/>բժշկական կենտրոնում առկա Storz<br/>վիդեոհամակարգերի հետ<br/>աշխատելու համար: Ապրանքը<br/>պետք է լինի նոր և չօգտագործված</p> |
|--|--|--|--|--|---|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ECXU72P-25/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 4          |                        |               |       |                            |                            |