

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/18 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Բժշկական նշանակության մոնիտոր 4	Բժշկական նշանակության մոնիտոր 4	Բժշկական նշանակության մոնիտոր 4	Բժշկական նշանակության մոնիտոր 4	4K Բժշկական նշանակության մոնիտոր` վիրահատարաններում կիրառման համար Անկյունագիծը - առնվազն 138.7 cm սմ / 55 դյույմ Լուսաձրում (resolution) - առնվազն 3840 x 2160 (16:9 հարաբերակցությունը) Տեսանելի պատկերի չափ - առնվազն 1200 x 680 մմ Ցուցադրման գույները - ոչ պակաս 10-բիթ գույներ (SDI): 1,07 միլիարդ գույներ, Ոչ պակաս 8-բիթ գույներ` 16,77 միլիոն գույներ Դիտման անկյուններ - ոչ պակաս 178° / 178° Պայծառություն - ոչ պակաս 800 cd/m2; Contrast: 1200:1

Արձագանքման ժամանակը -
առնվազն 8 մվրկ (մոխրագույնից
մոխրագույն) "Վիդեո սիգնալներ՝
Մուտքային - առնվազն DVI × 1,
DP1.2 × 1, HDMI2.0 × 1, HDMI1.4 ×
1, BNC 3G-SDI × 3, BNC 12G-SDI × 1
Ելքային - առնվազն :Single-link DVI
× 1, BNC 3G-SDI × 1, BNC 12G-SDI ×
1" OSD Լեզուներ -առնվազն
անգլերեն, գերմաներեն, ռուսերեն
Առանձնահատկություններ և
գործառույթներ, առնվազն PbyP
(Picture-by-Picture), PinP (Picture-in-
Picture), 4 պատուհան Ավտոմատ
մուտքագրման հայտնաբերում,
Գամմա անջատիչ, Գույն
ջերմաստիճանի անջատիչ,
Հեռակառավարման վահանակ
Պաշտպանիչ Էկրան - Կարծրություն
9H, լամինացված ապակի; Քաշը - ոչ
ավել 45 կգ Էկրան/շրջանակ
հարաբերակցությունը՝ 90.2 %
Պահանջվող սերտիֆիկատներ՝ CE
կամ Declrations of conformity , IEC
60601-1, Electrical Safety և
EMC, RoHS կամ համարժեք
Լրակազմը պետք է պարունակի՝ AC
հոսանքի ադապտեր, հոսանքի
տատանումների և

				<p>հաճախությունների ֆիլտրեր, մոնիտորի կցման պտուտակներ x 4, մալուխ փողկապ x 2, Անհրաժեշտ էլեկտրոնային փաստաթղթերի սկավառակ (կիրառման /օգտագործման/հրահանգներ, տեղադրման ձեռնարկ); Մոնիտորները նախատեսված են բժշկական կենտրոնում առկա Storz վիդեոհամակարգերի հետ աշխատելու համար: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ECXU72P-25/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6					