

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՍ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|--|------------------------------|------------------------------|--|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 79 | Vital Healthcare Sdn.Bhd կամ BAIN MEDICAL EQUIPMEN T(GUANGZHOU)CO., LTD կամ Baxter | Vital կամ BAIN կամ Baxter | Vital կամ BAIN կամ Baxter | Vital Healthcare Sdn.Bhd կամ BAIN MEDICAL EQUIPMEN T(GUANGZHOU)CO., LTD կամ Baxter | "Մեմբրանի մակերեսը՝ 1,7 ±1մ2 Մեմբրանի նյութը՝ սինթետիկ (Polyamix կամ Helixone կամ Polysulfone) Մանրեագերծում - գոլորշիով կամ գամմա ճառագայթով Ուլտրաֆիլտրացիայի գործակիցը - ոչ պակաս քան 12,5 մլ/ժ x մմ Hg Լցման ծավալը՝ 100մլ ± 5մլ: Պատի հաստությունը՝ 50մկմ± 10մկմ Ներքին տրամագիծը՝ 215 մկմ ± 10մկմ Տվյալները (IN VITRO) համաձայն ISO 8637 Կլիրենս 300 մլ/րոպե Միզանյութ - ոչ պակաս քան 264 Կրեատինին - ոչ պակաս քան 230 Ֆոսֆատ - ոչ ավել քան 200 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>Վիտամին B12 - ոչ ավել քան 114 Արտադրանքը պետք ունենա CE Mark 93/42 որակի վկայական, կամ համարժեք FDA Որակի վկայան, ինչպես նաև արտադրանքի ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն"</p> |
|--|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ELXU72F-25/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 79 | | | | | |