

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՍ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի   |                              |                              |  |   |
|--------------------|--|------------------------------|------------------------------|--|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը  | ապրանքային<br>նշանը          | մակնիշը                      | արտադրողի<br>անվանումը   | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 81                 | Vital Healthcare<br>Sdn.Bhd կամ BAIN<br>MEDICAL EQUIPMEN<br>T(GUANGZHOU)CO.,<br>LTD կամ Baxter | Vital կամ BAIN կամ<br>Baxter | Vital կամ BAIN կամ<br>Baxter | Vital Healthcare<br>Sdn.Bhd կամ BAIN<br>MEDICAL EQUIPMEN<br>T(GUANGZHOU)CO.,<br>LTD կամ Baxter | "Արյունատար մագիստրալներ կամ<br>արյան հոսքագծեր, որոնք կազմված<br>են զարկերակային և երակային<br>գծերից (ազարկերակ-անոթ<br>լրակազմ, որոնք ունեն<br>համապատասխան գունավորում՝<br>կարմիր, կապույտ): Չարկերակյաին<br>և երակային մագիստրալների<br>ճնշման չափման գծեր՝ հիդրոֆոբ<br>ֆիլտրերով Չարկերային<br>հատվածում օդածուղակի<br>առկայություն Չարկերակային<br>հատվածում հեպարինիզացիայի<br>համար նախատեսված առանձին<br>խողովակի առկայություն իր |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>փականով Երակային գծի վերջում<br/>առկա է ստերիլ տոպրակ:<br/>Խողովակը փափուկ է, թափանցիկ,<br/>հարթ և չխճճվող ,ինչը ապահովում<br/>է լավ հոսքը խողովակների ներսում<br/>և պատրաստված լինի DEHP Free<br/>Նյութից: Պոմպային հատվածի<br/>չափսերը՝ 8x12x350մմ, Երակային<br/>օդածուղակի տրամագիծ 22մմ,<br/>լցման ծավալը 160մլ +-10%, Պետք է<br/>համապատասխանի Baxter/Gambro<br/>AK98 սարքերին Համաձայն<br/>մատակարարվելիք սպրանքի<br/>պահանջների մատակարարի<br/>կողմից պետք է իրականացվի առկա<br/>սարքավորումների կարգաբերման<br/>աշխատանքներ(Калибровка):<br/>Արտադրանքը պետք ունենա CE<br/>Mark 93/42 որակի վկայական, կամ<br/>համարժեք FDA Որակի վկայան,<br/>ինչպես նաև արտադրանքի ISO<br/>13485 որակի վկայականի<br/>առկայություն"</p> |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ELXU72F-25/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 81         |                        |               |       |                            |                            |