

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/57 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
38	CFGR-15D	INFITEK CO., LTD.	Հիմնական տեխնիկական բնութագրեր Հաճախության միջակայք՝ առնվազն 200-15000 պտ/ր (քայլ՝ 10 պտ/ր) Առավելագույն RCF՝ 21380×g (քայլ՝ 10×g) Հաճախության ճշգրտություն՝ ±20 պտ/ր Ռոտորի ունակություն՝ 1.5/2մL ×24, 0.2/0.5մL ×36, PCR-8 շերտեր ×4, 5մL ×12, 5մL ×18 Գործարկման ժամանակ՝ 30 վրկ - 99 րոպե / Անընդհատ Արագացում/Դանդաղեցում՝ 25 վրկ Էկրան՝ հեղուկ բյուրեղային Հզորություն՝ առնվազն 200 Վտ Էլեկտրասնուցում՝ 200 – 240Վ, 50-60 Հց, Աղմուկի մակարդակ՝ ≤64 դԲ Շարժիչ՝ հաստատուն հոսանքի առանց Էլեկտրական խոզանակների Քաշ՝ ոչ ավել 12 կգ Անվտանգության համակարգ: Պաշտպանություն դռնակը բաց ժամանակ գործարկումից Արագության գերազանցման պաշտպանություն Ջերմաստիճանի գերազանցման պաշտպանություն Ավտոմատ Ներքին ախտորոշում Ձայնային ազդարարում Արտադրանքի TUV, CE IEC համապատասխանության հավաստագրերի առկայություն Արտադրողի ISO 9001-2015, ISO 14001:2015 որակի կառավարման հավաստագրերի առկայություն

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/57 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
38	CFGR-15D	INFITEK CO., LTD.	Հիմնական տեխնիկական բնութագրեր Հաճախության միջակայք՝ առնվազն 200-15000 պտ/ր (քայլ՝ 10 պտ/ր) Առավելագույն RCF՝ 21380×g (քայլ՝ 10×g) Հաճախության ճշգրտություն՝ ±20 պտ/ր Ռոտորի ունակություն՝ 1.5/2մL ×24, 0.2/0.5մL ×36, PCR-8 շերտեր ×4, 5մL ×12, 5մL ×18 Գործարկման ժամանակ՝ 30 վրկ - 99 րոպե / Անընդհատ Արագացում/Դանդաղեցում՝ 25 վրկ Էկրան՝ հեղուկ բյուրեղային Հզորություն՝ առնվազն 200 Վտ Էլեկտրասնուցում՝ 200 – 240Վ, 50-60 Հց, Աղմուկի մակարդակ՝ ≤64 դԲ Շարժիչ՝ հաստատուն հոսանքի առանց Էլեկտրական խոզանակների Քաշ՝ ոչ ավել 12 կգ Անվտանգության համակարգ: Պաշտպանություն դռնակը բաց ժամանակ գործարկումից Արագության գերազանցման պաշտպանություն Ջերմաստիճանի գերազանցման պաշտպանություն Ավտոմատ ներքին ախտորոշում Ձայնային ազդարարում Արտադրանքի TUV, CE IEC համապատասխանության հավաստագրերի առկայություն Արտադրողի ISO 9001-2015, ISO 14001:2015 որակի կառավարման հավաստագրերի առկայություն

