

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԱՆԱՐ ԳՐՈՒՊ» ՓԲԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	Դրական ստուգաչափիչների հավաքածու - 15-ական յուրաքանչյուր տեսակի համար (HIV, HCV, HBV) (Procleix Ultrio Elite Possitive Calibrator)	Grifols Diagnostic Solutions Inc., USA	"Դրական ստուգաչափիչների հավաքածու, նախատեսված է դոնորական արյան մեջ հեպատիտ B, հեպատիտ C, ՄԻԱՎ վիրուսների նուկլեինաթթուների հայտնաբերման ընթացքում շեմային արժեքների որոշման և ցիկլի վալիդության գնահատման համար: Հավաքածուն ներառում է հետևյալ ստուգաչափիչները՝ ՄԻԱՎ-ի դրական ստուգաչափիչ, նախատեսված է TMA ռեակցիայի ընթացքում սահմանային արժեքի որոշման համար, պարունակում է ՄԻԱՎ ՌՆԹ-ի տրանսկրիպտ: Տարաների քանակը՝ 15, Տարայում քանակը՝ 2մլ - Հեպատիտ C դրական ստուգաչափիչ, նախատեսված է TMA ռեակցիայի ընթացքում սահմանային արժեքի որոշման համար, պարունակում է հեպատիտ C-ի ՌՆԹ-ի տրանսկրիպտ: Տարաների քանակը՝ 15, Տարայում քանակը՝ 2մլ - Հեպատիտ B դրական ստուգաչափիչ, նախատեսված է TMA ռեակցիայի ընթացքում սահմանային արժեքի որոշման համար, պարունակում է հեպատիտ B-ի ԴՆԹ-ի տրանսկրիպտ: Տարաների քանակը՝ 15, Տարայում քանակը՝ 2մլ Պիտանելիության ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 10

			ամիս: Դրական ստուգաչափիչների հավաքածուն ունի շտրիխ-կոդ, որը համապատասխանում է «Procleix PANTHER» համակարգին:Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:"
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЗАО ВАНАР ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦХЦПЗР-25/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
18	Комплект положительных калибраторов - по 15 штук каждого типа (ВИЧ, ВГС, ВГВ) (Procleix Ultrio Elite Possitive Calibrator)	Grifols Diagnostic Solutions Inc., USA	"«Набор положительных калибраторов, предназначенный для определения пороговых значений и оценки валидности цикла при выявлении нуклеиновых кислот вирусов гепатита В, гепатита С, ВИЧ в донорской крови. В комплект входят следующие манометры: - ВИЧ-положительный индикатор, предназначенный для определения предельного значения при реакции ТМА, содержит транскрипт РНК ВИЧ. Количество контейнеров: 15, количество в контейнере: 2 мл. - Калибратор положительный на гепатит С, предназначенный для определения предельного значения при реакции ТМА, содержит транскрипт гепатита С. Количество контейнеров: 15, количество в контейнере: 2 мл. - Калибратор позитивный на гепатит В, предназначенный для определения предельного значения при реакции ТМА, содержит транскрипт ДНК гепатита В. Количество контейнеров: 2 мл. Срок годности не менее 10 месяцев с момента поставки. Комплект позитивных калибраторов имеет штрих-код, соответствующий системе «Procleix PANTHER». присутствие."»"

