

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Urea	Urea	Urea	Mindray	<p>"Միզանյութի որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված Mindray BS-120 և BS-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար Ֆորմատ` 426 թեստ: Փաթեթավորում` Mindray BS-120 և BS-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար նախատեսված տարայով Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները` Ռեակտիվները 2-80C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ փաթեթավորմը բացելուց հետո</p>

					<p>ռեակտիվները 2-100C պայմաններում պահվում են առնվազն 8 շաբաթ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For InVitro Diagnostic only"</p>
--	--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	Urea	Urea	Urea	Mindray	"Միզանյութի որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված Mindray BS-120 և BS-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար Ֆորմատ` 426 թեստ: Փաթեթավորում` Mindray BS-120 և BS-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար նախատեսված տարայով Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները` Ռեակտիվները 2-80C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ փաթեթավորումը բացելուց հետո

					<p>ռեակտիվները 2-100C պայմաններում պահվում են առնվազն 8 շաբաթ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For InVitro Diagnostic only"</p>
--	--	--	--	--	--