

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	АмплиСенс® HCV-Монитор-FL	АмплиСенс	TR-V1-P-M	ЦНИИ Эпидемиологии	Ռեագենտների հավաքածու՝ նախատեսված HCV վիրուսի ՌՆԹ-ի՝ արյան պլազմայում հայտնաբերման և դրա քանակի որոշման համար՝ ՊՇՌ մեթոդի միջոցով: Ներառում է նուկլեինաթթուների էքստրակցիայի համար նախատեսված ռեագենտներ: Նախատեսված է 50 նմուշների համար: Հավաքածուն ադապտացված է Rotor-Gene Q սարքի հետ աշխատելու համար: Հավաքածուն մատակարարելիս պետք է տրամադրել Rotor-Gene սարքի ծրագրավորման, ինչպես նաև դրա միջոցով արդյունքների

				<p>վերլուծության մանրամասն հրահանգները: Հավաքածուն պարունակում է նուկլեինաթթուների անջատման արդյունավետության ստուգիչ և ՊՇՌ անցկացման արդյունավետության ստուգիչ: Հավաքի սպեցիֆիկությունը՝ 100% Քանակի չափման միջակայքը 0,2 մլ նմուշի ծավալի դեպքում՝ 150-100,000,000 միջազգային միավոր/մլ HCV Մատակարարը պետք է իրականացնի թեստի ծրագրավորումը, անձնակազմի ուսուցումը՝ թեստի անցկացման բոլոր փուլերի և արդյունքների վերլուծության համար, ինչպես նաև տրամադրի քանակական հաշվարկների համար նախատեսված համապատասխան գործիքներ / ծրագրային ապահովում:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом U9L-ECXU72P-25/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
21					