

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՄ-ՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
31	litoplast	litoplast	litoplast	litoplast	<p>"Վակումային փորձանոթ EDTA պարունակող 2 մլ:Ֆորմատ`100հատ/տուփ:</p> <p>Պահպանման պայմանները`4-30°C: ISO 9001 և ISO 13485</p> <p>սերտիֆիկատների առկայություն: Գամմա կամ բետա-ճառագայթային ստերիլիզացիայի սերտիֆիկացում: Փորձանոթի վրա պարտադիր պետք է լինի նմուշառման ծավալի նիշը և թվով նշված ծավալը, պատվիրման կոդը, ստերիլության նշանը, լոթ համարը, պիտանելիության ժամկետը: ForInVitroDiagnosticonly: Հանձնելու</p>

					պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի պահպանում:"
--	--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԱՐՄ-ՍԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
31	litoplast	litoplast	litoplast	litoplast	<p>"Վակուժային փորձանոթ EDTA պարունակող 2 մլ:Ֆորմատ`100հատ/տուփ: Պահպանման պայմանները`4-30°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: Գամմա կամ բետա-ճառագայթային ստերիլիզացիայի սերտիֆիկացում: Փորձանոթի վրա պարտադիր պետք է լինի նմուշառման ծավալի նիշը և թվով նշված ծավալը, պատվիրման կոդը, ստերիլության նշանը, լոթ համարը, պիտանելիության ժամկետը: ForInVitroDiagnosticonly: Հանձնելու</p>

					պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի պահպանում:"
--	--	--	--	--	---