

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԲՐԱՀԱՄ ԳԻՆՈՍՅԱՆ ԼԵՎՈՆԻ-Ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	KERN	KERN & SOHN GmbH	Analytical balance ABP 100-5DM	KERN	Անալիտիկ կշեռքի տեխնիկական բնութագիր Աշխատանքային ռեժիմ o Աշխատում է երկու ռեժիմով: Կշռողականություն o Առավելագույն կշռման սահման՝ ոչ պակաս 120 գ o Նվազագույն կշռման սահման՝ ոչ պակաս 1 մգ ճշտություն $\square$ 0.00001 գ՝ առավելագույն զանգված՝ ոչ պակաս 52 գ $\square$ 0.0001 գ՝ առավելագույն զանգված՝ ոչ պակաս 120 գ Տրամաչափում o Ներքին ավտոմատ տրամաչափում՝ ապահովելով բարձր ճշգրտություն $\geq$ 1°C ջերմաստիճանի կամ 4 ժամը մեկ կառավարվող ժամանակի

					փոփոխության դեպքում: օ Ապահովում է անկախություն օգտագործման վայրից: Վերարտադրելիություն օ Առավելագույնը 0.00002 գ; 0.0001 գ Գծայնություն օ ± 0.00005 գ; $\pm$ 0.0002 գ Կայունության ժամանակ օ Առավելագույնը՝ 8 վրկ կամ 2 վրկ Կառուցվածք օ Կողմնային պատերը՝ ապակե Կշռման հատված օ Տրամագիծ՝ ոչ պակաս 91 մմ օ Պատրաստված է չժանգոտող պողպատից Կապի հնարավորություններ օ Առնվազն RS232, USB-C օ Հնարավորություն USB լարի միջոցով միանալու համապատասխան սարքավորմանը Соответствие стандартам как минимум следующим европейским стандартам օ ISO 9001, CD 93/42, ISO 17025, ISO 13485 Մատակարարման պայմաններ օ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը՝ չվնասված: օ Պահպանման պայմանները պետք է ապահովված լինեն մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Երաշխիք Առնվազն 1 տարի
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Абраам Гиносян Леонович в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом Р4Ч4-ЕЦΔЦ72Р-25/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	KERN	KERN & SOHN GmbH	Analytical balance ABP 100-5DM	KERN	Технические характеристики аналитических весов Режим работы o Работают в двух режимах: Взвешивание o Максимальный предел взвешивания: не менее 120 г o Минимальный предел взвешивания: не менее 1 мг Точность $\pm 0,00001$ г: максимальная масса: не менее 52 г $\pm 0,0001$ г: максимальная масса: не менее 120 г Калибровка o Внутренняя автоматическая калибровка, обеспечивающая высокую точность при изменении температуры $\geq 1^{\circ}\text{C}$ или контролируемом изменении

					времени каждые 4 часа. о Обеспечивает независимость от места использования. Воспроизводимость о Максимум 0,00002 г; 0,0001 г Линейность $\pm 0,00005$ г; $\pm 0,0002$ г Время стабильности о Максимальное: 8 с или 2 с Конструкция о Боковые стенки: стекло Взвешивающая секция о Диаметр: не менее 91 мм о Изготовлены из нержавеющей стали Коммуникационные возможности о Не менее RS232, USB-C о Возможность подключения к соответствующему оборудованию через USB-кабель Соответствие стандартам не менее следующих европейских стандартов о ISO 9001, CD 93/42, ISO 17025, ISO 13485 Условия поставки о Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена. о Условия хранения должны быть обеспечены в течение всего периода поставки. Гарантия Не менее 1 года
--	--	--	--	--	---