

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեղքորփի ՍՊԸ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/71 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	Կաթետր բալոն դեղապատ պերիֆերիկ Luminor Ivascular	Life Vascular Devices Biotech, S.L.	"Կաթետր բալոն պերիֆերիկ, OTW տիպի, պատված Պակլիտակսել դեղով, համատեղելի 0.014"/0.018 ""/0.035" ուղղորդիչների հետ:Շավթի երկարությունը 0.014" - ի դեպքում 100սմ և 150սմ, 0.018" - ի դեպքում 100սմ, 140սմ և 150սմ, 0.035" - ի դեպքում 80սմ և 140սմ: Բալոնի չափսերը` 0.014" - ի դեպքում -1.50մմ տրամագծի համար - երկարությունները` առնվազն 3 չափ, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 80մմ; -2.00մմ; 2.50մմ; 3.00մմ; 3.50մմ տրամագծերի համար - երկարությունները` առնվազն 6 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 200մմ; -4.0մմ տրամագծի համար - երկարությունները` առնվազն 4 չափ, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 120մմ; Բալոնի չափսերը` 0.035" - ի դեպքում -5.00մմ և 6.00մմ տրամագծերի համար - երկարությունները` առնվազն 6 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 150մմ:

			<p>-7.00մմ տրամագծի համար - երկարությունները՝ առնվազն 5 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 120մմ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:"</p>
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սեդրիքի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՈԴԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/71 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
17			-