

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
69	Բոստոն Սայենստիֆիկ Promus Elite	Promus Elite	Բոստոն Սայենստիֆիկ	Բոստոն Սայենստիֆիկ	Դեղածածկույթը՝ Էվերոլիմուս Ստենտի բաղադրությունը՝ քրոմի և պլատինի համաձուլվածք, որը ունի բարձր ռենտգենկոնտրաստանելիություն, ինչը ապահովում է ստենտի դիրքավորման տեսանելիությունը անոթում: Պրոքսիմալ շաֆթի տրամագիծը՝ 2,1 F Դիստալ շաֆթի տրամագիծը՝ 2,7 F Նոմինալ ճնշումը՝ ոչ պակաս քան 11 atm Պայթման ճնշումը՝ 16-ից ոչ պակաս և ոչ ավելի քան 18 atm Ստենտի երկարությունը՝ 8 մմ, 12մմ, 16մմ, 20մմ, 24մմ, 28մմ, 32մմ, 38մմ :

					Ստենտի տրամագծերը՝ 2.25 մմ, 2.5մմ , 2.75մմ, 3.0մմ, 3.5մմ, 4.0մմ: Մատակարարման համակարգի աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 144 սմ: Բալլոնային կաթետրի ծայրի պրոֆիլը՝ 0,018, ինչը ապահովում է անցունակությունը դժվար անցանելի անոթներում:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР94-ЕԱՃԱՊԶԲ-25/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
69	Բոստոն Սայենսիֆիկ Promus Elite	Promus Elite	Բոստոն Սայենսիֆիկ	Բոստոն Սայենսիֆիկ	Դեղածածկույթը՝ Էվերոլիմուս Ստենտի բաղադրությունը՝ քրոմի և պլատինի համաձուլվածք, որը ունի բարձր ռեստգենկոնտրաստանելիություն, ինչը ապահովում է ստենտի դիրքավորման տեսանելիությունը անոթում: Պրոքսիմալ շափթի տրամագիծը՝ 2,1 F Դիստալ շափթի տրամագիծը՝ 2,7 F Նոմինալ ճնշումը՝ ոչ պակաս քան 11 atm Պայթման ճնշումը՝ 16-ից ոչ պակաս և ոչ ավելի քան 18 atm Ստենտի երկարությունը՝ 8 մմ, 12մմ, 16մմ, 20մմ, 24մմ, 28մմ, 32մմ, 38մմ :

					Ստենտի տրամագծերը՝ 2.25 մմ, 2.5մմ , 2.75մմ, 3.0մմ, 3.5մմ, 4.0մմ: Մատակարարման համակարգի աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 144 սմ: Բալլոնային կաթետրի ծայրի պրոֆիլը՝ 0,018, ինչը ապահովում է անցունակությունը դժվար անցանելի անոթներում:
--	--	--	--	--	---