

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/72 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	հեմոդիալիզի սարք	հեմոդիալիզի սարք	հեմոդիալիզի սարք	հեմոդիալիզի սարք	Հեմոդիալիզի սարքավորումն օգտագործվում է բժշկական բաժանմունքներում երիկամային քրոնիկ անբավարարությամբ չափահաս հիվանդների բուժման համար: Հեմոդիալիզի սարքավորումը կիրառելի է երիկամային քրոնիկ անբավարարության և արյան մաքրման համար: Ունի առնվազն 15" կամ 40սմ անկյունագծով սենսորային Էկրան, որի վրա արտացոլվում է բոլոր տվյալներ: Արյան պոմպ, պահեստային պոմպ (սպասման համար և կարող է

օգտագործվել նաև
հեմոպերֆուզիայի համար):
Հեպարինի պոմպ: Հիդրավիկ խցիկ
(Հավասարակշռության խցիկ + UF
պոմպ): A/B Կերամիկական
համամասնության պոմպ, բարձր
ճշգրտություն, կոռոզիայից
պաշտպանված: Ունի լեդ
ինդիկացիոն լույսեր երեք գույնով`
կանաչ-դիալիզի նորմալ պրոցես ,
նարնջագույն`գոլշացնող նշան և
կարմիր գույնով արտահայտում է
պրոցեսի ընդհատում: Ամբողջ
պրոցեսի ընթացքում բացի գունային
ազդանշանից ուղեկցվում է նաև
ձայնային ազդանշան: Ահագանգ,
երբ էրիթրոցիտների հատուկ
ծավալը $0,32 \pm 0,02$ է կամ արյան
արտահոսքի ծավալը հավասար է
կամ ավելի քան 1 մլ մեկ լիտր
դիալիզատի համար: NA-ի
պարամետրի ընտրությունը կարելի
է կատարել տասնորդական նիշի
ճշտությամբ, ունի ավտոնոմ
սնուցման համար մարտկոց DC
24V-2.6AH և կարող է աշխատել
առնվազն 30րոպե:
Էլեկտրաէներգիայի
մատակարարում AC220V, 50Hz /

60Hz, 10A: Մուտքի հզորությունը՝
1500 Վտ $\pm 5\%$: Մակերեսը՝ 500*520
մմ $\pm 5\%$: Սարքը միանում է շատ
արագ և ինքնաստուգման պրոցեսը
առավելագույնը 30վրկ և 2-3ր-ի
ընթացքում պատրաստ է լինում
աշխատանքի: Աշխատանքի
ընթացքում զարկերակային
հոսքագծում արյան հոսքի
դանդաղեցման դեպքում սարքը
հնարավորություն է տալիս
զարկերակային հոսքագծի ճնշման
չափերը տվյալների միջակայքի
կարգավորման միջոցով շարունակել
հեմոդիալիզի պրոցեսը: Ջրի
մուտքային ճնշում՝ 0,15 ՄՊա \sim 0,6
ՄՊա 21.75 P.S.I. \square 87 P.S.I.: Ջրի
մուտքային ջերմաստիճանը՝
10°C-30°C: Աշխատանքային
միջավայրի ջերմաստիճանը 10C \sim
30C 70% ոչ ավելի հարաբերական
խոնավության դեպքում:
Դիալիզատորի ջերմաստիճանը՝
միջակայքը 34.0°C-39.0°C, դիալիզի
հոսքը՝ առնվազն 300~800 մլ/րոպե,
դիալիզի կոնցենտրացիան՝ 12,1
մվ/սմ \sim 16,0 մս/սմ, $\pm 0,1$ մս/սմ, ՍF
արագություն \leq ոսքի միջակայք՝ 0
մլ/ժ \sim 4000 մլ/ժ, Բանաձևի

հարաբերակցությունը՝ 1 մլ,
Ճշգրտություն՝ ± 30 մլ/ժ: Ունի
ճնշումների կարգավորման լայն
միջակայք՝ օր. վեննոզ ճնշումը -180
 ± 600 mmHg, TMP նույնպես -180 -
600 mmHg: Արյան արտահոսքի
ցուցանիշը ≤ 0.35
ml/min(հեմոտոկրիտը 32%): Օդի
պղպջակի դետեկտորը 50 μ l,
ջերմաստիճանի կարգավորման
տիրույթը 33°C-40°C: Ահազանգ, երբ
մեկ օդային պղպջակների ծավալը
200 մկլ-ից ավելի է 200 մլ/րոպե
արյան հոսքի դեպքում/
Պղպջակների հայտնաբերումը
ուլտրաձայնային մեթոդով կամ
համարժեք: Հաղորդականության
հսկողության միջակայքը առնվազն
12.5ms/cm-15.5ms/cm: Պահեստային
պոմպի հոսքի միջակայք առնվազն՝
30 մլ/րոպե ~ 600 մլ/րոպե
(տրամագիծը՝ $\Phi 8$ մմ): Բանաձևի
հարաբերակցությունը՝ 1 մլ:
Ճշգրտություն՝ սխալի միջակայքը
 ± 10 մլ կամ ընթերցման 10%:
Հեպարինի պոմպ Ներարկիչի
չափսը՝ 20, 30, 50 մլ: Հոսքի
միջակայք՝ 0 մլ/ժ ~ 10 մլ/ժ:
Բանաձևի հարաբերակցությունը՝

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ИФУ 4-ЕДГУ/2019-25/72 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

0,1 մլ: Ճշգրտություն՝ ±5%:
 Ախտահանումը տեղի է ունենում
 Տաք կայքիֆիկացումով՝ մոտ 20
 րոպե 30~60°C, 500ml/min.
 Քիմիական ախտահանում՝ մոտ 45
 րոպե 30~40°C, 500ml/min.
 Ջերմային ախտահանում՝ մոտ 60
 րոպե »85°C, 300ml/min.

Պահպանման ջերմաստիճանը պետք
 01 ՈՐԿ 4-ԵԴԳՍ/2019-25/72-ից է լինի 5°C-40°C միջակայքում,

80%-ից ոչ ավելի հարաբերական
 խոնավության դեպքում: Արտա-
 րտահանողի հայտնաբերում.
 Технические характеристики

Ֆոտոխրոմիկ: Հաղթող մասնակիցն
 ունի համապատասխան
 որակավորմամբ մասնագետ/ներ
 սարքավորման պատշաճ
 տեղադրման և աշխատեցման
 նպատակով ինչպես նաև
 երաշխիքային և ետերաշխիքային
 սպասարկման իրականացման
 համար: Ինժեներական
 սպասարկման և սարքավորման
 անկանխատեսելի խափանումներին
 արագ արձագանքելու համար
 հաղթող մասնակիցը ունի մշտական
 հասանելի որակավորված ինժեներ
 և պատվիրատուի կանչից հետո
 առավելագույնը 1 ժամվա

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
1				

					<p>ընթացքում տեղի է ունենում ինժեների այց: Սարքավորումը ունի առնվազն 24 ամիս երաշխիք տեղադրման պահից սկսած: Որակավորված անձնակազմի կողմից իրականացվում է կիրառող անձնակազմի ուսուցում սարքավորման շահագործման կանոնների վերաբերյալ:</p>
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------