

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՖՐՈՆԹ ԼԱՅՆ ԴԵՎԵԼՈՓՄԵՆԹ» ՍՊԸ-ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/72 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Wesley	Wesley W-T2008-B	W-T2008-B	Chengdu Wesley Bioscience Technology Co., Ltd.	<p>Հեմոդիալիզի սարքավորումն օգտագործվում է բժշկական բաժանմունքներում երիկամային քրոնիկ անբավարարությամբ չափահաս հիվանդների բուժման համար: Հեմոդիալիզի սարքավորումը կիրառելի է երիկամային քրոնիկ անբավարարության և արյան մաքրման համար: Ունի առնվազն 15" կամ 40սմ անկյունագծով սենսորային Էկրան, որի վրա արտացոլվում է բոլոր տվյալներ: Արյան պոմպ, պահեստային պոմպ (սպասման համար և կարող է</p>

օգտագործվել նաև
հեմոպերֆուզիայի համար):
Հեպարինի պոմպ: Հիդրավիկ խցիկ
(Հավասարակշռության խցիկ + UF
պոմպ): A/B Կերամիկական
համամասնության պոմպ, բարձր
ճշգրտություն, կոռոզիայից
պաշտպանված: Ունի լեդ
ինդիկացիոն լույսեր երեք գույնով`
կանաչ-դիալիզի նորմալ պրոցես ,
նարնջագույն`գոլշացնող նշան և
կարմիր գույնով արտահայտում է
պրոցեսի ընդհատում: Ամբողջ
պրոցեսի ընթացքում բացի գունային
ազդանշանից ուղեկցվում է նաև
ձայնային ազդանշան: Ահագանգ,
երբ էրիթրոցիտների հատուկ
ծավալը $0,32 \pm 0,02$ է կամ արյան
արտահոսքի ծավալը հավասար է
կամ ավելի քան 1 մլ մեկ լիտր
դիալիզատի համար: NA-ի
պարամետրի ընտրությունը կարելի
է կատարել տասնորդական նիշի
ճշտությամբ, ունի ավտոնոմ
սնուցման համար մարտկոց DC
24V-2.6AH և կարող է աշխատել
առնվազն 30րոպե:
Էլեկտրաէներգիայի
մատակարարում AC220V, 50Hz /

60Hz, 10A: Մուտքի հզորությունը՝
1500 Վտ $\pm 5\%$: Մակերեսը՝ 500*520
մմ $\pm 5\%$: Սարքը միանում է շատ
արագ և ինքնաստուգման պրոցեսը
առավելագույնը 30վրկ և 2-3ր-ի
ընթացքում պատրաստ է լինում
աշխատանքի: Աշխատանքի
ընթացքում զարկերակային
հոսքագծում արյան հոսքի
դանդաղեցման դեպքում սարքը
հնարավորություն է տալիս
զարկերակային հոսքագծի ճնշման
չափերը տվյալների միջակայքի
կարգավորման միջոցով շարունակել
հեմոդիալիզի պրոցեսը: Ջրի
մուտքային ճնշում՝ 0,15 ՄՊա \sim 0,6
ՄՊա 21.75 P.S.I. \square 87 P.S.I.: Ջրի
մուտքային ջերմաստիճանը՝
10°C-30°C: Աշխատանքային
միջավայրի ջերմաստիճանը 10C \sim
30C 70% ոչ ավելի հարաբերական
խոնավության դեպքում:
Դիալիզատորի ջերմաստիճանը՝
միջակայքը 34.0°C-39.0°C, դիալիզի
հոսքը՝ առնվազն 300~800 մլ/րոպե,
դիալիզի կոնցենտրացիան՝ 12,1
մվ/սմ \sim 16,0 մս/սմ, $\pm 0,1$ մս/սմ, ՍF
արագություն \leq ոսքի միջակայք՝ 0
մլ/ժ \sim 4000 մլ/ժ, Բանաձևի

հարաբերակցությունը՝ 1 մլ,
Ճշգրտություն՝ ± 30 մլ/ժ: Ունի
ճնշումների կարգավորման լայն
միջակայք՝ օր. վեննոզ ճնշումը -180
 ± 600 mmHg, TMP նույնպես $-180 -$
 600 mmHg: Արյան արտահոսքի
ցուցանիշը ≤ 0.35
ml/min(հեմոտոկրիտը 32%): Օդի
պղպջակի դետեկտորը 50 μ l,
ջերմաստիճանի կարգավորման
տիրույթը $33^{\circ}\text{C}-40^{\circ}\text{C}$: Ահազանգ, երբ
մեկ օդային պղպջակների ծավալը
200 մկլ-ից ավելի է 200 մլ/րոպե
արյան հոսքի դեպքում/
Պղպջակների հայտնաբերումը
ուլտրաձայնային մեթոդով կամ
համարժեք: Հաղորդականության
հսկողության միջակայքը առնվազն
 $12.5\text{ms/cm}-15.5\text{ms/cm}$: Պահեստային
պոմպի հոսքի միջակայք առնվազն՝
30 մլ/րոպե ~ 600 մլ/րոպե
(տրամագիծը՝ $\Phi 8$ մմ): Բանաձևի
հարաբերակցությունը՝ 1 մլ:
Ճշգրտություն՝ սխալի միջակայքը
 ± 10 մլ կամ ընթերցման 10%:
Հեպարինի պոմպ Ներարկիչի
չափսը՝ 20, 30, 50 մլ: Հոսքի
միջակայք՝ 0 մլ/ժ ~ 10 մլ/ժ:
Բանաձևի հարաբերակցությունը՝

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ՖՐՈՆԹ ԼԱՅՆ ԴԵՎԵԼՈՓՄԵՆՏ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ИТУ-ЕЦԱՎՊԶԲ-25/72 ниже представляет полное описание предлагаемого

0,1 մլ: Ճշգրտություն՝ ±5%:
Ախտահանումը տեղի է ունենում
Տաք կալցիֆիկացումով՝ մոտ 20
րոպե 30~60°C, 500ml/min.
Քիմիական ախտահանում՝ մոտ 45
րոպե 30~40°C, 500ml/min.
Ջերմային ախտահանում՝ մոտ 60
րոպե >85°C, 300ml/min.

Պահանջները ներկայացված են առանձին 5°C-40°C միջակայքում, 80%-ից ոչ ավելի հարաբերական

տեխնիկական դեպքում: Արտա-
տեխնիկական հատկությունները
արտահոսքի հայտնաբերում.

Ֆոտոխորոմիկ: Հաղթող մասնակիցն ունի համապատասխան որակավորմամբ մասնագետ/ներ սարքավորման պատշաճ տեղադրման և աշխատեցման նպատակով ինչպես նաև երաշխիքային և ետերաշխիքային սպասարկման իրականացման համար: Ինժեներական սպասարկման և սարքավորման անկանխատեսելի խափանումներին արագ արձագանքելու համար հաղթող մասնակիցը ունի մշտական հասանելի որակավորված ինժեներ և պատվիրատուի կանչից հետո առավելագույնը 1 աշխատանքային

Номер лота			Предлагаемый товар	
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
1				

					<p>օրվա ընթացքում տեղի է ունենում ինժեների այց: Սարքավորումը ունի 18 ամիս երաշխիք տեղադրման պահից սկսած: Որակավորված անձնակազմի կողմից իրականացվում է կիրառող անձնակազմի ուսուցում սարքավորման շահագործման կանոնների վերաբերյալ:</p>
--	--	--	--	--	--