ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻՏԱ ՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/38 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
50	ՊՈՒԼՍ ՕՔՍԻՄԵՏՐ , ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ՊԱՑԻԵՆՏԻ ՍՐՏԻ ԶԱՐԿԵՐԱԿԸ ԵՎ ԱՐՅԱՆ ՄԵՋ ԹԹՎԱԾՆԻ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԱՓԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ , ԱՊՐԱՆՔԱՆԻՇԸ՝ CONTEC, ՄՈԴԵԼԸ՝ CMS50D	CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD	Նախատեսված է արյան մեջ թթվածնի հագեցվածության աստիճանի (SPO2) և անոթազարկի հաճախականության մոնիթորինգի համար: SPO2-ի չափման միջակայքը՝ 70-100%, ճշգրտություն՝ 90%-99%, անոթազարկի չափման միջակայքը ՝ 30-250 bpm: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ВИТА МЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՅԱՉ-ԷԱՃԱՊԱՔ-25/38 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
50			