

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արարատ Բաղայան Սերգուշի-ն ՀՀՍՍԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	b.well	b.well	b.well	b.well	Բժշկական ջերմաչափ (Էլեկտրոնային)-ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N1239-Ն որոշման, ՀՀ Առողջապահության նախարարության N867 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Չափման եղանակները՝ առանցքային (թևատակ), բերանի, հետանցքային: Չափման ժամանակը՝ մոտ 60 վայրկյան: Չափման ավարտի տեղեկատվական ձայնային ազդանշան: Վերջին չափման հիշողություն: Փոխարինվող մարտկոց: Ավտոմատ

					<p>անջատում 10 րոպե հետո օգտագործելուց հետո մարտկոցի կյանքը երկարացնելու համար: Չափման թույլատրելի սխալի սահմանները՝ +/- 0,1 °C : Պահպանման պատյան: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն մեկ տարի:</p>
--	--	--	--	--	---

