

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինտերմեդի Գրուպ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
64	EXTERNAL PACEMAKER (EPG) SINGLE CHAMBER	EXTERNAL PACEMAKER (EPG) SINGLE CHAMBER	EXTERNAL PACEMAKER (EPG) SINGLE CHAMBER	Medtronic	Աշխատանքային ռեժիմների առկայություն՝ AAI, AOO, VVI, VOO, high frequency stimulation: Ստիմուլյացիայի արագության Նվազագույնը - 30 զարկ/ր. ոչ ավել, առավելագույնը - 200 զարկ/ր. ոչ պակաս: Բարձր հաճախականության ստիմուլյացիայի առավելագույն Նշանակությունը՝ 800 զարկ/ր. ոչ պակաս: Ստիմուլյացիոն իմպուլսի տևողությունը՝ 1,5 մվ ± 10% Նվազագույն զգայունությունը 0.4 մՎ ոչ ավել: Առավելագույն զգայունությունը՝ 20 մՎ ոչ պակաս:

						Դեֆիբրիլյացիայից պաշտպանության առկայություն: Մարտկոցի ցածր լիցքի ինդիկացիա: Ռիթմի վարման ժամանակավոր արտաքին համակարգի 1,80 մ. ոչ պակաս պացիենտի մալուխներով կոմպլեկտավորում: Ինքնաթեստավորման առկայություն: Մարտկոցի փոփոխման հնարավորություն առանց ռիթմավարման դադարեցման 30 վ. ոչ պակաս: Հավաքածուն իր մեջ ներառում է հիվանդի մալուխ, բազմակի օգտագործման համար՝ Patient Cable, Reusable: Միջազգային ISO13485 կամ CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայություն: Անհրաժեշտ է սարքերիի տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում պայմանագրի ողջ ընթացքում: Պայմանագրի կատարման փուլում մատակարարը ապրանքի մատակարարված խմբաքանակի հետ կներկայացնի ապրանքն արտադրողի կողմից տրված երաշխիքային նամակ (ավտորիզացիոն),
--	--	--	--	--	--	---

					համապատասխանության սերտիֆիկատ և ծագման սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Интермед Груп в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БРԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
64	EXTERNAL PACEMAKER (EPG) SINGLE CHAMBER	EXTERNAL PACEMAKER (EPG) SINGLE CHAMBER	EXTERNAL PACEMAKER (EPG) SINGLE CHAMBER	Medtronic	Աշխատանքային ռեժիմների առկայություն՝ AAI, AOO, VVI, VOO, high frequency stimulation: Ստիմուլյացիայի արագության նվազագույնը - 30 զարկ/ր. ոչ ավել, առավելագույնը - 200 զարկ/ր. ոչ պակաս: Բարձր հաճախականության ստիմուլյացիայի առավելագույն նշանակությունը՝ 800 զարկ/ր. ոչ պակաս: Ստիմուլյացիոն իմպուլսի տևողությունը՝ 1,5 մվ $\pm$ 10% Նվազագույն զգայունությունը 0.4 մՎ ոչ ավել: Առավելագույն զգայունությունը՝ 20 մՎ ոչ պակաս:

						Դեֆիբրիլյացիայից պաշտպանության առկայություն: Մարտկոցի ցածր լիցքի ինդիկացիա: Ռիթմի վարման ժամանակավոր արտաքին համակարգի 1,80 մ. ոչ պակաս պացիենտի մալուխներով կոմպլեկտավորում: Ինքնաթեստավորման առկայություն: Մարտկոցի փոփոխման հնարավորություն առանց ռիթմավարման դադարեցման 30 վ. ոչ պակաս: Հավաքածուն իր մեջ ներառում է հիվանդի մալուխ, բազմակի օգտագործման համար՝ Patient Cable, Reusable: Միջազգային ISO13485 կամ CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայություն: Անհրաժեշտ է սարքերիի տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում պայմանագրի ողջ ընթացքում: Պայմանագրի կատարման փուլում մատակարարը ապրանքի մատակարարված խմբաքանակի հետ կներկայացնի ապրանքն արտադրողի կողմից տրված երաշխիքային նամակ (ավտորիզացիոն),
--	--	--	--	--	--	---

					համապատասխանության սերտիֆիկատ և ծագման սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	--	--