

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սուրեն Հակոբյան Գուրգենի ԱԶ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ոլտրաձայնային սարքավորում	Handlike	Handlike	Hunan Handlike Minimally Invasive Surgery Co., Ltd.	Ուլտրաձայնային ծայրադիր, կոագուլյացիոն ատրճանակային բռնակով բաց և Էնդոսկոպիկ միջամտությունների համար, ձեռքի ակտիվացման հնարավորությամբ: Նախատեսված է մինչև 5 մմ տրամագծով հյուսվածքների և անոթների հատման և կոագուլյացիայի համար: Ակտիվացիայի բացակայության պայմաններում կարող է օգտագործվել որպես գրասպեր և զաժիմ: Տիտանային սայրի տատանումների հաճախությունը երկայնական ուղղությամբ 55,5 կՀց:

					Ճայրադիրը հնարավոր է ակտիվացնել հզորության կարգավորման միևնույն և մաքսիմալ կոճակների միջոցով, որոնք տեղակայված են բռնակի հիմքի առաջային մակերեսի վրա, որի միջոցով հնարավոր է լինում ապահովել մաքսիմալ հասանելիություն, ինչպես նաև ուղի սեղմակի միջոցով: Առկա է լրացուցիչ ծայնային ազդանշան, որը զգուշացնում է ակտիվ սայրի ջերմաստիճանի բարձրացման մասին, որը հնարավորություն է տալիս ապահովել ավելի վստահելի հեմոստազ: Ցողունի երկարությունը 36 սմ ($\pm 5\%$) ակտիվ բրանշի ծայրից մինչև ռոտացիոն օղակը: Ցողունի տրամագիծը 5 մմ: Ցողունի պտույտը 360 աստիճանով ռոտացիոն օղակի միջոցով, որը տեղակայված է ցողունի և բռնակի միացման տեղում, հնարավորություն է տալիս աշխատել մեկ ձեռքով, հեշտացնում է տեսանելիությունը և հասանելիությունը վիրահատական դաշտին: Առկա է երկարության 5 մմ ինդիկատոր պասիվ բրանշի երկու կողային մակերեսների վրա: Առկա է
--	--	--	--	--	--

				ակոսավոր մուտք ձեռքի բռնակի հետ միանալու համար: Աշխատանքային մասը կազմված է տիտանից պատրաստված ակտիվ՝սայր և պասիվ բրանշերից: Թեք արտափքված և ակտիվ բրանշի պրոքսիմալ մասերը նախատեսված են հիմնականում հյուսվածքների կոագուլյացիայի համար: Սուր վերին և ստորին եզրերը, ինչպես նաև ակտիվ բրանշի դիստալ մասը նախատեսված են հատելու համար: Մատակարարվում է աշխատանքային մասի կողպեքով: Մանրեագերծ գործարանային փաթեթավորմամբ, մեկանգամյա օգտագործման, ենթակա չէ կրկնակի մանրեագերծման: Պետք է լինի համատեղելի Էջմիածնի ԲԿ-ում շահագործվող HD-CSD01 գեներատորի հետ, որի վերաբերյալ անհրաժեշտ է ներկայացնել ավտորիզացիոն-երաշխիքային նամակ նշված մոդելի գեներատորն արտադրող ընկերությունից: Որակի միջազգային վկայականներ. 1. ISO13485 2. EC (93/42/EEC) կամ EU (2017/745) կամ FDA
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սուրեն Հակոբյան Գուրգենի ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРЧ-ЕԱՃԱՊԶԲ-25/28
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					