

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմմունոֆարմ ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	AccuPyc® III 1350	AccuPyc® III 1350	AccuPyc® III 1350	Micrometrics	Գազային պինդմետր Սարքի տեխնիկական պարամետրեր • Ճշգրտություն - շուրջ 0,02% • Վերարտադրելիություն - մոտ 0.01% • Աշխատանքային ջերմաստիճան - միջակայքում 15-35 °C • Բջջի չափերը - մոտ 0,1; 1; 3,5; 10 սմ³ • Նմուշների տարրաների հավաքածու՝ պինդ և փոշենման նմուշների անալիզի իրականացման համար. օ Պինդ նմուշներ - մոտ 10 սմ³, 3.5 սմ³, 1.0 սմ³, 0.1 սմ³ օ Փոշենման նմուշներ - մոտ 10 սմ³, 3.5 սմ³ • Ջերմաստիճանի չափման միջակայք - մոտ 20 °C ± 0.025 °C •

					Չափիչ մոդուլների քանակը - մինչև 5 մոդուլ, որոնք աշխատում են միմյանցից անկախ • Աշխատանքային միջավայր - հեղիում, արգոն, ազոտ (կախված ուսումնասիրվող նյութի տեսակից) • Չափագրում (կալիբրովկա) - համաձայն NIST թեստի No. 821/25B 592-97, ANSI/NCSL 2640-1-94 և ISO 10012-1-92 պահանջների • հետևյալ միջազգային ստանդարտներին համապատասխանություն - USP, ISO, ASTM • Այդ թվում համապատասխանում է հետևյալ միջազգային ստանդարտներին o ASTM B923 Metal Powders o ASTM C110 Cement o ASTM C604 Refractory Materials o ASTM C799 Nuclear Materials o ASTM D2638 Carbon o ASTM D2856 Foam o ASTM D4892 Petroleum o ASTM D5550 Soil o ASTM D5965 Coatings o ASTM D6093 Coatings o ASTM D6226 Foam o ASTM D6761 Catalysts o ASTM D70 Asphalt o ASTM D8171 Fibers o DIN 66137 Pycnometry o ISO 12154 Pycnometry o ISO 18753 Ceramics o ISO 4590 Foam o ISO 8130 Coatings o USP «699» Pharmaceuticals • Մեթոդների
--	--	--	--	--	--

					պահման գրադարան - ապահովում է չափման գործընթացի ճշգրտությունը • Ցուցադրիչ - LCD Էկրան՝ ինտուիտիվ մենյուով • Տվյալների ելք - USB, RS-232C • Համատեղելիություն - Լաբորատոր տվյալների կառավարման համակարգեր (LIMS) • Էլեկտրամատակարարում - 220-240V, 50/60 Hz • Ծրագրային ապահովում - ներառված, տվյալների ավտոմատ վերլուծությամբ Հավելյալ պարամետրեր • Սարքը հագեցած է բջջի չափերը համալրող չափող ծավալների հավաքածուով, որոնք ապահովում են ճշգրիտ կշռման գործընթացը տարբեր նմուշների համար: • Սարքը համալրված է որակյալ գունավոր տպիչով և դյուրակիր համակարգչով՝ առնվազն հետևյալ պարամետրերով՝ IntelCore i5-8400, 256 ԳԲ հիշողության կրիչ, 8 ԳԲ RAM, Windows 11 օպերացիոն համակարգ: • Սարքը համալրված է անհրաժեշտ գազերով՝ օ Հելիում (He) - առնվազն 99,9995% մաքրություն, բալոնի ծավալ՝ մոտ 50 լիտր, ճնշում՝ շուրջ 200 մթն, 9,1մ³ օ
--	--	--	--	--	--

					Արգոն (Ar) - առնվազն 99.9999% մաքրություն, բալոնի ծավալ՝ մոտ 50 լիտր, 6մ³ տարողությամբ, 200մթն օ Ազոտ (N2) - առնվազն 99.999% մաքրություն, բալոնի ծավալ՝ մոտ 50 լիտր, 6մ³ տարողությամբ, 200մթն օ Բալոնները տրամադրվում են մատակարարի կողմից (առանց վերադարձի) համապատասխան սերտիֆիկատներով: Բալոնները պատրաստված են չժանգոտվող մետաղից (316 համարի), Կցորդումը $\frac{3}{4}$ գլխիկով, մուտքային ճնշման ցուցիչ՝ ոչ պակաս 200 բարից, ելքային՝ ոչ պակաս 15 բարից օ Յուրաքանչյուր գազի համար տրամադրվում է առնվազն 1 հատ բարձր որակի ճնշման կարգավորիչ, համապատասխան Եվրոպական ստանդարտներին Լրացուցիչ պահանջներ • Երաշխիք - 1 տարի • Մատակարարում, տեղադրում և ուսուցում - իրականացվում է տեղում • Ապրանքի նորություն - սարքը նոր է, չօգտագործված, փաթեթը՝ չվնասված • արտադրողի կողմից երաշխիքային և հետերաշխիքային սպասարկում, արտադրողի կողմից տեխնիկական
--	--	--	--	--	---

					աջակցություն: Երաշխիքային Ժամկետ 1 տարի
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом Р494-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					