

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարիետա Աբրահամի Սարգսյան ԱԶ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Micromeritics Instrument Corporation	Micromeritics Instrument Corporation	AccuPyc® III	Micromeritics Instrument Corporation	Գազային պինդմետր Սարքի տեխնիկական պարամետրեր • Ճշգրտություն - շուրջ 0,02% • Վերարտադրելիություն - մոտ 0.01% • Աշխատանքային ջերմաստիճան - միջակայքում 15-35 °C • Բջջի չափերը - մոտ 0,1; 1; 3,5; 10 սմ ³ • Նմուշների տարրաների հավաքածու՝ պինդ և փոշենման նմուշների անալիզի իրականացման համար. օ Պինդ նմուշներ - մոտ 10 սմ ³ , 3.5 սմ ³ , 1.0 սմ ³ , 0.1 սմ ³ օ Փոշենման նմուշներ - մոտ 10 սմ ³ , 3.5 սմ ³ • Ջերմաստիճանի չափման միջակայք - մոտ 20 °C ± 0.025 °C •

					Չափիչ մոդուլների քանակը - մինչև 5 մոդուլ, որոնք աշխատում են միմյանցից անկախ • Աշխատանքային միջավայր - հեղիում, արգոն, ազոտ (կախված ուսումնասիրվող նյութի տեսակից) • Չափագրում (կալիբրովկա) - նվազագույնը համաձայն NIST թեստի No. 821/25B 592-97, ANSI/NCCL 2640-1-94 և ISO 10012-1-92 պահանջների • Նվազագույնը հետևյալ միջազգային ստանդարտներին համապատասխանություն - USP, ISO, ASTM • Այդ թվում նվազագույնը պետք է համապատասխանի հետևյալ միջազգային ստանդարտներին օ ASTM B923 Metal Powders օ ASTM C110 Cement օ ASTM C604 Refractory Materials օ ASTM C799 Nuclear Materials օ ASTM D2638 Carbon օ ASTM D2856 Foam օ ASTM D4892 Petroleum օ ASTM D5550 Soil օ ASTM D5965 Coatings օ ASTM D6093 Coatings օ ASTM D6226 Foam օ ASTM D6761 Catalysts օ ASTM D70 Asphalt օ ASTM D8171 Fibers օ DIN 66137 Pycnometry օ ISO 12154 Pycnometry օ ISO 18753
--	--	--	--	--	--

						Ceramics o ISO 4590 Foam o ISO 8130 Coatings o USP «699» Pharmaceuticals • Մեթոդների պահման գրադարան - ապահովում է չափման գործընթացի ճշգրտությունը • Ցուցադրիչ - LCD էկրան՝ ինտուիտիվ մենյուով • Տվյալների ելք - USB /ինչի միջոցով սարքը կապվում է անալիտիկ կշեռքի հետ/ • Համատեղելիություն - Լաբորատոր տվյալների կառավարման համակարգեր (LIMS) • Էլեկտրամատակարարում - 220-240V, 50/60 Hz • Ծրագրային ապահովում - ներառված, տվյալների ավտոմատ վերլուծությամբ Հավելյալ պարամետրեր • Սարքը հագեցած է բջջի չափերը համալրող չափող ծավալների հավաքածույով, որոնք ապահովում են ճշգրիտ կշռման գործընթացը տարբեր նմուշների համար: • Սարքը համալրված է որակյալ գունավոր տպիչով և դյուրակիր համակարգչով՝ առնվազն հետևյալ պարամետրերով՝ IntelCore i5-8400, 256 ԳԲ հիշողության կրիչ, 8 ԳԲ RAM, Windows 10 օպերացիոն համակարգ: • Սարքը համալրված է
--	--	--	--	--	--	--

անհրաժեշտ գազերով՝ օ Հելիում
 (He) - 99,9995% մաքրություն,
 բալոնի ծավալ՝ մոտ 50 լիտր, ճնշում՝
 շուրջ 200 մթն, 9,1մ³ օ Արգոն (Ar) -
 99.9999% մաքրություն, բալոնի
 ծավալ՝ մոտ 50 լիտր, 6մ³
 տարողությամբ, 200մթն օ Ազոտ (N2)
 - 99.999% մաքրություն, բալոնի
 ծավալ՝ մոտ 50 լիտր, 6մ³
 տարողությամբ, 200մթն օ
 Բալոնները տրամադրվում են
 մատակարարի կողմից (առանց
 վերադարձի) համապատասխան
 սերտիֆիկատներով: Բալոնները
 պատրաստված չժանգոտվող
 մետաղից (316 համարի), Կցորդումը
 $\frac{3}{4}$ գլխիկով, մուտքային ճնշման
 ցուցիչ՝ 200 բարից, ելքային՝ ոչ
 պակաս 15 բարից օ Յուրաքանչյուր
 գազի համար տրամադրել առնվազն
 1 հատ բարձր որակի ճնշման
 կարգավորիչ, համապատասխան
 Եվրոպական ստանդարտներին
 Լրացուցիչ պահանջներ • Երաշխիք -
 առնվազն 1 տարի •
 Մատակարարում, տեղադրում և
 ուսուցում - իրականացվում է
 տեղում • Ապրանքի նորություն -
 սարքը պետք է լինի նոր,

չօգտագործված, փաթեթը՝
 չվնասված • պարտադիր է
 արտադրողի կամ պաշտոնական
 ներկայացուցչի կողմից
 երաշխիքային և հետերաշխիքային
 սպասարկում, արտադրողի կողմից
 տեխնիկական աջակցություն:
 Երաշխիքային ժամկետ առնվազն՝ 1
 տարի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Мариета Абрами Саргсян ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЧЧЧ-ЕԱԽԱՊՁԵ-25/11

ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					