

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Haier	HR-1200-A2	HR-1200-A2	Haier	Կենսաանվտանգության պահարան II դասի կենսաանվտանգության պահարան; $\approx 70\%$ ռեցիրկուլացիայի հոսք, օդային վարագույր աշխատանքային բացվածքում, HEPA H14 ֆիլտրում կոճակի միջոցով գործարկվող կառավարման վահանակի առկայություն, առնվազն 2 վարդակի առկայություն, չժանգոտվող պողպատից սեղան տակդիր:Պահարանը պետք է համապատասխանի հետևյալ ստանդարտներին և ունենա CE հավաստագիր:Պետք է ունենա տվյալ ստանդարտները - DIN EN

					61010-1:2011 - DIN EN 61326-1:2013 - DIN EN 12469:2000-09 Կենսաանվտանգության պահարանը պետք է ունենա կառավարման վահանակի ավտոմատ կողպում՝ շահագործման ընթացքում չթուլատրված մուտքը կամ պահարանի գործառույթների պատահական ակտիվացումը/անջատումը կանխելու համար; կաբինետի կառավարման հասանելիությունն պետք է ապահովվի անհատական էլեկտրամագնիսական բանալիներով. ● աշխատանքային լեզուներ՝ առնվազն անգլերենի առկայություն ● աշխատանքային խցիկի լուսավորության միացում/անջատում ● օդափոխիչի միացում/անջատում ● Ուլտրամանուշակագույն լույսի միացում/անջատում ● Ուլտրամանուշակագույն լույսի գործառնական ժամանակահատվածի կարգավորումը և շահագործման մնացած ժամանակի ցուցումը; ● Ուլտրամանուշակագույն լույսի աշխատանքային ժամաչափ; ● Օդի
--	--	--	--	--	---

					հոսքի ավտոմատ ապահովում՝ անկախ HEPA ֆիլտրի խցանման մակարդակից; ● ավտոմատ ձայնային և տեսանելի ահազանգ՝ աշխատանքային նորմալ պարամետրերի խախտման դեպքում; ահազանգի հաղորդագրության ցուցում. - էլեկտրամագնիսական ընթերցող և էլեկտրամագնիսական մուտքի ստեղներ; - օդի հոսքի սենսորներ*; - առջևի թաղանթ և ուլտրամանուշակագույն միավորի դիրքի սենսորներ; - անհատական ապահովիչ՝ կենսաանվտանգության պահարանի հիմնական գործառնություններին (հովհար, լուսավորություն, ուլտրամանուշակագույն լամպ) էլեկտրամատակարարման համար. - աշխատանքային խցիկի էլեկտրական վարդակների անհատական ապահովիչ; - շարժական հոսանքի լարը բռնակով ● Բաղադրիչների փորձարկում և կարգավորում. - արտանետման բացման հավասարակշռող շեղբեր օդի հոսքի կարգավորման համար; - ներկառուցված ելք HEPA ֆիլտրերից
--	--	--	--	--	--

					վերև գտնվող օդի նմուշառման համար՝ դրանց ամբողջականության ստուգման համար: Պահարանի առավելագույն չափերը ոչ ավել քան 1203x772x2152(1494) մմ Տակդիրի չափերը պեք է համապատասխանեն պահարանը տեղադրվող համար Պահարանի ընդհանուր ծավալը (ներառյալ աշխատանքային խուցը) $\approx 1,0$ մ3:Աշխատանքային խցիկի չափերը ոչ պակաս 1104x608x748 մմ:Աշխատանքային գոտու չափերը ոչ պակաս 1104x448x678 մմ:Աշխատանքային գոտու տարածքը ոչ պակաս 0,50 մ2:Աշխատանքային տարածքի բարձրությունը ոչ պակաս 608 մմ:HEPA ֆիլտրերի չափերը.Ապահովել HEPA ֆիլտր 1130x530x78 մմ Արտանետվող HEPA ֆիլտր 1050x320x78 մմԷլեկտրամատակարարում. - 220-240 Վ:- հաճախականությունը 50 Հց Առավելագույն մոլտքային հզորություն ոչ ավել 1385 Վ:Ուլտրամանուշակագույն լամպի հզորությունը 30 Վտ Լուսավորման լամպի հզորությունը 39 Վ Ներկառուցված Էլեկտրական
--	--	--	--	--	--

					վարդակների վրա առավելագույն թույլատրելի բեռ 1000 Վտ:Առանց տակդիրի պահարանի առավելագույն զուտ քաշը ոչ ավել 212 կգ Ստենդի առավելագույն զուտ քաշը ոչ ավել 22 կգ Հիմնական բնութագրերը Կենսաանվտանգության պահարանի ռասը ըստ EN 12469-2000, NSF/ANSI 49 II Միջին հոսքի արագությունը
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара «Պրիմա Լար» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР44-ЕԱՀԱՊԶԲ-25/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		աշխատանքային խցիկում
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	0,35±0,01 մ/վ Աշխատանքային խցիկի տեխնիկական характеристики օդային հոսքի տեսակը՝
5	Haier	HR-1200-A2	HR-1200-A2	Haier	Միակողմանի (ամիսային) ներհոսք Կենսաանվտանգության պահարանի ներհոսքի միջին արագությունը II դասի Կենսաանվտանգության աշխատանքային տարածքով պահարան; $\approx 70\%$ ռեցիրկուլացիայի $0,47 \pm 0,03$ մ/վ - $0,5$ մ/վ և ավելի հոսք, օդային վարագույր մասնիկների համար Դաս 5 - $5,0$ մ/վ աշխատանքային բացվածքում; HEPA և H14 Ֆիլտրները զոնալի միջոցով $(20; \geq 5$ մ/վ); LSAPC Մաքրող օդի գործարկվող կառավարման ներհոսքի հոսքություն $795-817$ մ³/ժ վառարանի առկայություն, առկա՞ն Դուրս մուտք օդի հոսքությունը 2 վարդակի առկայություն, $333-378$ մ³/ժ Օդի շրջապտույտը $\approx$ չժանգոտվող պիղիանտից սեղան տակդիր: Պահարանը պետք է տալիք: Պահարանը պետք է EN 1822-1-ի H14 2) պահպանում համապատասխանի հետևյալ MPPS-ում արևմտյան $99,994\%$ 3) ստանդարտներին և ունենա CE նվազագույն ծառայության ժամկետը հաճախագիր: Պետք է ունենա 4* տարի Ուստրալիական ապագույն տվյալ ստանդարտները - DIN EN լուսավորություն - UVC

					հոսքի ավտոմատ ապահովում՝ անկախ HEPA ֆիլտրի խցանման մակարդակից; ● ավտոմատ ձայնային և տեսանելի ահազանգ՝ աշխատանքային նորմալ պարամետրերի խախտման դեպքում; ահազանգի հաղորդագրության ցուցում. - էլեկտրամագնիսական ընթերցող և էլեկտրամագնիսական մուտքի ստեղծեր; - օդի հոսքի սենսորներ*; - առջևի թաղանթ և ուլտրամանուշակագույն միավորի դիրքի սենսորներ; - անհատական ապահովիչ՝ կենսաանվտանգության պահարանի հիմնական գործառնություններին (հովհար, լուսավորություն, ուլտրամանուշակագույն լամպ) էլեկտրամատակարարման համար. - աշխատանքային խցիկի էլեկտրական վարդակների անհատական ապահովիչ; - շարժական հոսանքի լարը բռնակով ● Բաղադրիչների փորձարկում և կարգավորում. - արտանետման բացման հավասարակշռող շեղբեր օդի հոսքի կարգավորման համար; - ներկառուցված ելք HEPA ֆիլտրերից
--	--	--	--	--	--

					վերև գտնվող օդի նմուշառման համար՝ դրանց ամբողջականության ստուգման համար: Պահարանի առավելագույն չափերը ոչ ավել քան 1203x772x2152(1494) մմ Տակդիրի չափերը պեք է համապատասխանեն պահարանը տեղադրվող համար Պահարանի ընդհանուր ծավալը (ներառյալ աշխատանքային խուցը) $\approx 1,0$ մ3:Աշխատանքային խցիկի չափերը ոչ պակաս 1104x608x748 մմ:Աշխատանքային գոտու չափերը ոչ պակաս 1104x448x678 մմ:Աշխատանքային գոտու տարածքը ոչ պակաս 0,50 մ2:Աշխատանքային տարածքի բարձրությունը ոչ պակաս 608 մմ:HEPA ֆիլտրերի չափերը.Ապահովել HEPA ֆիլտր 1130x530x78 մմ Արտանետվող HEPA ֆիլտր 1050x320x78 մմԷլեկտրամատակարարում. - 220-240 Վ:- հաճախականությունը 50 Հց Առավելագույն մոլտքային հզորություն ոչ ավել 1385 Վ:Ուլտրամանուշակագույն լամպի հզորությունը 30 Վտ Լուսավորման լամպի հզորությունը 39 Վ Ներկառուցված էլեկտրական
--	--	--	--	--	--

վարդակների վրա առավելագույն թույլատրելի բեռ 1000 Վտ:Առանց տակդիրի պահարանի առավելագույն զուտ քաշը ոչ ավել 212 կգ Ստենդի առավելագույն զուտ քաշը ոչ ավել 22 կգ Հիմնական բնութագրերը

Կենսաանվտանգության պահարանի դասը ըստ EN 12469-2000, NSF/ANSI 49 II Միջին հոսքի արագությունը աշխատանքային խցիկում $0,35 \pm 0,01$ մ/վ Աշխատանքային խցի օդային հոսքի տեսակը՝ միակողմանի (լամինար) ներհոսք

Ներհոսքի միջին արագությունը աշխատանքային տարածքով $0,47 \pm 0,03$ մ/վ - 0,5 մկմ և ավելի մասնիկների համար Դաս 5 - 5,0 մկմ և ավելի մասնիկների համար ISO M (20; ≥ 5 մկմ); LSAPC Մաքուր օդի ներհոսքի հզորություն 795-817 մ3/ժ Դուրս մղվող օդի հզորությունը 333-378 մ3/ժ Օդի շրջապտույտը $\approx 70/30$ % HEPA ֆիլտրեր 1) դասը ըստ EN 1822-1-ի H14 2) պահպանում MPPS-ում առնվազն 99,994% 3)

Նվազագույն ծառայության ժամկետը 4* տարի Ուլտրամանուշակագույն լուսավորություն - UVC

				ճառագայթային հոսք 11.2 Վտ - լույսի հոսքի նվազումն առնվազն 5000 ժամ աշխատանքից հետո 12% - ծառայության ժամկետը առնվազն 8000 ժամ - գործառնական ժամանակաշրջանի միջակայք 0:00 - 4:15 - հավելում գործառնական ժամանակաշրջանի սահմանման համար 5 թույլ Աշխատանքային գոտու նվազագույն լուսավորություն (ամբողջական արժեքը որոշվում է աշխատանքային գոտու ողջ տարածքում) 1000 lx Աղմուկի առավելագույն մակարդակը պահարանից 1 մ հեռավորության վրա ոչ ավել 56** դԲ Տեղադրում, ուսուցում, մատակարարումը 10 օրում :
--	--	--	--	--