

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդպրո ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	անալիզատոր	անալիզատոր	անալիզատոր	անալիզատոր	Չափման համակարգը՝ Ռեֆլեկտոր ֆոտոմետրիա: Չափման պարամետրները՝ նվազագույնը տեսակարար կշիռ, pH, լեյկոցիտներ, նիտրիտ, սպիտակուց, գլյուկոզա, կետոններ, ուրոբիլնոգեն, բիլիրուբին, արյուն (էրիթրոցիտ / հեմոգլոբին): Արտադրողականությունը՝ 50-60 թեստ / ժամ: Ստուգաչափումը՝ թեստ ստրիպների միջոցով: Հիշողություն՝ նվազագույնը ոչ պակաս քան 100 նմուշի արդյունք, Էկրանը՝ հեղուկբյուրեղային: Տպիչը՝ ներքին ջերմային, : Նմուշների

				տվյալների մուտքագրումը ՝ ձեռքով և գծիկավոր ծածկագրի լազերային սկաների միջոցով. Որակի վկայականի առկայություն CE, ISO 13485; Մատակարարը պետք է ապահովի սարքերի տեղադրումը, փորձարկումը, կարգաբերումը, լաբորատոր մասնագետների ուսուցումը գնորդի կողմից նշված հասցեում: Մատակարարը պետք է տրամադրի հավաստագիր իր կողմից սարքի առաջին շահագործման ամսաթվի վերաբերյալ: Մեկ տարվա երաշխիքային սպասարկում տեղադրումից և ուսուցումից հետո:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Учѣстник УЧД в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՍՍՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Анализатор мочи	Анализатор мочи	Анализатор мочи	Анализатор мочи	Система измерений: Рефлекторная фотометрия. Параметры измерений: минимум — удельный вес, рН, лейкоциты, нитриты, белок, глюкоза, кетоны, уробилиноген, билирубин, кровь (эритроциты / гемоглобин). Производительность: 50-60 тестов / час. Проверка: с использованием тест-полосок. Память: минимум не менее 100 результатов образцов. Экран: жидкокристаллический. Принтер: встроенный термопринтер. Ввод данных образцов: вручную и с помощью

				лазерного сканера штрих-кодов. Наличие сертификата качества: CE, ISO 13485. Поставщик должен обеспечить установку, тестирование, настройку и обучение лабораторных специалистов по указанному заказчиком адресу. Поставщик должен предоставить сертификат о дате начала эксплуатации устройства. Гарантийное обслуживание в течение одного года после установки и обучения.
--	--	--	--	--