

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՐՈՒՄՅԱԿ ԱՐՁՈՒՄԱՆՅԱՆ ՌԱՖԻԿ» ԱԶ-Ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd.	Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd.	Silicone resuscitator infant	Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd.	Թոքերի ժամանակավոր արհեստական օդափոխություն կատարելու համար նախատեսված շնչառական պարկ՝ մանկական: Լրակազմը ներառում է՝ առնվազն 350 մլ ծավալով օդափոխման տոպրակ, 600 մլ ռեզերվային տոպրակ, բազմակի օգտագործման շնչառական դիմակ, 2մ երկարությամբ թթվածնային խողովակ, օդափոխիչ (60 մմ), բերանի ընդլայնիչ, պահեստային պատյան: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի

				վկայական/ների առկայությունը պարտադիր է: Արտադրանքը պետք է ունենա նաև ISO13485 կամ GOST R ИСО 13485 որակի սերտիֆիկատները: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арусяк Арзуманян Рафик в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ECΔU72F-25/32
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					Детский дыхательный мешок предназначен для временной искусственной вентиляции легких. В комплект входят: дыхательный мешок объемом не менее 350 мл, резервный мешок объемом 600 мл, многоразовая дыхательная маска, кислородная трубка длиной 2 м, аппарат искусственной вентиляции легких (60 мм), расширитель рта, футляр для хранения. Наличие маркировки качества CE или FDA является обязательным для любой поставляемой партии. Изделие также должно иметь сертификаты

					качества ISO13485 или ГОСТ Р 13485. Включает технические показатели, характеристики и правила применения в виде заводской инструкции.
--	--	--	--	--	---