

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՐՈՒՄՅԱԿ ԱՐՉՈՒՄԱՆՅԱՆ ՌԱՖԻԿ» ԱԶ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
46	Ningbo Luke Medical Devices Co., Ltd.	Endotracheal Tube	Endotracheal Tube	Ningbo Luke Medical Devices Co., Ltd.	<p>Ներշնչափողային խողովակի հավաքածու թոքերի սելեկտիվ ինտուբացիայի համար, ցածր ճնշման մանժետով, երկլուսանցքանի: Ըստ պահանջի պետք է մատակարարվեն ձախ կամ աջ, 35Fr, 37Fr, 39Fr, 41Fr չափսերը: Կազմը՝ Էնդորբրոնխիալ խողովակ, Ստիլետ, 2 ներկառուցված T կոննեկտոր, 2 կոննեկտոր 15մմ, Y աձև կոննեկտոր, պտտվող կոննեկտոր, արտածման ծայրադիրներ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի</p>

				<p>վկայական/ների առկայությունը պարտադիր է: Արտադրանքը պետք է ունենա նաև ISO13485 կամ GOST R ICO 13485 որակի սերտիֆիկատները: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Арусяк Арзуманян Рафик в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ECXU72P-25/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
46					<p>Набор эндотрахеальных трубок для селективной интубации легких, с манжетой низкого давления, двухпросветный. Размеры 35Fr, 37Fr, 41Fr поставляются по запросу.</p> <p>В комплект входят:</p> <p>эндобронхиальная трубка, 2 встроенных Т-образных соединителя, 2 соединителя 15 мм, Y-образный соединитель, насадки для аспирации. Для каждой поставляемой партии обязательна маркировка CE или сертификат качества FDA. Также товар должен иметь сертификаты качества</p>

					ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485.
--	--	--	--	--	--------------------------------

					Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент поставки наличие не менее 75% срока годности.
--	--	--	--	--	--