

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՇՄԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
34	Accu-chek Performa	Accu-chek Performa	Accu-chek Performa	Roche Diabetes Care	Ակկու-Չեկ Պերֆորմա թեստ- երիզներ, ֆորմատը՝ 50-100 հատ Նմուշի տեսակը՝ մազանոթային արյուն: Չափման մեթոդ՝ Էլեկտրոքիմիական: Չափման միջակայքը՝ 0.6-33.3 մմոլ/լ :Չափման ժամանակահատվածը՝ 5 վրկ: Արյան ծավալը՝ 0.6 մկլ: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 8- 44 °C :Աշխատանքային հարաբերական խոնավություն՝ 10-90%: Հեմատոկրիտի թույլատրելի միջակայքը՝ 10-65%: Կալիբրացիա՝ համակարգը

				կալիբրավորված է ըստ երակային արյան, որը հիմնված է հեքսոկինազային մեթոդի վրա և համապատասխանում է NIST չափորոշիչին: Ֆերմենտ՝ Mut. Q- GDH 2 կայուն թթվածնի ազդեցության հանդեպ: Թեստ-երիզների ժամկետը՝ պետք է չփոփոխվի անկախ սրվակի բացման պայմանից: Համակարգը համապատասխանում է EN ISO 15197:2013, ISO 13485:2012 չափորոշիչների պահանջներին: CE0123 ՝ տվյալ համակարգը համապատասխանում է եվրոպական դերեկտիվի չափորոշիչներին: Մասնակիցը պետք է ներկայացնի արտադրողի կողմից հաստատված ՀՀ տարածքում վաճառքի արտոնագիր (ավտորիզացիա): Հանձնման պահին ապրանքը պետք է ունենա առնվազն 1 (մեկ) տարի պիտանելության ժամկետ , պետք է լինի փակ, մի կողմից ռուսերեն մակնշմամբ:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 8U9P4-ETXU72P-25/29
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
34					