

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
121	Zibo	UB-11Z	Zibo	Zibo	<p>Մեզընդունիչ պարկ միանվագ օգտագործման, փափուկ և չկոտրվող PVC խողովակով հետադարձային փականով, մլ-ով աստիճանային նշմամբ պարկ՝ հավաքված մեզի քանակը տեսնելու համար, կոնաձև մուտքի միակցիչ՝ փականով: Խողովակի երկարությունը՝ 90 սմ, պարկի տարողությունը 2000մլ, ստերիլ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայական/սերի առկայությունը պարտադիր է: Արտադրանքը պետք է ունենա նաև</p>

				<p>ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 որակի սերտիֆիկատները: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Բերթ Սմարթ Մեդիլը ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
121	Zibo	UB-11Z	Zibo	Zibo	Մեզը նդունիչ պարկ միանվագ օգտագործման, փափուկ և չկոտրվող PVC խողովակով հետադարձային փականով, մլ-ով աստիճանային նշմամբ պարկ՝ հավաքված մեզի քանակը տեսնելու համար, կոնաձև մուտքի միակցիչ՝ փականով: Խողովակի երկարությունը՝ 90 սմ, պարկի տարողությունը 2000մլ, ստերիլ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայական/սերի առկայությունը պարտադիր է: Արտադրանքը պետք է ունենա նաև

				<p>ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 որակի սերտիֆիկատները: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն:</p>
--	--	--	--	---