

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիոն ՍՊԸ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-54/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Shenzhen Browiner Tech Co.,Ltd	Browiner	PerfoX 3000A	Shenzhen Browiner Tech Co.,Ltd	Թվային ռենտգեն սարք Բարձր լարման գեներատոր Ելքի առավելագույն հզորությունը՝ 50կՎտ Լարման միջակայքը՝ 40 - 150կՎ, 1կՎ քայլով խողովակի հոսանքը՝ 10 - 630մԱ մԱվ միջակայքը՝ 0.1 - 630մԱվ Լիցքավորման ժամանակը՝ 1մվ - 20000մվ Հաճախականությունը՝ բարձր հաճախականության գեներատոր, 220կՀց Մուտքի հզորությունը՝ բեռնման գործոնների կոմբինացիան պետք է չգերազանցի ռենտգենի նոմինալ հզորությունը Ռենտգեն խողովակ Ֆոկուսը՝ 0.6/1.2մմ, Անոդի

					ջերմային ունակությունը՝ 300kHU, Անոդի տեսակը՝ պտտվող, Խողովակի ջերմային ունակությունը՝ 1250kHU, Անոդի մուտքի հզորությունը՝ մեծ ֆոկուս՝ 50կՎտ, փոքր ֆոկուս՝ 20կՎտ, Սեփական ֆիլտրացիա՝ 0.9մմ Ալ / 75կՎ Անոդի ջերմության ցրումը՝ 870Վտ Հովացման ռեժիմ՝ բնական հովացում Կոլիմատոր Տեսակը՝ հագեցած LED լույսով (ավտոմատ անջատումը՝ 30վ), Սեփական ֆիլտրացիա՝ 1.2մմ Ալ / 70կՎ, Ներկառուցված չափման ժապավեն, Պացիենտի սեղան Սեղանի երեսի չափը՝ 2130 x 800մմ, Սեղանի հորիզոնական շարժումը՝ 250մմ, Սեղանի երկայնակաին շարժումը՝ 900մմ, Սեղանի բեռնման ունակությունը՝ 200կգ, Սեղանի բարձրությունը՝ 650մմ Խողովակի կանգնակ Խողովակի ուղղահայաց շարժումը՝ 540 - 1780մմ Խողովակի սյունի պտտման անկունը՝ $\pm 180^\circ$, 4 կետում կանգնեցվող Խողովակի հորիզոնական շարժումը՝ 1700մմ Կանգնակի բարձրությունը՝ 2210մմ Պատի Բաքի կանգնակ Կանգնակի կենտրոնական շարժումը՝ 350 -
--	--	--	--	--	--

					1760մմ Կանգնակի բարձրությունը՝ 2130մմ Հարթ պանելային դետեկտոր Անլար: Կողային լիցքավորման հնարավորություն՝ մագնիսական միակցիչի միջոցով: Օգտագործում է Wifi5 մոդուլ, որն ապահովում է IEEE 802.11a/b/g/n/ac ստանդարտը: Մեկ ճառագայթումով կալիբրացիա: Կարկասը պատրաստված է ալյումինի ամուր համաձուլվածքից, իսկ պատկերման մակերեսը՝ ածխածնի մանրաթելից: Պանելը՝ ամորֆ սիլիկոնից, սցինտիլյատորը՝ ցեզիումի յոդիդ: Տարածական թողունակությունը՝ 3.57 զգ/մմ: Ակտիվ մակերես(արդյունավետ տարածք)՝ ոչ պակաս, քան 430 x 430 մմ: Պիքսելների մատրիցա՝ 3072 x 3072: Պիքսելի քայլը(պիքսելի չափը)՝ 140 մկմ: Մոխրագույնի երանգներ՝ 16 բիտ: Էքսպոզիցիայի ավտոմատ հայտնաբերման ֆունկցիայի առկայություն: Պատկերի ստացման ժամանակը՝ 2 - 4վրկ: Տվյալների ստացման և մշակման բժշկական ծրագրային ապահովման առկայություն անժամկետ լիցենզիայով: Ներկառուցված
--	--	--	--	--	---

					բռնակ: Արտաքին չափերը(LxԵxԲ)՝ 460 x 460 x 15 մմ: IP պաշտպանությունը՝ IP 64: Աշխատանքային կայան Հիշողությունը՝ 8 ԳԲ, Կոշտ սկավառակի ծավալը՝ 500ԳԲ, Մոնիտորի լուծելիությունը՝ 1920 x 1080, Էկրանի չափը՝ 21,5'', Օպերացիոն համակարգը՝ Windows 11, Ծրագրային ապահովում Տարբեր հաշիվներ ստեղծելու հնարավորություն, Պացիենտի տվյալների լրացման հնարավորություն, Ապահովում է emergency գրանցում, կՎ, մԱ, մվ, Ֆոկուսի չափը կարող են փոփոխվել, Պատկերի խոշորացում, կտրում, պտտում, ինվերսիա, և այլն, DICOM 3.0 համատեղելիություն, Պահպանում, Worklist, տպում, և այլն, Ռենտգեն խողովակի, դետեկտորի աշխատանքային վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվություն, Սխալների վերաբերյալ տեղեկատվություն, Գրիդ Գիծը՝ 40գ/ցմ, Հարաբերությունը՝ 10:1 F.D 130 / 180սմ Միջազգային հավաստագրեր ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, ISO
--	--	--	--	--	---

					14001:2015 Սարքը նոր է, չօգտագործված, փակ գործարանային տուփով, օգտագործողի ռուսերեն ձեռնարկով: Մատակարարը ապահովելու է սարքավորման անվնաս տեղափոխումը, տեղադրումը: Աշխատանքային քննիչի բերումը գործարկումը ըստ ԲԱՄԿ-ԷԱԶԱ ՊԶ-54/25 նիշե կատարվելու է բժշկական կենտրոնի տարածքում պատվիրատուի ներկայացուցչի ներկայությամբ: Технические характеристики: Տեղադրումը, ուսուցումը և երաշխիքային ծամկետի ընթացքում տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ՝ կատարվելու է սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրամադրվելու է երաշխիքային նամակ: Երաշխիք՝ 2 տարի:
Номер лота			Предлагаемый товар		տարածքում պատվիրատուի ներկայացուցչի ներկայությամբ: Технические характеристики: Տեղադրումը, ուսուցումը և երաշխիքային ծամկետի ընթացքում տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ՝ կատարվելու է սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրամադրվելու է երաշխիքային նամակ: Երաշխիք՝ 2 տարի:
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
2					