

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՄԱ Մեդիքլ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Անզգայացման սարք	Անզգայացման սարք	Անզգայացման սարք	"Գազերի մատակարարման համակարգ. - Թթվածնի մատակարարման միջակայք՝ ոչ պակաս, քան 0-10 լ/րոպե տիրույթում - Օգտագործվող անէսթետիկներ՝ ոչ պակաս, քան Sevoflurane, Isoflurane - Ոչ պակաս, քան երկու գոլորշեցուցիչի առկայություն, յուրաքանչյուրի տարողությունը ոչ պակաս, քան 250 մլ Վենտիլացիոն համակարգ (ոչ պակաս, քան). - ԹՄՇ ռեժիմներ: - VCV - PCV - SIMV - Սպոնտան օդափոխություն Կարգավորումներ. - Օդափոխության հաճախություն՝ ոչ պակաս, քան 2-60 ներշնչում/րոպե տիրույթում - Ներշնչման ծավալ՝ ոչ պակաս, քան 50-1500 մլ տիրույթում - PEEP՝ ոչ պակաս, քան 3-20 սմ ջր. սյուն միջակայքում: Հետադարձ կապ. - Ցուցադրվող պարամետրեր՝ ոչ պակաս, քան ՍԿՀ, SpO2, EtCO2, շնչական ճնշում և ծավալ - Չգուշացման համակարգ՝

				տեսողական և ձայնային ազդանշաններով Տեխնիկական պահանջներ. - Համապատասխանելիություն ստանդարտներին: - Առնվազն մեկ մոնիտորի առկայություն (ոչ պակաս, քան 15 դյույմ) Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ 1. ISO13485 2. CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA"
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "Генерал" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦДЦПДР-25/39 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
1				