

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-54/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Թվային ռեկտգեն սարք	Թվային ռեկտգեն սարք	Թվային ռեկտգեն սարք	Թվային ռեկտգեն սարք	Թվային ռեկտգեն սարք Բարձր լարման գեներատոր Ելքի առավելագույն հզորությունը՝ առնվազն 50կՎտ Լարման միջակայքը՝ ոչ պակաս դիապազոնում 40 - 150կՎ, 1կՎ քայլով Խողովակի հոսանքը՝ ոչ պակաս դիապազոնում 10 - 630մԱ մԱվ միջակայքը՝ ոչ պակաս դիապազոնում 0.1 - 630մԱվ Լիցքավորման ժամանակը՝ ոչ պակաս դիապազոնում 1մվ - 20000մվ Հաճախականությունը՝ բարձր հաճախականության գեներատոր, ոչ պակաս 220կՀց

					Մուտքի հզորությունը՝ բեռնման գործոնների կոմբինացիան պետք է չգերազանցի ռենտգենի նոմինալ հզորությունը Ռենտգեն խողովակ ֆոկուսը՝ 0.6/1.2մմ, Անոդի ջերմային ունակությունը՝ 300kHU, Անոդի տեսակը՝ պտտվող, Խողովակի ջերմային ունակությունը՝ 1250kHU, Անոդի մուտքի հզորությունը՝ մեծ ֆոկուս՝ առնվազն 50կՎտ, փոքր ֆոկուս՝ 20կՎտ, Սեփական ֆիլտրացիա՝ առնվազն 0.9մմ Ալ / 75կՎ Անոդի ջերմության ցրումը՝ առավելագույնը 900Վտ Հովացման ռեժիմ՝ բնական հովացում Կոլիմատոր Տեսակը՝ հագեցած LED լույսով (ավտոմատ անջատումը՝ 30վ), Սեփական ֆիլտրացիա՝ առնվազն 1.2մմ Ալ / 70կՎ, Պետք է ունենա ներկառուցված չափման ժապավեն, Պացիենտի սեղան Սեղանի երեսի չափը՝ առնվազն 2130 x 800մմ $\pm$ 5%, Սեղանի հորիզոնական շարժումը՝ 250մմ $\pm$ 5%, Սեղանի երկայնակաին շարժումը՝ 900մմ $\pm$ 5%, Սեղանի բեռնման ունակությունը՝ առնվազն 190կգ, Սեղանի բարձրությունը՝ 650մմ $\pm$ 5% Խողովակի կանգնակ
--	--	--	--	--	---

					Խողովակի ուղղահայաց շարժումը՝ 540 - 1780մմ $\pm$ 5% Խողովակի սյունի պտտման անկունը՝ $\pm$ 180°, 4 կետում կանգնեցվող Խողովակի հորիզոնական շարժումը՝ 1700մմ $\pm$ 5% Կանգնակի բարձրությունը՝ 2210մմ $\pm$ 5% Պատի Բաքի կանգնակ Կանգնակի կենտրոնական շարժումը՝ 350 - 1760մմ $\pm$ 5% Կանգնակի բարձրությունը՝ 2130մմ $\pm$ 5% Հարթ պանելային դետեկտոր Անլար: Կողային լիցքավորման հնարավորություն՝ մագնիսական միակցիչի միջոցով: Պետք է օգտագործի Wifi5 մոդուլ, որն ապահովում է IEEE 802.11a/b/g/n/ac ստանդարտը: Մեկ ճառագայթումով կալիբրացիա: Կարկասը պետք է պատրաստված լինի ալյումինի ամուր համաձուլվածքից, իսկ պատկերման մակերեսը՝ ածխածնի մանրաթելից Պանելը՝ ամորֆ սիլիկոնից, սցինտիլյատորը՝ ցեզիումի յոդիդ: Տարածական թողունակությունը՝ ոչ պակաս, քան 3.5 զգ/մմ: Ակտիվ մակերես(արդյունավետ տարածք)՝ ոչ պակաս, քան 429 x 429 մմ: Պիքսելների մատրիցա՝ ոչ պակաս,
--	--	--	--	--	---

					քան 3070 x 3070: Պիքսելի քայլը(պիքսելի չափը)՝ ոչ ավել, քան 140 մկմ: Մոխրագույնի երանգներ՝ ոչ պակաս, քան 16 բիտ: Էքսպոզիցիայի ավտոմատ հայտնաբերման ֆունկցիայի առկայություն: Պատկերի ստացման ժամանակը՝ ոչ ավել, քան 4վրկ: Տվյալների ստացման և մշակման բժշկական ծրագրային ապահովման առկայություն անժամկետ լիցենզիայով: Ներկառուցված բռնակ: Արտաքին չափերը(LxExF)՝ 460 x 460 x 15 մմ ±0,5մմ: IP պաշտպանությունը՝ IP 64: Աշխատանքային կայան Հիշողությունը՝ ≥ 4ԳԲ, Կոշտ սկավառակի ծավալը՝ ≥ 500ԳԲ, Մոնիտորի լուծելիությունը՝ առնվազն 1920 × 1080, Էկրանի չափը՝ առնվազն 21.5'', Օպերացիոն համակարգը՝ Windows 10 կամ ավելի նոր, Ծրագրային ապահովում Տարբեր հաշիվներ ստեղծելու հնարավորություն, Պացիենտի տվյալների լրացման հնարավորություն, Ապահովում է emergency գրանցում, կՎ, մԱ, մվ, ֆոկուսի շափը կարող են
--	--	--	--	--	--

					փոփոխվել, Պատկերի խոշորացում, կտրում, պտտում, ինվերսիա, և այլն, DICOM 3.0 համատեղելիություն, Պահպանում, Worklist, տպում, և այլն, Ռենտգեն խողովակի, դետեկտորի աշխատանքային վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվություն, Սխալների վերաբերյալ տեղեկատվություն, Գրիդ Գիծը՝
					ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 20000000-10-02-54/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.
Номер лота			Предлагаемый товар		40q/gմ, Հարաբերությունը՝ 10:1 F.D
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	130 / 180սմ Սիջազային տեխնիկական հատկություններ ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 սարքը Թվային ռենտգեն սարք Բաղադրված է լինի կոր, չօգտագործված, խոնան գեներատորի Ելքի փակ գործադրականի տրվող, առավելագույնը հզորությունը՝ օգտագործողի հայտեն կամ առավելագույն 50կմա Լարման թուլեցնել ձեռնարկով: միջազային՝ ոչ պակաս Մատակարարը պետք է ապահովի դիագնոստիկ 40-150կմ, 1կմ քայլով խողովակի հոսանքը՝ ոչ տեղափոխումը տեղադրումը: պակաս դիագնոստիկ 10-630մմ Աշխատանքային ռենտգեն սարքը, մեկ միջազային՝ ոչ պակաս գործադրումը պետք է կապով դիագնոստիկ 0.1 - 630մմ բժշկական կենտրոնի տարածքում Լիցենզիայի ժամանակը՝ ոչ պատվիրատուի կտրվածությամբ պակաս դիագնոստիկ 1սկմ 20000սկմ Հնամիակատվություն՝ բարձր և երաշխիքային ժամկետի ընթացքում տեխնիկական գեներատորի, ոչ պակաս 220կՀ սպասարկման աշխատանքներ՝
2	Թվային ռենտգեն սարք	Թվային ռենտգեն սարք	Թվային ռենտգեն սարք	Թվային ռենտգեն սարք	

				անբաղժիՖիզիկականությունընխանակումին փորձարկումնեղբայրականությունը չգեղեցիկությունընախադասությունը Էկոլոգիանյութընախադասությունը Ֆոկուսընախադասությունը Ներկայացվածությունընախադասությունը տեսակը՝ պաշտպանություն: Խողովակի
				ջերմային ունակությունը՝ 1250kHU, Անոդի մոլտքի հզորությունը՝ մեծ ֆոկուս՝ առնվազն 50կՎտ, փոքր ֆոկուս՝ 20կՎտ, Սեփական ֆիլտրացիա՝ առնվազն 0.9մմ Ալ / 75կՎ Անոդի ջերմության ցրումը՝ առավելագույնը 900Կտ Հովացման ռեժիմ՝ բնական հովացում Կոլիմատոր Տեսակը՝ հագեցած LED լույսով (ավտոմատ անջատումը՝ 30վ), Սեփական ֆիլտրացիա՝ առնվազն 1.2մմ Ալ / 70կՎ, Պետք է ունենա ներկառուցված չափման ժապավեն, Պացիենտի սեղան Սեղանի երեսի չափը՝ առնվազն 2130 x 800մմ ± 5%, Սեղանի հորիզոնական շարժումը՝ 250մմ ± 5%, Սեղանի երկայնակաին շարժումը՝ 900մմ ± 5%, Սեղանի բեռնման ունակությունը՝ առնվազն 190կգ, Սեղանի բարձրությունը՝ 650մմ ± 5% Խողովակի կանգնակ

					Խողովակի ուղղահայաց շարժումը՝ 540 - 1780մմ $\pm$ 5% Խողովակի սյունի պտտման անկունը՝ $\pm$ 180°, 4 կետում կանգնեցվող Խողովակի հորիզոնական շարժումը՝ 1700մմ $\pm$ 5% Կանգնակի բարձրությունը՝ 2210մմ $\pm$ 5% Պատի Բաքի կանգնակ Կանգնակի կենտրոնական շարժումը՝ 350 - 1760մմ $\pm$ 5% Կանգնակի բարձրությունը՝ 2130մմ $\pm$ 5% Հարթ պանելային դետեկտոր Անլար: Կողային լիցքավորման հնարավորություն՝ մագնիսական միակցիչի միջոցով: Պետք է օգտագործի Wifi5 մոդուլ, որն ապահովում է IEEE 802.11a/b/g/n/ac ստանդարտը: Մեկ ճառագայթումով կալիբրացիա: Կարկասը պետք է պատրաստված լինի ալյումինի ամուր համաձուլվածքից, իսկ պատկերման մակերեսը՝ ածխածնի մանրաթելից Պանելը՝ ամորֆ սիլիկոնից, սցինտիլյատորը՝ ցեզիումի յոդիդ: Տարածական թողունակությունը՝ ոչ պակաս, քան 3.5 զգ/մմ: Ակտիվ մակերես(արդյունավետ տարածք)՝ ոչ պակաս, քան 429 x 429 մմ: Պիքսելների մատրիցա՝ ոչ պակաս,
--	--	--	--	--	---

քան 3070 x 3070: Պիքսելի քայլը(պիքսելի չափը)՝ ոչ ավել, քան 140 մկմ: Մոխրագույնի երանգներ՝ ոչ պակաս, քան 16 բիտ: Էքսպոզիցիայի ավտոմատ հայտնաբերման ֆունկցիայի առկայություն: Պատկերի ստացման ժամանակը՝ ոչ ավել, քան 4վրկ: Տվյալների ստացման և մշակման բժշկական ծրագրային ապահովման առկայություն անժամկետ լիցենզիայով: Ներկառուցված բռնակ: Արտաքին չափերը(LxExF)՝ 460 x 460 x 15 մմ $\pm$ 0,5մմ: IP պաշտպանությունը՝ IP 64: Աշխատանքային կայան Հիշողությունը՝ $\geq$ 4ԳԲ, Կոշտ սկավառակի ծավալը՝ $\geq$ 500ԳԲ, Մոնիտորի լուծելիությունը՝ առնվազն 1920 x 1080, Էկրանի չափը՝ առնվազն 21.5'', Օպերացիոն համակարգը՝ Windows 10 կամ ավելի նոր, Ծրագրային ապահովում Տարբեր հաշիվներ ստեղծելու հնարավորություն, Պացիենտի տվյալների լրացման հնարավորություն, Ապահովում է emergency գրանցում, կՎ, մԱ, մվ, ֆոկուսի շափը կարող են
--

					փոփոխվել, Պատկերի խոշորացում, կտրում, պտտում, ինվերսիա, և այլն, DICOM 3.0 համատեղելիություն, Պահպանում, Worklist, տպում, և այլն, Ռենտգեն խողովակի, դետեկտորի աշխատանքային վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվություն, Սխալների վերաբերյալ տեղեկատվություն, Գրիդ Գիծը՝ 40գ/ցմ, Հարաբերությունը՝ 10:1 F.D 130 / 180սմ Միջազգային հավաստագրեր ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փակ գործարանային տուփով, օգտագործողի հայերեն կամ ռուսերեն ձեռնարկով: Մատակարարը պետք է ապահովի սարքավորման անվնաս տեղափոխումը, տեղադրումը: Աշխատանքային ռեժիմի բերումը, գործարկումը պետք է կատարվի բժշկական կենտրոնի տարածքում՝ պատվիրատուի ներկայացուցչի ներկայությամբ: Տեղադրումը, ուսուցումը և երաշխիքային ժամկետի ընթացքում տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ՝
--	--	--	--	--	---

					սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: Երաշխիք՝ ոչ պակաս 2 տարի:
--	--	--	--	--	---