

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-54/25 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը        | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2                  | ռենտգեն սարքեր        | ռենտգեն սարքեր      | ռենտգեն սարքեր | ռենտգեն սարքեր         | "Թվային ռենտգեն սարք Բարձր<br>լարման գեներատոր Ելքի<br>առավելագույն հզորությունը՝<br>առնվազն 50կՎտ Լարման<br>միջակայքը՝ ոչ պակաս<br>դիապազոնում 40 - 150կՎ, 1կՎ<br>քայլով Խողովակի հոսանքը՝ ոչ<br>պակաս դիապազոնում 10 - 630մԱ<br>մԱվ միջակայքը՝ ոչ պակաս<br>դիապազոնում 0.1 - 630մԱվ<br>Լիցքավորման ժամանակը՝ ոչ<br>պակաս դիապազոնում 1մվ -<br>20000մվ Հաճախականությունը՝<br>բարձր հաճախականության<br>գեներատոր, ոչ պակաս 220կՀց |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Մուտքի հզորությունը՝ բեռնման գործոնների կոմբինացիան պետք է չգերազանցի ռենտգենի նոմինալ հզորությունը Ռենտգեն խողովակ ֆոկուսը՝ 0.6/1.2մմ, Անոդի ջերմային ունակությունը՝ 300kHU, Անոդի տեսակը՝ պտտվող, Խողովակի ջերմային ունակությունը՝ 1250kHU, Անոդի մուտքի հզորությունը՝ մեծ ֆոկուս՝ առնվազն 50կՎտ, փոքր ֆոկուս՝ 20կՎտ, Սեփական ֆիլտրացիա՝ առնվազն 0.9մմ Ալ / 75կՎ Անոդի ջերմության ցրումը՝ առավելագույնը 900Վտ Հովացման ռեժիմ՝ բնական հովացում Կոլիմատոր Տեսակը՝ հագեցած LED լույսով (ավտոմատ անջատումը՝ 30վ), Սեփական ֆիլտրացիա՝ առնվազն 1.2մմ Ալ / 70կՎ, Պետք է ունենա ներկառուցված չափման ժապավեն, Պացիենտի սեղան Սեղանի երեսի չափը՝ առնվազն 2130 x 800մմ <math>\pm</math> 5%, Սեղանի հորիզոնական շարժումը՝ 250մմ <math>\pm</math> 5%, Սեղանի երկայնակաին շարժումը՝ 900մմ <math>\pm</math> 5%, Սեղանի բեռնման ունակությունը՝ առնվազն 190կգ, Սեղանի բարձրությունը՝ 650մմ <math>\pm</math> 5% Խողովակի կանգնակ</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Խողովակի ուղղահայաց շարժումը՝<br/>540 - 1780մմ <math>\pm</math> 5% Խողովակի<br/>սյունի պտտման անկունը՝ <math>\pm</math> 180°, 4<br/>կետում կանգնեցվող Խողովակի<br/>հորիզոնական շարժումը՝ 1700մմ <math>\pm</math><br/>5% Կանգնակի բարձրությունը՝<br/>2210մմ <math>\pm</math> 5% Պատի Բաքի կանգնակ<br/>Կանգնակի կենտրոնական<br/>շարժումը՝ 350 - 1760մմ <math>\pm</math> 5%<br/>Կանգնակի բարձրությունը՝ 2130մմ<br/><math>\pm</math> 5% Հարթ պանելային դետեկտոր<br/>Անլար: Կողային լիցքավորման<br/>հնարավորություն՝ մագնիսական<br/>միակցիչի միջոցով: Պետք է<br/>օգտագործի Wifi5 մոդուլ, որն<br/>ապահովում է IEEE 802.11a/b/g/n/ac<br/>ստանդարտը: Մեկ ճառագայթումով<br/>կալիբրացիա: Կարկասը պետք է<br/>պատրաստված լինի ալյումինի<br/>ամուր համաձուլվածքից, իսկ<br/>պատկերման մակերեսը՝ ածխածնի<br/>մանրաթելից Պանելը՝ ամորֆ<br/>սիլիկոնից, սցինտիլյատորը՝<br/>ցեզիումի յոդիդ: Տարածական<br/>թողունակությունը՝ ոչ պակաս, քան<br/>3.5 զգ/մմ: Ակտիվ<br/>մակերես(արդյունավետ տարածք)՝<br/>ոչ պակաս, քան 429 x 429 մմ:<br/>Պիքսելների մատրիցա՝ ոչ պակաս,</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>քան 3070 x 3070: Պիքսելի քայլը(պիքսելի չափը)՝ ոչ ավել, քան 140 մկմ: Մոխրագույնի երանգներ՝ ոչ պակաս, քան 16 բիտ:</p> <p>Էքսպոզիցիայի ավտոմատ հայտնաբերման ֆունկցիայի առկայություն: Պատկերի ստացման ժամանակը՝ ոչ ավել, քան 4վրկ:</p> <p>Տվյալների ստացման և մշակման բժշկական ծրագրային ապահովման առկայություն անժամկետ լիցենզիայով: Ներկառուցված բռնակ: Արտաքին չափերը(LxԵxԲ)՝ 460 x 460 x 15 մմ ±0,5մմ: IP պաշտպանությունը՝ IP 64:</p> <p>Աշխատանքային կայան Հիշողությունը՝ ≥ 4ԳԲ, Կոշտ սկավառակի ծավալը՝ ≥ 500ԳԲ, Մոնիտորի լուծելիությունը՝ առնվազն 1920 × 1080, Էկրանի չափը՝ առնվազն 21.5'', Օպերացիոն համակարգը՝ Windows 10 կամ ավելի նոր, Ծրագրային ապահովում Տարբեր հաշիվներ ստեղծելու հնարավորություն, Պացիենտի տվյալների լրացման հնարավորություն, Ապահովում է emergency գրանցում, կՎ, մԱ, մվ, ֆոկուսի շափը կարող են</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |               |       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |               |       |                            | <p>փոփոխվել, Պատկերի խոշորացում, կտրում, պտտում, ինվերսիա, և այլն, DICOM 3.0</p> <p>համատեղելիություն, Պահպանում, Worklist, տպում, և այլն, Ռենտգեն խողովակի, դետեկտորի աշխատանքային վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվություն, Սիստեմի վերաբերյալ տեղեկատվություն, Գրիդ Գիծը`</p>                                                                                                                                       |
| <p><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b></p> <p><b>предлагаемого товара</b></p> <p>Теофарма Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 20004-F-EGG-12F-54/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.</p> |                        |               |       |                            | <p>400/90, Հարաբերությունը` 10:1 F.D</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Номер лота                                                                                                                                                                                                                                          | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | <p>130 / 180սմ Սիստեմային տեխնիկական հատկություններ ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Սարքը</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |               |       |                            | <p>պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փակ գործարանային տուփով, օգտագործողի հայերեն կամ ռուսերեն ձեռնարկով:</p> <p>Մատակարարը պետք է ապահովի սարքավորման անվնաս տեղափոխումը, տեղադրումը: Աշխատանքային ռեժիմի բերումը, գործարկումը պետք է կատարվի բժշկական կենտրոնի տարածքում` պատվիրատուի ներկայացուցչի ներկայությամբ: Տեղադրումը, ուսուցումը և երաշխիքային ժամկետի ընթացքում տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ`</p> |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>սերտիֆիկացված մասնագետի<br/>կողմից: Պայմանագրի կատարման<br/>փուլում արտադրողից կամ<br/>վերջինիս ներկայացուցչի կողմից<br/>երաշխիքային նամակի<br/>ներկայացում: Երաշխիք՝ ոչ պակաս<br/>2 տարի:"</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|