

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/114 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Agilent 8860 GC System	G2790A	Agilent Technologies	Գազային քրոմատագիր՝ համատեղելի և համապատասխան Agilent Technologies MSD 5977C դետեկտորին միացման համար: Հիմնական բնութագրերն են՝ • Երկու խորշիկ տեղադրելու հնարավորությամբ • Երեք դետեկտորի տեղադրելու հնարավորությամբ • Չորս դետեկտորի ազդանշանների գրանցման հնարավորությամբ • Էլեկտրոնային պնևմատիկ հսկողություն (ԷՊՀ) բոլոր խորշիկների և դետեկտորների համար Աշտարակի վառարան՝ • Չափսեր՝ մոտ 28.0 × 30.5 × 16.5 սմ • Աշխատանքային ջերմաստիճանը - +8-ից +425 °C • Ջերմաստիճանի կարգավորելու ճշտությունը՝ ±0.1 °C • Առավելագույն տաքացման արագությունը՝ 75 °C/րոպե • Սառեցման ժամանակը՝ 300 °C-ից մինչև 50 °C 5.7 րոպե (25 °C շրջակա ջերմաստիճան) • Փուլի տևողության

				Ժամանակը՝ 999.99 րոպե • Աջակցում է ջեռոցում 20 տաքացման ծրագիր: Թույլատրելի են բացասական արժեքներ: Խորշիկներ Split/splitless համակարգ (EPC) • Հաստատուն ճնշմամբ աշխատանք (EPR) • Ճնշման/հոսքի էլեկտրոնային ղեկավարում • Սեպտանների օդափոխություն • Ճնշման տիրույթը՝ 0.000 – 100 psi • Ներկառուցված արտահոսքի/խցանման, ճնշման անկման և բաժանված հոսքի • սահմանափակման ախտորոշում • Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 400 °C • Գազի հոսքի բաժանման (split-ի) արժեքը – 12,500:1 • Գազերի հոսքի տիրույթներ՝ 0 – 500 մլ/ր – ազոտի համար, 0 – 1,250 մլ/ր ջրածնի կամ հելիումի համար Անալիտիկ աշտարակ MS դետեկտորի համար նախատեսված՝ Մազանոթային աշտարակ՝ 30 մ երկարություն, 0,25 մմ ներքին տրամագիծ, 0,25 մկմ ֆիլմի հաստություն, փաթեթավորված 7 դյույմ տարամզով, ֆազը՝ HP-5ms, ներկառուցված 95% դիմեթիլպոլիսիլոքսան և 5% ֆենիլ, տեսակը՝ GC և GC/MS, բևեռականությունը՝ Ցածր, աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք -60 °C-325/350 °C Այլ բնութագրեր • LAN ինտերֆեյս • Ստանդարտ երկու անալոգային ելքի ալիք (1 Վ և 10 Վ հնարավորությամբ) • Հեռակա միացում/անջատում • 2 USB պորտ • Չափսեր՝ Բարձրություն՝ 49±1 սմ Լայնություն՝ 58±1 սմ (68±1 սմ 3 դետեկտորով) Խորություն՝ 54±1 սմ Քաշ՝ 51-52 կգ Ներառում է՝ -0.530 մմ աշտարակի միացման հավաքածու, -0.320 մմ աշտարակի միացման հավաքածու, -Մեկ տարվա լրամասերի հավաքածու,
--	--	--	--	--

-Գազերի մաքրման ֆիլտրերի սենսորների հավաքածու,
 -Ծրագրային ապահովում իր դրայվերներով,
 Համակարգիչ, մոնիթոր, տպիչ համապատասխան
 մալուխներով: Ավտոմատացված հեղուկային
 նմուշարկիչ, պարունակում է` • 16 հատ 2 մլ ծավալով
 սրվակ նմուշների համար • 4 հատ 4 մլ սրվակ
 լուծիչների համար • 4 հատ 4 մլ սրվակ թափոնի համար
 • PTFE 0.45 մկմ ներարկիչային ֆիլտրեր, ոչ ստերիլ, 25
 մմ տրամագծով, 10 տուփ, • յուրաքանչյուր տուփում
 100 հատ: Նախատեսված է օրգանական լուծիչների
 ֆիտրման համար: Ծրագրային ապահովում Ծրագրային
 ապահովումը իրենից ներկայացնում է լուծում, որը թույլ
 է տալիս ապահովել անալիտիկ սարքավորման
 ամբողջական համատեղելիություն GLP, GMP և 21 CFR
 part 11 ստանդարտների հետ: Այն առաջարկում է
 ամբողջական ընգրկում տարբեր ընկերությունների
 արտադրության սարքավորումների համար,
 ապահովելով առավելագույն արդյունավետություն և
 նվազեցնելով անալիտիկ անճշտությունները:
 Ծրագրային ապահովումը թույլ է տալիս փորձագետին
 ավելի շատ աշխատել նմուշների հետ և նվազեցնել
 տվյալների մշակման և վերափորձարկման վրա
 ծախսվող ժամանակը: Ծրագրային ապահովման
 կառավարման վահանակը նախագծված է ծրագրի
 ըմբռնելի և դյուրին կարգավորման համար,
 ապահովելով սարքավորումների գերազանց
 կառավարելիություն: Ծրագիրը համատեղելի կլինի
 Agilent MS 5977C դետեկտորի Mass Hunter Ծրագրի հետ:
 Ծրագրային ապահովման առավելություններն են` •

Մատչելի կենտրոնացված և ըմբռնելի համակարգերի
կառավարելիություն • Ամբողջ լաբորատորիայի
սարքավորումների ղեկավարում և հեռակա
մոնիտորինգ ցածր • (մինչև 4րդ դաս) անալիտիկ
անճշտությունների պայմաններում: • Կարճ
ժամանակահատված տվյալների ստացման պահից
մինչև արդյունքների մշակում: • Դյուրին տվյալների
որոնում և տրամադրում լաբորատորիայով և ամբողջ
ծեռնարկությունով: • համար ներկառուցված
Սարքավորումների կարգավիճակի մասին
տեղեկությունների հեռակա գրանցում: • Արդյունքների
ինտելեկտուալ և արագ վերահաշվարկի հաշվիչներ և
սահմանների ավտոմատացված • զննում: • Ծրագիրը
թույլ է տալիս անալիտիկ սարքերի համակարգերով
օգտագործել միասնական • կարգավորումներով
մեթոդներ և արդյունքների վերամշակում: Ծրագրային
ապահովման կառավարման վահանակը
հնարավորություն է տալիս կարգավորել
կենտրոնացված սարքերի համակարգը,
օպերատորներին և անվտանգության պայմանները:
Անվտանգություն և կարգավորում Վկայագրումը
Համապատասխանում է հետևյալ անվտանգությանը
չափանիշները ` • Կանադայի ստանդարտների
ասոցիացիա (CSA) C22.2 թիվ 60101-1 • Ազգային
ճանաչված փորձարկում Լաբորատորիա (NRTL): ANSI /
UL 61010-1 • Միջազգային էլեկտրատեխնիկական
Հանձնաժողով (IEC), 61010-1,60101-2-010, 60101-2-081
• EuroNorm (EN): 61010-1 Համապատասխանում է
հետևյալ կանոնակարգերին` Էլեկտրամագնիսական

				Համատեղելիության (EMC) վրա և ռադիոհաճախականության միջամտություն (RFI): • CISPR 11 / EN 55011: 1-ին դասԱ • IEC / EN 61326 • AUS / NZ N10149 • Այս ISM սարքը համապատասխանում է Կանադական ICES-001: Cet appareil ISM համապատասխանում է NMB-001 նորմդե Կանադա: • Նախագծված և արտադրված տակ ISO-ի գրանցված որակի համակարգը՝ 9001, Համապատասխանության հրչակագիր Եռաշխիք տեղադրման և աշխատանքային վիճակի ընդելուց սկսած մեկ տարի: Առկա է արտադրողի լիազորագիրը սարքի մատակարարման համար: Ապրանքը կրիսի նոր, չօգտագործված և չի պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Տեղադրումը և ուսուցումը արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի սերտիֆիկացված ճարտարագետի կողմից տաս օր: Բոլոր էլեկտրական սարքավորումները կաշխատեն 220Վ/50Հց հոսանքով և ունենան եվրոպական տեսակի վարդակներ:
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕПՀ-ԷԱՀԱՄԻԶ-25/114 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.				
Номер лота			Предлагаемый товар	
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
1				