

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/104 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	NRO100-1000	Microlit	3. Փոփոխական չափերի միկրոպիպետ 100-1000 մկլ Ավտոմատ պիպետը պետք է լինեն ամբողջությամբ ավտոկլավացվող՝ 121°C ջերմաստիճանում: Մեկ ձեռքով ծավալը կարգավորելու հնարավորություն: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հեշտությամբ ստուգաչափման հնարավորություն: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Ծավալի չափման մոդուլի 360° պտույտի հնարավորություն: 100-1000 մկլպիպետի՝ Բաժանումը՝ 1 մկլ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան $\pm 1.5\%$; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան $\pm 1.0\%$, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան $\pm 0.5\%$: Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան $\pm 0.5\%$; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան $\pm 0.4\%$; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան $\pm 0.2\%$: Սարքը պետք է ունենա առնվազն 3 տարվա գործարանային երաշխիք: Արտադրանքը պետք է ունենա CE IVD 98/79 EEC: Արտադրողը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485 և ISO17025

		որակի հավաստագրեր: Սարքը պետք է լինի Եվրոպական արտադրության: Տեխնիկական բնութագրերի հետ ներկայացնել դրանք հաստատող փաստաթղթեր: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: հատ 1 Ալեք Մանուկյան 1/3 պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/104 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	NRO100-1000	Microlit	3. Փոփոխական չափերի միկրոպիպետ 100-1000 մկլ Ավտոմատ պիպետը է լինեն ամբողջությամբ ավտոկլավացվող՝ 121°C ջերմաստիճանում: Մեկ ձեռքով ծավալը կարգավորելու հնարավորություն: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հեշտությամբ ստուգաչափման հնարավորություն: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Ծավալի չափման մոդուլի 360° պտույտի հնարավորություն: 100-1000 մկլպիպետի՝ Բաժանումը՝ 1 մկլ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան $\pm 1.5\%$; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան $\pm 1.0\%$, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան $\pm 0.5\%$: Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան $\pm 0.5\%$; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան $\pm 0.4\%$; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան $\pm 0.2\%$: Սարքը պետք է ունենա առնվազն 3 տարվա գործարանային երաշխիք: Արտադրանքը պետք է ունենա CE IVD 98/79 EEC: Արտադրողը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485 և ISO17025

		որակի հավաստագրեր: Սարքը պետք է լինի Եվրոպական արտադրության: Տեխնիկական բնութագրերի հետ ներկայացնել դրանք հաստատող փաստաթղթեր: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: հատ 1 Ալեք Մանուկյան 1/3 պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում
--	--	---