

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՍՄԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Հիվանդի մոնիտոր	Հիվանդի մոնիտոր	Հիվանդի մոնիտոր	Հիվանդի մոնիտոր	Հիվանդի մոնիտորը նկարում է սրտագրությունները, չափում է արյան ճնշումը (ոչ ինվազիվ ձևով), շնչառության արժեքները, ջերմաստիճանը, թթվածնի հագեցվածությունը զարկերակային արյան մեջ (SpO2) և պուլսի հաճախությունը (HR) Օգտագործվում է հիվանդներին մոնիտորինգի ենթարկելու համար տեղափոխման ժամանակ՝ օգտագործելով մարտկոցներ, իսկ չափված տեղեկատվությունը հիվանդի վիճակի վերաբերյալ՝ արտացոլվում է էկրանին ալիքի

					ձևերով և թվային արժեքներով Դիսփլեյ/Էկրան Դիսփլեյ. գունավոր թվային Էկրան, Էկրանի անկյունագծային կորեր և չափված արժեքներ, ոչ պակաս քան 12,1", ոչ պակաս քան 7 կոր, ինչպես նաև լուսարձակման համար ցուցադրման դաշտեր՝ ձեռքով կարգավորելի Թողունակության արագությունը՝ կարգաբերված է 6.25, 12.5, 25 մմ / վրկ Դիսփլեյի պիքսելները ոչ պակաս քան 800x600 Մոնիտորի ինտերֆեյսը Ոչ պակաս քան Էլեկտրացանցի / մարտկոցի շահագործումից, ցանցի շահագործում. Ներկառուցված Էլեկտրասնուցման բլոկի միջոցով Մարտկոցի շահագործումը. Ինտեգրված մարտկոցի միջոցով Մարտկոցի գործարկման Ժամանակը՝ ոչ պակաս քան 2,5 ժամ Սնուցումը՝ 220 Վոլտ, 50/60Հց Բուֆեր. տրենդների ցուցանիշների համար Համակարգի ընդլայնում Ծրագրակազմի թարմացումներն ինտերֆեյսերի միջոցով. Կատարողական պարամետրերի շրջանակի ընդլայնում Մոնիտորինգի պարամետրերը ներառում են՝ ECG,
--	--	--	--	--	--

						RESP, NIBP, SPO2, PULSE RATE, DUAL-TEMP S-T հատվածի սինխրոն հայտնաբերում և վերլուծություն Բոլոր պարամետրերի գրաֆիկական և աղյուսակային տրենդներ NIBP, HEART RATE, TEMP, SPO2, RESP, տվյալների պահպանում (ոչ պակաս քան 360 ժամ) Կենտրոնական մոնիտոր կայանի հետ կապնվելու հնարավորություն Ներքին բարձր հստակության ջերմային կետերի մատրիցային պրինտեր, որը կարող է նկարել ալիքների ձևեր և նիշեր ECG Մուտք. ECG մալուխ, ստանդարտ AAMI մալուխի միակցիչ Կալիբրացման ազդանշան` 1 մՎտ Սրտի բաբախների քանակը. Չափման միջակայքը` ոչ պակաս քան 25-ից 250 բ/րոպե Ազդանշանային ռեժիմ` լսելի և տեսողական ազդանշան NIBP Մեթոդը` օսկիլոմետրիկ, Ռեժիմը` Manual, Auto, STAT, թողունակությունը` 1 մմ սնդ. սյուն Չափման միջակայքն AUTO ռեժիմով` ոչ պակաս քան 2-60 ռոպե Չափման ժամանակահատվածը STAT ռեժիմով` 5 ռոպե Սրտի հաճախության միջակայքը` ոչ
--	--	--	--	--	--	---

պակաս քան 40-220 հարված մեկ
 րոպեի ընթացքում Ահազանգի
 տեսակները՝ SYS, DIA, MEAN
 Չափման և ազդանշանային
 միջակայք (ոչ պակաս քան) Adult
 ռեժիմ SYS: 40-240 mmHg DIA:
 13-210 mmHg MEAN: 26-230 mmHg
 Pediatric ռեժիմ SYS: 40- 200 mmHg
 DIA: 13-150 mmHg MEAN: 26-160
 mmHg Neonatal ռեժիմ SYS: 10 -135
 mmHg DIA: 13 -100 mmHg MEAN:
 26-110 mmHg Ճնշման
 թողունակությունը՝ 1mmHg
 Ճշգրտության ճնշման
 առավելագույն միջին սխալ. ± 5
 mmHg Առավելագույն ստանդարտ
 շեղումը՝ ± 8 mmHg
 Պաշտպանություն գերճնշումից
 Adult ռեժիմ: 300 ± 3 mmHg Pediatric
 ռեժիմ: 240 ± 3 mmHg Neonatal
 ռեժիմ: 150 ± 3 mmHg SpO2 Չափման
 և ազդանշանային միջակայք (ոչ
 պակաս քան) Չափման միջակայք՝
 1-100% Ահազանգի միջակայք՝
 40-100% Թողունակությունը՝ 1 %
 Ճշգրտությունը՝ 70% -100% $\pm 2\%$
 1%-69% ± 5 Ակտուալիզացման
 միջակայք՝ մոտ 1 վրկ. Չարթուցիչի
 հետաձգում. 10 վրկ.,

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара					Չարկերակային արագություն Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ 30-250 բաբախ/րոպե Թողունակությունը՝ 1 բաբախ/րոպե, ճշգրտություն՝ ± 2 բաբախ/րոպե Շնչառություն (Respiration) Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) Մերթոդը՝ ռիմաոդություն R-F (RA-LL) միջև կոդով ՍՍԿԲԿ-ԼԱՃԱՊԶԲ-25731 նիջե Դիֆերենցիալ մոտրքային դիմադրություն.» 2.5 ՍՉ
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Իմպենդանսի չափման միջակայքը՝ Технические характеристики 0.3-5.0Ω Իմպենդանսի հիմնական գծի միջակայքը՝ 0-2.5Ω
2					
					Թողունակություն՝ 0.3-2.5 Հց Շնչառության հաճախություն Չափման և ազդանշանային միջակայք Adult: 0-120 rpm Neo/Ped: 0 -150 rpm Թողունակությունը՝ 1 շնչ/րոպե Ճշգրտություն՝ ± 2 շնչ/րոպե Ապսոե ահագանգ՝ 10-40 S Ջերմաստիճան Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) 2 կանալ Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ 0-50°C, թողունակություն՝ 0.1°C Ճշգրտություն՝ $\pm 0.1^\circ\text{C}$ Ակտուալացման Ժամանակահատվածը՝ մոտ 1 վրկ

					Միջին ժամանակի հաստատունը՝ «10 վրկ. Պարագաներ Մեկանգամյա Էլեկտրոդի մալուխ (3 կամ 5 լարանի) NIBP ճարմանդներ մեծահասակների համար NIBP ճարմանդներ երեխաների համար NIBP ճարմանդներ նորածինների համար խողովակ NIBP- ի ճարմանդների համար Էլեկտրական լար Մեկանգամյա Էլեկտրոդ (5 հատ) SpO2 սենսոր բազմակի օգտագործման մեծահասակների համար Նշում. Մոնիտորների հետ մատակարարվող ընդհանուր 10 հատ մեծահասակների համար բազմակի օգտագործման SpO2 տվիչներից բացի պետք է մատակարարվի նաև նույն մոնիտորներին համատեղելի նորածինների համար նախատեսված 4 հատ բազմակի օգտագործման SpO2 տվիչներ Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը
--	--	--	--	--	---

				ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք
--	--	--	--	---