

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐԵԳ ԱՂԱՄՅԱՆ ՄԱՆՎԵԼԻ Ա/Ձ-ն ՀԲԿ - ԷԱԱՊԶԲ - 25/0603 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	ООО Мед Теко	Аппарат УЗТ терапии УЗТ -1.3.02Ф	УЗТ -1.3.02Ф	ООО Мед Теко	Աշխատանքային ռեժիմ սահմանելու ժամանակը ոչ ավելի, քան 30 վայրկյան Ուլտրաձայնային տատանումների գեներատորի աշխատանքային ռեժիմը շարունակական իմպուլսային է Սարքի աշխատանքի ժամանակը ընդհատվող ռեժիմում, Ժ 6 Աշխատանքային ժամանակը, min 24 Դադարի ժամանակը, րոպե 10 Սահմանված ժամանակաչափի արժեքները, րոպե (1-3) $\pm 5\%$ Խափանումների միջև միջին ժամանակը, ոչ ավելի, քան Ժ 1500 Ազդեցության բնութագրերը

				Ուլտրաձայնային տատանումների հաճախականություն, ՄՀց $0,88 \pm 0,009 / 2,64 \pm 0,03$ Իմպուլսների կրկնության հաճախականություն, Հց 50 Մոդուլյացիայի իմպուլսների անվանական տևողությունը Իմպուլսային ռեժիմում, մվ/վ. $2 / 4 / 10 \pm 20\%$ Իմպուլսների բարձրացման և անկման տևողությունը Իմպուլսի տևողության անվանական արժեքից ոչ ավելի, 5% Իմպուլսների գագաթնակետի անկանոնություն ոչ ավելի, քան 10% Ուլտրաձայնային տատանումների արդյունավետ ինտենսիվություն, վ/սմ² $0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.7 / 0.8 / 0.9 / 1, 0 \pm 40\%$ Սնուցում Սնուցման լարումը, V 220 Սնուցման հաճախականությունը, Հց 50 Ցանցից սպառված էներգիա, VA ոչ ավելի, քան 45 Չափերը Ընդհանուր չափերը, մմ ոչ ավելի, քան $260 \times 108.5 \times 218.5 \pm 10\%$ Քաշը, կգ ոչ ավելի, քան 3 Լրացուցիչ Էլեկտրականությունից պաշտպանության դաս II, տիպ B` համաձայն ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60601-1, ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60601-2-5
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП АРЕГ АГАМЯН МАНВЕЛИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԲԿ - ԷԱԱՊՁԲ - 25/0603
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7					